



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

VZ 2/20: Dodávka přenosných monitorů/defibrilátorů (dále jen „VZ“)

ZADAVATEL:

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
se sídlem Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
IČO: 47366630
zastoupená: Ing. Vladislavou Filovou
(dále jen „Zadavatel“)

PŘEDMĚT VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky až 65 kusů přenosných monitorů/defibrilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvková organizace. Dodávky budou realizovány v průběhu 6 let ode dne uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem.

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ ZA VZ:

Celková cena: 36 533 565,- Kč bez DPH

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná formou otevřeného řízení.

OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

č.	Obchodní firma	Právní forma	Sídlo	IČO
1.	Medsol	společnost s ručením omezeným	Lužná 591/4, 160 00 Praha 6	24201596
2.	CHEIRÓN	akciová společnost	Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6	27094987
3.	POLYMED Medical CZ	akciová společnost	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové	27529053
4.	S & T Plus	společnost s ručením omezeným	Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4	25701576



OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

č.	Obchodní firma	Právní forma	Sídlo	IČO
1.	POLYMED Medical CZ	akciová společnost	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové	27529053

Důvod vyloučení:

Účastník byl vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona, neboť jeho nabídka byla v rozporu se zadávacími podmínkami, a to:

1. Zadavatel požadoval výdrž baterie při kontinuálním monitoringu po dobu nejméně 6 hodin. Účastník uvedl v nabídce "více než dvě a půl hodiny".
2. Zadavatel požadoval integrované nabíjení přístroje v držáku. Účastník deklaroval, že tento požadavek splňuje. Z obrazové dokumentace je však zřejmé, že dobíjení probíhá pomocí kabelu.
3. Zadavatel požadoval datový přenos. Účastník deklaroval splnění podmínky a poskytl obrazové schéma, z kterého si však nelze udělat úsudek o průběhu a podmínkách přenosu.

Za účelem odstranění pochybností byl účastník vyzván k předvedení přístroje, přičemž tato možnost byla předem vyhrazena v zadávací dokumentaci. Účastník žádosti nevyhověl, resp. pro předvedení přístroje v nabízené konfiguraci žádal dodatečnou lhůtu v trvání tří až čtyř týdnů, což pro zadavatele znamenalo neúměrné zdržení veřejné zakázky. Účastníkovi se tedy nepodařilo ani dodatečně odstranit rozpor nabídky se zadávacími podmínkami, a z toho důvodu byl vyloučen ze zadávacího řízení.

OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ:

Nebyl vyloučen žádný účastník.

OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU:

S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, IČO: 25701576

Odůvodnění:

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality (viz oddíl II.2.5. Oznámení o výsledku zadávacího řízení). Na základě výsledku hodnocení byla nabídka vybraného dodavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil kvalifikaci v plném rozsahu a také všechny náležitosti požadované Zadavatelem.

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ:

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NEŽ ELEKTRONICKÝCH

Není relevantní.

SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.



ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Není relevantní.

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODS. 3 ZÁKONA

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Jihlavě dne 18.5.2020

.....
Ing. Vladislava Filová
ředitelka
„podepsáno elektronicky“