

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Mamografický RTG přístroj
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2020-3
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2020-032633

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci příloha číslo 3 Technická specifikace předmětu plnění v položce 12 požaduje Minimálně dva automatické motorizované filtry Mo, Rh nebo W. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje renomované světové firmy všeobecně akceptované nejen v Evropě s řešením použití dvou automatických motorizovaných filtrů Rh a Al, které ve spojení s naší rentgenkou a detektorem umožňují dosáhnout maximální hodnoty DQE?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje řešení, použití dvou automatických motorizovaných filtrů z materiálů, které ve spojení s přístrojem splňují veškeré technické a funkční požadavky dané zadávací dokumentací.

Vzhledem k charakteru odpovědi (vysvětlení beze změny požadavku) se lhůta pro podávání nabídek **neprodlužuje.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace