

Příloha č. 1 - Minimální technické parametry**Minimální technické parametry:**

131502	systém ohřevu pacienta - vodní (řídící jednotka + vyhřívaná podložka/přikrývka)	2 ks
	systém ohřevu pacienta určený na operační sály hypertermický vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta mikroprocesorové řízení snadné zapojení/odpojení matrace 2 okruhy pro současné samostatné paralelní připojení 2 matrací, průtok min. 100 l/hod. nastavitelná teplota vody: v minimálním rozmezí 20-42°C s krokem 1°C tři nezávislé teplotní limity v kombinaci se zvukovou a optickou výstrahou chrání pacienta i přístroj 3 bezpečnostní teplotní čidla LED display pro zobrazení nastavené a aktuální teploty zvukový a optický alarm nízké hladiny vody indikátor průtoku vody hmotnost do 25 kg vč. vodní náplně tepelný výkon min. 800 Wattů přesnost min. +/- 1 °C síťový kabel min. 3 m požadované příslušenství: 2x úzká matrace na operační stůl orientační rozměry 500x1500 mm, tolerance +/-15% 2x přikrývka pacienta matrace i přikrývky pro opakované použití odolné proti mechanickému poškození (propíchnutí) nepórovitý povrch snadno omyvatelné a dezinfikovatelné 2x připojovací hadice min. 2,5 m 1x dětská gelová antidekubitní matrace orientační rozměry 600x800 mm, tolerance +/-15% snadno omyvatelná, dezinfikovatelná	
131505	podložka gelová na operační stůl	6 ks
	gelová antidekubitní matrace pro dospělé o rozměru 650x1900 mm, tolerance +/-15% s možností napojení na jednotku hypertermického vodního systému snadno omyvatelná, dezinfikovatelná vč. připojovací hadice min. 2,5 m	