

Příloha č. 1 - Minimální technické parametry**Minimální technické parametry:**

140005 monitor lůžkový (na pooperační pokoj)	2 ks
modulární monitor, barevný LCD plně dotykový display (FULL HD) s velikostí min. 12", možnost plného zobrazení až 8 křivek na obrazovce a numerických údajů, bez otočného knoflíku a pevných tlačítek monitory napojeny na centrální monitor pomocí drátového připojení do stávajícího CMS Mindray volně konfigurovatelné zobrazení umožní nastavení několika předem uživatelsky volitelných a nastavitelných profilů automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu možnost připojení klávesnice, myši, laserové tiskárny a čtečky čárových kódů přes port USB monitor vhodný pro všechny věkové kategorie integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzivní péče bez nutnosti jeho změny při doplnění jakýchkoliv budoucích parametrů C.O., BIS, NMT, SvCO2/ScvO2 včetně plynové analýzy, ICP, EEG, PICCO minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení, detekce arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňové fibrilace atd. analýza ST segmentu včetně alarmů s grafickým výstupem, monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmů transportní modul s měřením a záznamem EKG 3/5 svodů, RESP (impedanční metoda), NIBP (režim manuálního a automatického měření včetně pulsu), SpO2 (včetně hodnoty perfuze), TEMP, IBP, přenositelný mezi monitory, včetně držáku na postel, s displejem o velikosti min. 5" o hmotnosti do 1 kg, výdrž baterie min. 2 hodiny, s přenosem dat do všech modulů budou přenositelné mezi jednotlivými monitory volba nastavení priority alarmů (nízká, střední a vysoká), rozlišení fyziologický a technický alarm možnost nastavení alarmových autolimitů standby zobrazování trendů v grafické min. 72 hodin nebo číselné formě min. 120 hodin možnost tisku záznamů a trendů na tiskárně u centrálního monitoru paměť záznamů NIBP minimálně pro 1000 měření režim zobrazení velkých čísel na displeji, zobrazení minitrendů, funkce view-other-patient (podívej se na jiného pacienta) zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů SW v českém jazyce pozorovací úhel displeje min. 178st. automatická adaptace displeje na okolní světlo musí obsahovat lékové kalkule v používaných lécích měnitelných dle potřeb nemocnice, hemodynamické kalkule, klinické aplikace: CAA (komplexní analýza arytmií), GSC (stupnice hloubky bezvědomí), EWS záložní zdroj (baterie) na min. 3 hodiny provozu monitor s madlem obousměrná datová komunikace s centrální stanicí noční a privátní režim nastavení obrazovky kompatibilita se stávajícím centrálním monitorem BeneVision CMS	