

**POŽADAVKY č. 31 a č. 32 – nové znění k vyjádření účastníků PTK**

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Skiagraficko-skiaskopický komplet

	Parametr	Status	Druh technického parametru	ANO/NE	Reálná hodnota (vyplní dodavatel)	Poznámka/komentář
31.	<b>2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory pro vyšetřovnu</b>  <b>(možnou variantou je dodat 1ks plochý medicínský monitor s úhlopříčkou 23“ stejné specifikace ve všech bodech uvedených níže a s funkcí rozdělení obrazové plochy na více vyšetření)</b>	požadováno	<b>absolutní</b>	Ano	2 ks	Speciální medicínské, tj. klinické DICOM monitory, v naší nabídce dotykové s úpravou pro min. odlesků
a)	úhlopříčka min 19“ (dodávka 2 ks monitorů) / úhlopříčka min. 23“ (dodávka 1 ks monitoru)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	2× 21,5“.	.....
b)	rozlišení min. 1,2 Mpix	požadováno	<b>absolutní</b>	no	2 Mpix.	.....
c)	max. svítivost min. 800 cd/m <sup>2</sup>	požadováno	<b>absolutní</b>	<b>NE</b>	<b>300 cd/m<sup>2</sup>/</b>	.....
d)	kontrast min. 1000:1	požadováno	<b>absolutní</b>	Ano	1000:1	.....

e)	neprokládané řádkování	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....
f)	obnovovací frekvence min. 70 Hz	požadováno	<b>absolutní</b>	ano - ne	??? Hz	Výrobce hodnotu neuvádí
g)	monitor/monitory umístěny na polohovatelném stropním závěsu s kloubovým ramenem (výškové a stranové polohování, náklon monitoru, otáčení podél osy)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....
h)	připojení další zobrazovací modalit (endoskopický videoprocessor) s výstupy DVI-D, VGA, RGB, Y/C, Composite k monitoru/k jednomu ze 2 ks dodaných monitorů	požadováno	<b>absolutní</b>	<b>NE</b>	Vstupy DVI-I, DP	.....
i)	funkce rozdělení obrazové plochy na více vyšetření (pouze v případě dodávky 1 ks monitoru s úhlopříčkou min. 23“)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano - ne	nerelevantní	.....
32.	<b>2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory pro <u>ovladovnu</u></b>  <b>možnou variantou je dodat 1 ks plochý medicínský monitor s úhlopříčkou 23“ stejné specifikace ve všech bodech uvedených níže, umístěný na kancelářském stole</b>	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	2 ks	Dotykové klinické DICOM monitory
a)	úhlopříčka min 19“ (dodávka 2 ks monitorů) / úhlopříčka min. 23“ (dodávka 1 ks monitoru)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	2× 21,5“.	.....
b)	rozlišení min. 1,2 Mpix	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	2 Mpix.	.....
c)	max. svítivost min. 800 cd/m <sup>2</sup>	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	<b>300 cd/m<sup>2</sup>/</b>	.....
d)	kontrast min. 1000:1	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	1000:1	.....

e)	neprokládané řádkování	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....
f)	obnovovací frekvence min. 70 Hz	požadováno	<b>absolutní</b>	ano - ne	??? Hz	.....
g)	umístění na kancelářském stole v ovladovně	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....

**Další informace zadavatele:**

**V souvislosti se shora uvedenými upravenými požadavky č. 31 a č. 32 Vás prosíme o vyjádření, zda výše uvedené změny budou znamenat navýšení orientační nabídkové ceny oproti ceně Vámi původně zaslané. Pokud ano, tak prosíme o uvedení ceny nové, případně o vyčíslení navýšení:**

**Bez navýšení**