

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na podlimitní veřejnou zakázku
„Dodávka reagensů a spotřebního materiálu
včetně výpůjčky 2 přístrojů - hematologických
analyzátorů“

ev. č. VZ5/2021

Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 3 písm. a) a v režimu § 52 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: **Ing. Evou Tomášovou, ředitelem**

Kontaktní osoba: Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení

Telefon: 568 809 647, 731 127 745

E-mail: mtrnkova@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: *tecrjqc*

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 ZZVZ zohledňuje vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady odpovědného zadávání.

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

24496500-2

Laboratorní činidla

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky celého spektra reagensů a spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu, krevního obrazu s diferenciálem a stanovení retikulocytů, stanovení tělních tekutin včetně výpůjčky 2 přístrojů – hlavního a záložního hematologického analyzátoru (dále „hematologický analyzátor“ nebo „přístroj“) pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Požadavkem zadavatele je bezplatná výpůjčka hlavního a záložního hematologického analyzátoru, přístrojů jednotné technologie s reagensy, včetně jeho instalace, zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu trvání výpůjčky, zapojení do laboratorního informačního systému, uvedení do provozu a bezplatné zaškolení obsluhy.

Podmínky výpůjčky hematologických analyzátorů dle přílohy č. 4 návrhu smlouvy o výpůjčce. Podmínky pro dodávky reagensů a spotřebního materiálu dle přílohy č. 3, návrhu kupní smlouvy.

Počet vyšetření pro dodávky reagensů a spotřebního materiálu uvedený v této zadávací dokumentaci je pouze orientační a nezavazuje zadavatele k jeho odběru. Skutečný odběr bude dán potřebou zadavatele a jeho jednotlivými dílčími objednávkami v rámci smluvního vztahu s vybraným účastníkem.

Zadavatel požaduje shodné reagensy a kontrolní materiál pro hlavní, tak i pro záložní hematologický systém.

Minimální požadavky na přístroj:

Specifikace pro hlavní analyzátor
Plně automatický nový vysokokapacitní hematologický analyzátor krevních obrazů.
Manuální a automatický mód.
Rychlý vstup statimového vzorku.
Minimální kapacita vzorků - 100 KODIF/1 hod.
Aspirační objem vzorku pro automatický i manuální mód max. 100 µl plné krve.
Společná náběrová jehla pro manuální i automatický mód.
Selektivní výběr vyšetření - zvláště KO nebo KO+DIFF nebo KO+DIFF+RTC (pětipopulační DIFF).
Automatické stanovení jaderných červených krvinek (NRBC) a provedení korekce počtu leukocytů v průběhu procesu jejich kvantifikace v periferní krvi již v základním módu.
DIFF v procentuálním vyjádření [%] i absolutních hodnotách.
Vyšetření RTC přímým měřením z jednoho náběru (absolutní i procentuální [%] výsledky) – bez nutnosti preanalytické přípravy vzorku.
Měření abnormálních populací DIFF.
Půjčitel zajistí, aby na zapůjčených analyzátoch bylo možno provést externí hodnocení kvality laboratoře v rámci EHK (SEKK). Pro hodnocení analyzátorů v rámci EHK (SEKK), je vyžadována skupina o minimálně 5 analyzátoch stejného měřicího systému.
Zobrazení histogramů (WBC, RBC, PLT), scattegramů (DIF, RTC).
Flagy abnormálních výsledků.

Databáze měření s vyhodnocením.
Možnost archivace primárních dat patientských vzorků, nastavení analyzátoru, kontrolních souborů a dalších potřebných údajů na jiné medium (např. DVD, flash disk, neakceptujeme disketu) ve formátu, který lze snadno převést do uživatelsky přístupných formátů (MS Word, Excel, PDF, XML soubory...) nebo přímo v těchto typech souborů. + uchování min. 10 tis. vzorků.
Údržba analyzátoru bez nutnosti jeho vypnutí (max. krátká údržba 30 min.).
Monitorace množství reagentie zbývající v přístroji s možností včasného upozornění analyzátoru na nutnost doplnění reagentií do přístroje.
Čtečka čárového kódu zkumavek pro otevřený i uzavřený mód i reagentie.
Standardizovaná identifikace vzorku, kdy číslo vzorku na zkumavce je čteno a kontrolováno přímo v analyzátoru těsně před aspirací - vyloučení záměny vzorku. Automatická/individuální volba módu měření dle požadavku z LIS.
Automatický kazetový podavač pro libovolné typy zkumavek - možnost více typů zkumavek v jedné kazetě.
Jednoduchá obsluha (snadná, intuitivní obsluha bez nutnosti zdlouhavých příprav analyzátoru k měření, snadná ovladatelnost softwaru analyzátoru, snadná výměna reagentií a údržba analyzátoru)
Software pro interní kontrolu kvality (L-J grafy, XB analýza, Westgardova statistika). Možnost mezilaboratorního a mezinárodního srovnání výsledků z interní kontroly kvality automaticky v reálném čase, a to z důvodu neexistence jiného způsobu, jak v reálném čase zjistit metrologickou návaznost u parametrů krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů a ostatních měřených a počítaných parametrů, které nejsou součástí externího hodnocení kvality poskytovaných poskytovateli externího hodnocení kvality.
Statistika opakovatelnosti (v čase, v sérii) dle platné legislativy.
Kontrolní materiál: 3 hladiny kontrolní krve, které zahrnují referenční hodnoty pro měřené parametry periferní krve (KODIF, NRBC, RTC) odpovídající požadavkům ISO 15 189.
Tiskárna s možností volby černobílého a barevného tisku.
Oboustranná komunikace s laboratorním informačním systémem a nemocničním informačním systémem (možnost zasílání dat z analyzátoru do laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému a obráceně, tedy možnost zasílání dat z laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému do analyzátoru).
On-line vzdálená správa analyzátoru (postačuje možnost servisního technika se přihlásit k uvedeným analyzátorům, přímo proaktivní servis není vyžadován).
Součástí zápůjčky i UPS - záložní zdroj.
Dodávka reagentií s CE značkou a uvedením počtu používaných diagnostik.
Uživatelská příručka v českém jazyce - tištěná i v elektronické formě.
Bezplatné zapojení, instalace, kalibrace + instalační protokol, zajištění komunikace s LIS a NIS, bezplatné zaškolení obsluhy + protokol o zaškolení obsluhy.
Certifikát pro ANALYZÁTOR I REAGENCIE v rozsahu: Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce.
Ceny vyšetření budou uvedeny včetně promývacích a proplachovacích cyklů stanovených výrobcem, do ceny budou zahrnuty náklady na reagentie, kontrolní materiály (3 hladiny denně), alespoň 5% míra opakování testování vzorků.
Mód pro tělní tekutiny. Pro všechny typy tělních tekutin možnost minimálně: možnost diferenciace na erythrocyty, leukocyty, mononukleáry (% i počet), polymorfonukleáry (% i počet).
Bezplatný servis po dobu výpůjčky – součástí smlouvy.

Specifikace pro záložní analyzátor

Plně automatický vysokokapacitní hematologický analyzátor krevních obrazů.
Manuální i automatický mód.

Minimální kapacita vzorků 60 za 1 hod.
Stanovení retikulocytů z jednoho náběru – bez nutnosti preanalytické přípravy vzorku.
Mód pro tělní tekutiny. Pro všechny typy tělních tekutin možnost minimálně: možnost diferenciací na erytrocyty, leukocyty, mononukleáry (% i počet), polymorfonukleáry (% i počet).
Aspirační objem, max. 30 µl. pro novorozenecké vzorky.
Diferenciální rozpočet - v procentuálním vyjádření [%], pětipopulační.
Standardizovaná identifikace vzorku, kdy číslo vzorku na zkumavce je čteno a kontrolováno přímo v analyzátoru těsně před aspirací - vyloučení záměny vzorku. Automatická/individuální volba módu měření dle požadavku z LIS.
Zobrazení histogramů.
Archivace výsledků.
Údržba analyzátoru bez nutnosti jeho vypnutí (max. krátká údržba 30 min.).
Monitorace množství reagentie zbývající v přístroji s možností včasného upozornění analyzátoru na nutnost doplnění reagentií do přístroje.
Software pro interní kontrolu kvality (L-J grafy, XB analýza, Westgardova statistika). Možnost mezilaboratorního a mezinárodního srovnání výsledků z interní kontroly kvality automaticky v reálném čase, a to z důvodu neexistence jiného způsobu, jak v reálném čase zjistit metrologickou návaznost u parametrů krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů a ostatních měřených a počítaných parametrů, které nejsou součástí externího hodnocení kvality poskytovaných poskytovateli externího hodnocení kvality.
Tiskárna.
Možnost oboustranné komunikace s laboratorním informačním systémem a nemocničním informačním systémem (možnost zasílání dat z analyzátoru do laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému a obráceně, tedy možnost zasílání dat z laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému do analyzátoru).
Dodávka reagentií s CE značkou.
On-line vzdálená správa analyzátoru (postačuje možnost servisního technika se přihlásit k uvedeným analyzátorům, přímo proaktivní servis není vyžadován).
Uživatelská příručka v českém jazyce - tištěná i v elektronické formě.
Bezplatné zapojení, instalace, kalibrace + instalační protokol, komunikace s LIS a NIS, bezplatné zaškolení obsluhy + protokol o zaškolení obsluhy.
Certifikát pro ANALYZÁTOR I REAGENCIE v rozsahu: Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce.
Bezplatný servis po dobu výpůjčky - součástí smlouvy.
Čtečka čárových kódů.

Výše uvedené minimální požadavky na přístroj musí účastník v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude účastník vyloučen.

Orientační roční počet vyšetřovaných vzorků:

49 800 vzorků (zvlášť KO, DIFF, RET)

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních

materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění:

Reagencie a spotřební materiál:

Termín zahájení plnění: ihned od účinnosti kupní smlouvy, která bude uzavřena současně se smlouvou o výpůjčce hlavního a záložního hematologického analyzátoru

Termín ukončení plnění: na dobu neurčitou

Průběžné plnění bude prodávající poskytovat na základě jednotlivých objednávek zadavatele, dle jeho potřeb.

Dodávky budou realizovány nejpozději do 10 pracovních dnů od objednání. Schopnost rychlého dodání reagentů (do 2 pracovních dnů od objednání).

Hematologický analyzátor (hlavní + záložní):

Termín zahájení plnění: ve lhůtě dle smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena současně s kupní smlouvou na dodávku reagentů a spotřebního materiálu

Termín ukončení plnění: na dobu určitou, a to do 30. dne od skončení účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, Centrální laboratoř.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení, tel. +420 568 809 647, mobil: +420 731 127 745, email: mtrnkova@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Způsobilým (§ 74 odst. 1 zákona) není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání základní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3, písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost dle § 77 zákona splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
- doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo jeho dispozici osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to:

Osvědčení o certifikaci odborné osoby, která bude provádět servis zdravotnických prostředků, odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Technická kvalifikace

Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

- **Prohlášení o shodě** - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Účastník doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.

- **Seznam dodávek** - seznam nejméně 2 významných dodávek (zapůjčení) přístrojů a dodávek materiálu obdobného charakteru, každé o objemu minimálně 2 000 000 Kč bez DPH realizovaných účastníkem za poslední 5 let. Seznam musí zahrnovat typ přístroje, cenu, dobu a místo plnění dodávky (zapůjčení) přístroje a materiálu, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně.
- **Čestné prohlášení k autorizaci servisu** (Pověření výrobcem zdravotnického prostředku k prodeji a servisu vč. proškolení techniků dle § 64 a souvisejících dle zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a registrace v Registru zdravotnických prostředků (ohlašovací povinnost) dle § 26 a souvisejících zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel má právo provést před podpisem smlouvy fyzickou technickou kontrolu vlastností nabízeného typu vybavení, jeho funkčnosti a případně i dalších vlastností, a to v místě sídla zadavatele.

Způsob prokázání kvalifikace

- Účastník je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky.
- Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít za podmínek stanovených v § 228 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít za podmínek stanovených v § 234 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.
- Účastníci mohou dle § 53 odst. 4 nahradit kvalifikační doklady čestným prohlášením. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu za 1 balení s uvedením podrobné kalkulace ceny, dále seznam spektra reagensů a spotřebního materiálu včetně uvedení ceny jednotlivých položek v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

Cena vyšetření (reagensie včetně spotřebního materiálu) je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady včetně spotřebního materiálu a reagensů na promývací a proplachovací cykly stanovené výrobcem, kontrolní materiály (3 hladiny denně), min. 5% míra opakování testování vzorků apod.

V případě, že předpokládaná spotřeba reagensů resp. cena za vyšetření nebude odpovídat reálnému stavu dodávek resp. reálné ceně za vyšetření v době plnění a trvání smluvního vztahu s vybraným účastníkem a bude nákladovost o více než 5 % větší, má zadavatel právo na odstoupení od smlouvy nebo udělení sankce ve výši 10 % z každé realizované dodávky spotřebního materiálu a reagensů.

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude zahrnovat veškeré nutné náklady související s dodáním a dopravou do skladovacích prostor určených zadavatelem.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce účastníka se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy.

Účastník bude při tvorbě nabídkové ceny (včetně kalkulace spotřeby reagentů a materiálu) počítat také s výpůjčkou přístrojů a náklady spojenými s jejich běžnou údržbou (předepsané prohlídky apod.).

8. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

9. Požadavky na varianty, dílčí plnění

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy a návrhu smlouvy o výpůjčce. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy a jako svůj návrh smlouvy o výpůjčce na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o výpůjčce tvoří příloha č. 4 této zadávací dokumentace.

Servisní podmínky

- Rychle dostupný servis v ČR (dostupnost do 12 hodin, dostupnost 24/7).
- Garance opravy do 48 hod. od nahlášení závady bez potřeby náhradních dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 72 hod. od nahlášení závady.
- V případě nemožnosti zprovoznění přístroje do 3 pracovních dnů od nahlášení závady nebo provádění servisních výkonů mimo nemocnici zadavatel požaduje zapůjčení náhradního kvalitativně srovnatelného přístroje po dobu provádění servisního výkonu či opravy.
- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR.
- Účastník do nabídky (do návrhu smlouvy o výpůjčce) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel požaduje provedení pravidelných bezpečnostně technických prohlídek a servisních prohlídek předepsaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále provedení oprav, vstupních a následných validací nebo kalibrace parametrů (včetně potřebného materiálu) po dobu zápůjčky bezplatně a v případě periodických činností bez vyzvání, dálková správa. Kopie protokolů o provedených prohlídkách a servisních zásazích budou neprodleně zasílány vypůjčitel.

11. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle ekonomické výhodnosti – nejnížší nabídkové ceny v Kč vč. DPH**, přičemž nabídka s nejnížší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníku.

Posouzení nabídek

Zadavatel v souladu s § 39 odstavec 1 zákona stanoví, že nabídky budou nejprve vyhodnoceny podle kritérií hodnocení dle této zadávací dokumentace a následně bude

provedeno posouzení nabídky vybraného dodavatele, jehož součástí bude i posouzení nabídkové ceny vybraného dodavatele ve smyslu mimořádně nízké nabídkové ceny.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak.

Nabídky musí být podány písemně, v elektronické formě nejpozději do **4. 11. 2021 do 9.00 hod.**

Způsob podání a forma nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html pod názvem veřejné zakázky.

Podrobné informace o elektronickém nástroji E-ZAK nalezne dodavatel na internetové adrese <http://www.ezak.cz/>, zejména v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu apletu elektronického podpisu.

Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu *.pdf, *.doc či obdobném (textové části nabídky, doklady) a *.xls či obdobném (položkové rozpočty).

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 3).
- Návrh smlouvy o výpůjčce podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 4).

Ostatní materiály vztahující se k nabídce (zejména prospektové materiály, technický popis přístroje, technické parametry ke splnění minimálních požadavků na přístroj apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

Pozdní podání nabídky

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se bude řídit ustanoveními § 109 zákona.

13. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

14. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- Změnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to buď na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kterým byla kompletní zadávací dokumentace (textová část včetně příloh) poskytnuta způsobem dle článku 16. této zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.
- Zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanoveními § 127 zákona.

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

15. Uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel je povinen splnit další podmínky pro uzavření smlouvy, pokud je zadavatel v této zadávací dokumentaci stanovil. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je dodavatel nepředložil v rámci své nabídky).

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží) zadavatel vybraného dodavatele vyloučí.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence:

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. Pokud požadované údaje a doklady nepředloží, bude vybraný dodavatel zadavatelem vyloučen.

16. Další podmínky a požadavky zadavatele

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávacích podmínkách, aby využili svého práva a po zadavateli požadovali písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 uveřejní stejným způsobem, jakým byla

uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené výše. To znamená, že za včasné podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude zadavatel považovat každou žádost podanou nejpozději 7. pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nároky účastníků

Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Účastník svou účastí v zadávacím řízení souhlasí s možností zveřejnění obsahu obchodních smluvních vztahů z něj vyplývajících.

Vztahy neupravené ZD se v případě nejasností řídí ustanoveními zákona.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy včetně příloh – Kupní smlouva „Dodávka reagensů a spotřebního materiálu pro hematologické analyzátory“
- Příloha č. 4 Návrh smlouvy o výpůjčce – Smlouva o výpůjčce „Hlavního a záložního hematologického analyzátoru“

V Třebíči dne

Ing. Eva Tomášová
ředitel