

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Mycí a dezinfekční automaty Část 1 – Myčky podloží mís
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva
Evidenční číslo zadavatele:	ZMR-2021-14

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736-681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel v souladu s pravidly zadávací dokumentace uveřejňuje dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce a její části. Informace jsou nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna Výzva k podání nabídky.

V příloze č. 3 Výzvy (Technická specifikace předmětu plnění) jsou v bodě č. 18 nepodkročitelných požadavků uvedeny možnosti elektrického připojení požadovaných přístrojů, v konkrétním znění:

„Elektro připojení 400 V (4,6 kW) nebo 230 V (2,8 kW)“

Zadavatel těmito dodatečnými informacemi upravuje původní znění na nové takto:

„Elektro připojení 400 V nebo 230 V“

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **pondělí 22. 11. 2021, 12:00 hodin.**