

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Audiometrická komora
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, s uveřejněním výzvy
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2021-8

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s dotazem, týkajícím se předmětu plnění veřejné zakázky. Tímto odpovídá na položený dotaz a vysvětlení/dodatečné informace uveřejňuje také na profilu zadavatele.

Dotaz:

Má být součástí cenové nabídky také systém NOAH4, zmiňovaný v dodatečné informaci č. 1 nebo jej již nemocnice používá a není nezbytné jej do cenové nabídky zahrnout?

Odpověď zadavatele:

Audiometr má být kompatibilní se systémem NOAH4. Systém NOAH4 nemá být součástí cenové nabídky.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.



V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....
Ing. Veronika Pysková
referentka obchodního oddělení
administrátorka veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace