

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava Část 4 – Biohazard box Část 8 – Mikroskop s fázovým kontrastem
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2022-1
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-004933

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velez, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotazy k části 4 – Biohazard box

Dotaz č. 1:

Můžeme nabídnout laminární box s elektrickým posuvem předního skla (v požadavcích uveden manuální posuv) pokud je zachována podmínka polohy pro oboustranné čištění celého skla?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 7: *Přední okno z netřítivého skla s UV ochranou a manuálním posuvem pro plné uzavření pracovního prostoru boxu, poloha pro oboustranné čištění celého okna.*

Zadavatel preferuje manuální manipulaci s předním ochranným sklem boxu.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat variantu se třemi nezávislými ventilátory (požadovány min. 2), které jsou vybaveny moderními EC motory, které jsou energeticky úsporné a s nižší hlučností, než klasické ventilátory?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 5: *2 nezávislé ventilátory – vstupní a výstupní, s automatickou kompenzací stavu filtrů.*

Rozsah min./max. pro počet ventilátorů nebyl stanoven. Zadavatel shledává pro zamýšlený účel použití boxu 2 ventilátory jako optimální řešení (s ohledem na provozní náklady, hlučnost, možnou poruchovost atd.).

Dotazy k části 8 – Mikroskop s fázovým kontrastem

Dotaz č. 1:

K bodu č. 11: Automatické nastavení intenzity osvětlení nezávisle pro každý objektiv.

Bude zadavatel trvat na tomto parametru? Naše řešení automatické nastavení intenzity osvětlení nezávisle pro každý objektiv nemá.

Vysvětlení: Automatické nastavení jasu, nezajistí uživateli automatizaci, po otočení revolverového měniče objektivů, je třeba manuálně nastavit hodnotu kondenzoru na hodnotu NA používaného objektivu, případně ještě i vyklopit/odstranit výklopnou čočku při změně objektivů z 4x na 10x a obráceně. Nehledě na to, že každá tkáň má částečně jinou propustnost světla a uživatel tedy částečně upravuje hodnotu jasu na daný typ tkáně pokaždé skupině preparátů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude trvat na požadavku č. 11. Parametr bude vypuštěn (uveřejnění aktualizované verze Přílohy č. 3 – Technická specifikace dodávky č.8).

Dotaz č. 2:

K bodu č. 17: Možnost úhlové rotace stolku min. 250°.

Bude zadavatel akceptovat možnost úhlové rotace stolku min. 110°?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 17.

Větší rozsah úhlové rotace umožňuje větší možnosti polohování sledovaného preparátu bez nutnosti manuální manipulace s preparátem.

Dotaz č. 3:

K bodu č. 22: Nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu min. 50-76 mm.

Bude zadavatel akceptovat řešení nastavitelné interpupilární vzdálenosti v rozsahu min. 55-75 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 22.

Větší rozsah nastavitelné interpupilární vzdálenosti umožňuje širší personalizaci dle potřeb pozorovatele.

Dotaz č. 4:

K bodu č. 23: Třípolohové dělení světla – okuláry / foto výstup (100/0 %, 0/100 %, 50/50 %).

Bude zadavatel akceptovat řešení pouze dělení světla 50/50 %?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 23.

Dělení světla 100/0 % resp. 0/100 % (okuláry / foto výstup) umožňuje lepší práci se slabými fluorescenčními signály.

Dotaz č. 5:

K bodu č. 24: Okuláry s gumovými shrnutelnými manžetami.

Bude zadavatel akceptovat řešení 2 ks odnímatelných očí z tvrzeného plastu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 24.

Dotaz č. 6:

K bodu č. 25: Zorné pole okulárů FN min. 26.

Bude zadavatel akceptovat řešení zorné pole okulárů FN min. 25, když v parametru 19 tech spec. zadavatel požaduje FN min. 25 pro celou konfiguraci mikroskopu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje řešení požadavku č. 25: *Zorné pole okulárů FN min. 25*

Dotaz č. 7:

K bodu č. 27: Kódovaný revolverový nosič objektivů s min. 6 pozicemi (automatický odečet pozice).

Bude zadavatel akceptovat řešení revolverový nosič objektivů bez automatického odečtu pozice?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 27.

Přítomnost kódovaného revolverového nosiče objektivů pro usnadnění práce s požadovaným softwarem.

Dotaz č. 8:

K bodu č. 30: Planapochromatický objektiv bez fázového kontrastu, zvětšení 40x, NA min. 0,95.

Rádi bychom se dotázali, zda uživatel opravdu poptává dva 40X objektivy (viz parametr 29 a 30)? Domníváme se, že jde o chybu. V tech. Spec. není definovaný 100x objektiv!

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 29 a č. 30.

Jsou požadovány dva objektivy se zvětšením 40x, které mají odlišné vlastnosti (dle požadavku č. 29 a č. 30). Objektiv se zvětšením 100x není na pracovišti zadavatele využíván.

Dotaz č. 9:

K bodu č. 32.-39.

Bude zadavatel akceptovat dig. kameru s těmito parametry: digitální barevná kamera s vysokou citlivostí a rozlišením min. 20 Mpx, s velikostí čipu 1/2.3", velikost pixelu 1,55 x 5,9 µm, rychlost snímání min. 60 snímků/vteřinu při 4 K, připojení pomocí USB3.1?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku č. 32.-39.

Vzhledem k účelu použití mikroskopu zadavatel požaduje kameru s větším obrazovým čipem a větší velikostí pixelu.

Lhůta pro podání nabídek u **části 4 – Biohazard box se nemění.**

Lhůta pro podání nabídek u **části 8 – Mikroskop s fázovým kontrastem se tímto prodlužuje, a to do 21. 3. 2022, 11:00 hodin.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace