

## DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 5 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Infuzní roztoky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2022-6
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-029808

---

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	<a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a>
Web:	<a href="http://www.nemji.cz">www.nemji.cz</a>
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

---

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 1:**

Zvažuje zadavatel z důvodu odlišné kvality infuzních lahví na trhu doplnit hodnocení požadovaných parametrů například na stupnici 1-10 bodů dle funkčnosti ověřené v praxi, tak aby cena nebyla jediným hodnotícím parametrem a byla zajištěna maximální bezpečnost a ochrana personálu a pacientů?

Domníváme se, že konkrétně níže uvedené parametry by bylo vhodné tímto způsobem hodnotit, jelikož mohou v případě nedostatečné funkčnosti zvýšit riziko infuzní terapie:

- po vyprázdnění musí láhev kompletně kolabovat
- membrána portů musí být samouzavíratelná, po vytažení jehly nebo plastového trnu se musí uzavřít tak, aby nedošlo k úniku tekutiny
- porty musí být kompatibilní se všemi běžně používanými infuzními sety.

#### **Odpověď zadavatele:**

Vzhledem k praktickým zkušenostem se všemi dostupnými typy plastových infuzních lahví zadavatel nezvažuje doplnění hodnocení o výše uvedené bodované parametry.

#### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje v požadavcích na složení plastových lahví: láhev musí být opatřena dvěma samostatnými sterilními oddělenými porty pro injekční a infuzní techniku určenými k přípravě roztoků s obsahem léčivé látky, oba porty musí být opatřeny ochranným odstranitelným krytem, po odstranění krytu není nutné port dezinfikovat.

Požaduje zadavatel dva identické porty, tak aby do obou dvou bylo možné zavést infuzní set nebo injekční jehlu a snížilo se tak riziko chybné identifikace správného portu?

#### **Odpověď zadavatele:**

Na základě zkušeností z praxe zadavatel nepožaduje přítomnost dvou identických portů u plastových lahví.

**Dotaz č. 3:**

Zadavatel požaduje v Požadavcích na složení plastových láhví: láhve musí být opatřeny etiketou, na které musí být uvedeno složení roztoku, koncentrace elektrolytů, teoretická osmolarita, objem roztoku, opatření pro uchování, šarže a datum spotřeby, držitel rozhodnutí o registraci.

Požaduje zadavatel pro bezpečnou a snazší identifikaci infuzních roztoků, aby byla etiketa jednotlivých druhů infuzních roztoků i barevně odlišená?

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nepožaduje barevné rozlišení etiket.

**Dotaz č. 4:**

Má zadavatel požadavek na minimální prostor pro aditiva u jednotlivých velikostí infuzních roztoků?

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nemá požadavek na minimální prostor pro aditiva.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....  
**Ing. Veronika Pysková**  
**referent veřejných zakázek**  
**Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace**