



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Transportní ventilátory
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2022-037182
ev. č. VZ u zadavatele:	09/22/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 29.9.2022 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Příloha č. 2 ZD Technická specifikace - tabulka technických požadavků (čl. 6)
Bod 21 - zadavatel požaduje: "Nastavitelná citlivost Flow trigger min 1-15l/min."
Bude zadavatel akceptovat přístroj s nastavením rozsahu pro parametr Flow trigger 0-10l/min, případně OFF (vypnuto), což je rozsah plně dostačující pro nastavení bezpečné ventilace pacienta všech věkových kategorií.
Znění odpovědi:
Zadavatel bude akceptovat přístroj s nastavením rozsahu pro parametr Flow trigger 0-10 l / min. V té souvislosti zadavatel upravuje daný požadavek č. 21 uvedený v příloze č. 2 ZD, a to tak, že původní text: „min. 1-15 l/min.“ nahrazuje textem „min. 1-10 l/min.“

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Příloha č. 2 ZD Technická specifikace - tabulka technických požadavků (čl. 6)
Bod 22 - zadavatel požaduje: "Nastavení poměru inspira a expira (I:E) včetně nastavení v inverzním poměru (E:I)."
Bude zadavatel akceptovat přístroj s nastavením (I:E) až do rozsahu 1:9 a (E:I) do rozsahu 1:1? Což je rozsah plně dostačující pro nastavení bezpečné ventilace pacienta všech věkových kategorií.
Znění odpovědi:
Zadavatel bude akceptovat přístroj s nastavením (I:E) až do rozsahu 1:9 a (E:I) do rozsahu 1:1. V té souvislosti zadavatel upravuje daný požadavek č. 22 uvedený v příloze č. 2 ZD, a to tak, že odstraňuje text: „včetně nastavení v inverzním poměru (E:I)“.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Příloha č. 2 ZD Technická specifikace - tabulka technických požadavků (čl. 6)
Bod 26 - zadavatel požaduje: "Monitorace hodnot minimálně minutová ventilace MV, MVspont, frekvence f, fspont, ..."
Bude zadavatel akceptovat přístroj s indikací spontánního dýchání (MVspont a frekvence fspont) zobrazením piktogramu?
Znění odpovědi:
Zadavatel bude akceptovat přístroj s indikací spontánního dýchání (MVspont a frekvence fspont) zobrazením piktogramu. V té souvislosti zadavatel upravuje daný požadavek č. 26 uvedený v příloze č. 2 ZD, a to tak, že odstraňuje texty: „MVspont“ a „fspont“.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o **úpravě technických podmínek na předmět plnění** uvedených v příloze č. 2 ZD, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 2 ZD se zvýrazněnými změnami je přílohou této zprávy.

Poznámka: zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányi změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, a to do 31.10.2022 do 13:45 hodin.** Otevírání nabídek se uskuteční dne 31.10.2022 ve 13:45 hodin, a to za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 19.9.2022 pod ev. č. F2022-037182. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 30.9.2022.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 30.9.2022

Nemocnice Nová Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková ředitelka nemocnice

Příloha: Nové znění přílohy č. 2 ZD Technická specifikace předmětu plnění – změna ke dni 30.9.2022

