



Příloha č. 4 ZD

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1. Prodávající: firma L I N E T spol. s r.o.
se sídlem: Želevecice 5, 274 01 Slaný
(přesný název a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku)
Zapsaná v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163
Zastoupená: Bc. Zdeňkem Grimmem, ředitelem obchodu ČR a SR, v plné moci
IČO: 00507814
DIČ: CZ00507814
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.úctu: 58242141/0100

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující: **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace**
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
Zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou
IČO: 00842001
DIČ: CZ 00842001
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.
č.úctu: 9200529604/0600

(dále jen „kupující“)

(společně pak jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem **„Nemocniční lůžka“** zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále jen „zákon“) pod ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-016211 a v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k výzvě č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, vydání č. 1.14, platným od 1.3.2021



s názvem „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 - předmět smlouvy bude financován v rámci projektu kupujícího: „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Nové Město na Moravě“ pod reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016364.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.

Kupující proto klade důraz na to, aby prodávající při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy.

Čl. I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodání **zdravotnických prostředků – nemocničních lůžek** (dále jen souhrnně „zdravotnický prostředek“), a to včetně:

- dopravy do sídla kupujícího,
- montáže, instalace, implementace, předvedení funkčnosti a uvedení do provozu včetně provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy;
- instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.“) - min. rozsah 5 pracovních dnů;
- předání návodu na obsluhu v českém jazyce, předání prohlášení o shodě a dalších dokladů dle čl V. této smlouvy.
- poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.

(dále také souhrnně „předmět smlouvy“).

2. Podrobnou specifikaci předmětu smlouvy obsahují přílohy č. 1 až č. 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.



3. Předmět smlouvy je dán:
- touto smlouvou,
 - zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávky: **„Nemocniční lůžka** vedené ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-018211 a u kupujícího pod ev. č. 04/22/VZ (dále jen „ZD“) a
 - písemnou nabídkou prodávajícího podanou v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky.
4. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat a odevzdat kupujícímu nový, nepoužitý zdravotnický prostředek specifikovaný v čl. I této smlouvy v požadované kvalitě, množství, řádně a včas a převést na kupujícího vlastnické právo ke zdravotnickému prostředku.
5. Kupující se zavazuje uvedený zdravotnický prostředek od prodávajícího převzít za předpokladu, že zdravotnický prostředek bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
6. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny legislativou předepsané požadavky na kvalifikaci i ostatní požadavky, které jsou nutné k plnění předmětu smlouvy.
7. Prodávající prohlašuje, že zdravotnický prostředek splňuje a po dobu záruky za jakost bude splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a požadavky platné legislativy pro tuto oblast zejména:
- zákona č. 89/2021 Sb. nebo zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a jeho příslušnými prováděcími předpisy, zejména nařízením vlády č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je zdravotnický prostředek zařazen.
 - zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušných prováděcích nařízení vlády a vyhlášek vztahujících se k problematice zdravotnických prostředků a
 - ostatní platné legislativy, harmonizovaných českých technických norem a ostatních ČSN vztahujících se k předmětu smlouvy.

Čl. II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaný zdravotnický prostředek v souladu s platnou legislativou uvedenou výše, dodaný zdravotnický prostředek zprovoznit a provést instruktáž. Instruktáž věcně příslušných



osob bude zdokumentována písemným protokolem vyhotoveným prodávajícím, který bude přílohou předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy. Barevný dekor zdravotnických prostředků dohodne prodávající s kupujícím při podpisu této smlouvy.

2. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje:

- a) provádět bezpečnostně technické kontroly (BTK) v souladu s platnou legislativou a v souladu s doporučeními výrobce včetně předávání protokolů z nich kupujícímu ve lhůtě do 2 týdnů od jejich dokončení, a to po celou dobu trvání záruky;
- b) provádět preventivní odbornou údržbu a opravy včetně dodávek všech náhradních dílů v souladu s platnou legislativou a v souladu s doporučeními výrobce, a to po celou dobu trvání záruky;
- c) sledovat dodržování zákonem a výrobcem stanovených termínů BTK a odborné údržby, a to po celou dobu trvání záruky.

Pokud konkrétní části zdravotnického prostředku dle právních předpisů či doporučení výrobce provádění shora uvedených činností (nad rámec plnění povinností ze záruky či z odpovědnosti za vady) nevyžadují, tak se tyto další závazky prodávajícího neuplatňují.

3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu garanci dostupnosti autorizovaného servisu po dobu životnosti zdravotnického prostředku (předpoklad - 10 roků od uvedení do provozu).
4. Činnosti uvedené v tomto článku v odst. 2. – 3. tvoří součást předmětu smlouvy v době sjednané záruky za jakost a prodávající nemá za jejich provádění nárok na jakékoli zvláštní finanční či obdobné kompenzace.
5. Vzhledem k tomu, že plnění z této smlouvy je mimo jiné financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu je prodávající povinen:

- a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle této smlouvy, která je součástí projektu kupujícího pod reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016364, včetně všech účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít a
- b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění této smlouvy, která je součástí projektu kupujícího a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Aspekty odpovědného zadávání



- a) Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Prodávající se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- b) Prodávající se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí – viz <https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAPNEQ20J> .
- c) V rámci plnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se prodávající tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech prodávajícího u kupujícího. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.
- d) Prodávající se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout kupujícímu na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a enviromentálních aspektů odpovědného zadávání, a to bez zbytečného odkladu.

Čl. III.



Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že předmět smlouvy uvedený v čl. I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za tuto **celkovou** kupní cenu:

12 023 230,00 Kč bez DPH

(slovy: dvanáctmilionůdvacetřítisícdvěstětřicet korun českých)

DPH: 1 803 484,50 Kč (sazba DPH: 15 %)

13 826 714,50 Kč s DPH

(slovy: třináctmilionůosmsetdvacetšesttisícsemsetčtrnáct korun českých padesát haléřů)

Rozpis kupní ceny (položkový rozpočet) je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Uvedená celková kupní cena zahrnuje všechny náklady za kompletní realizaci dodávky zdravotnického prostředku i za ostatní činnosti, sjednané touto smlouvou, a to tak, že je konečná, pevná a nepřekročitelná.
3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Kupující je plátcem DPH.
4. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Kupující zaplatí kupní cenu za zdravotnický prostředek na základě faktury, a to převodem uvedené částky na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Prodávající je oprávněn vystavit a doručit fakturu za předmět smlouvy až poté, co předmět smlouvy řádně a kompletně dodá a předá do sídla kupujícího v souladu s touto smlouvou a současně předá kupujícímu veškeré doklady nutné, potřebné a vhodné k řádnému, bezpečnému a nerušenému užívání zdravotnického prostředku. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí obchodní listiny podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku, musí obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného předávacího protokolu), číslo faktury, datum splatnosti, název veřejné zakázky, číslo projektu (v tomto případě je to CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016364) a případné další zákonné



- náležitosti. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem zaměstnance prodávajícího oprávněného ji vystavit.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené výše v odstavci 5, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nové bezvadné faktury kupujícímu.
 7. Smluvní splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
 8. Podmínkou úhrady faktury kupujícím je předání a převzetí zdravotnický prostředek, jeho zprovoznění a provedení zaškolení obsluhy.
 9. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
 10. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
 11. Kupující neposkytuje prodávajícímu během realizace předmětu smlouvy žádné zálohové platby.

Čl. IV.

Doba a místo dodání zdravotnického prostředku, převod vlastnictví

1. Zdravotnický prostředek bude dodán dopravními prostředky prodávajícího. Kupní cena zahrnuje i náklady za dopravu dle čl. I odst. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje zdravotnický prostředek dodat a předat kupujícímu nejpozději do **10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. X. odst. 9**. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu, to je po zprovoznění zdravotnického prostředku a zaškolení obsluhy.
3. Zdravotnický prostředek bude dodán do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na příslušná pracoviště standardní péče určená kupujícím nejpozději 1 týden před dodávkou a dále na anesteziologicko-resuscitační oddělení.
4. Zdravotnický prostředek je pokládán za předaný a převzatý podpisem příslušného zaměstnance prodávajícího a kupujícího na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po uvedení zdravotnického prostředku do provozu a zaškolení obsluhy. Přílohou předávacího protokolu bude protokol o zaškolení obsluhy.



5. Zaměstnanec kupujícího, který zdravotnický prostředek od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodaný zdravotnický prostředek zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo zdravotnický prostředek vykazuje zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně sdělit. Pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo zdravotnický prostředek znehodnocovaly, a to i přesto, že zdravotnický prostředek je funkční, má kupující právo takovouto dodávku zdravotnického prostředku odmítnout.
6. Vlastnické právo k dodanému zdravotnickému prostředku přechází na kupujícího po provedení instalace a zaškolení obsluhy okamžikem podepsání předávacího protokolu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy. Nedílnou součástí převodu vlastnického práva tvoří předání dokladů k dodanému zdravotnickému prostředku dle čl. V této smlouvy.
7. Nebezpečí škody na zdravotnickém prostředku přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu.
8. Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

Čl. V.

Doklady vztahující se ke zdravotnickému prostředku

Spolu se zdravotnickým prostředkem je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání zdravotnického prostředku a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, prohlášení o shodě event. certifikát CE a dále pak doklady osvědčující technické požadavky podle zákona č. 89/2021 Sb., případně dle zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

Čl. VI.

Odpovědnost prodávajícího za vady zdravotnického prostředku

1. Prodávající poskytuje na zdravotnický prostředek bezplatnou záruku ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku po dobu 24 měsíců od data předání zdravotnického prostředku. Po dobu trvání záruky prodávající poskytne kupujícímu i bezplatné záruční autorizované komplexní servisní zabezpečení dle platné legislativy.
2. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný zdravotnický prostředek bude po dobu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu legislativy, technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, které má daný zdravotnický prostředek splňovat a které se na daný zdravotnický prostředek vztahují.
3. Prodávající neodpovídá za vady zdravotnického prostředku, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k obsluze, doručeným kupujícímu. Prodávající je povinen poučit



kupujícího o tom, jakým způsobem je třeba se zdravotnickým prostředkem zacházet.

4. Zjevné vady zdravotnického prostředku, tedy vady, které lze zjistit při převzetí zdravotnického prostředku kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností (e-mailem).
5. Vady, které lze zjistit až po dodání a zprovoznění zdravotnického prostředku, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění (kontaktní email viz článek X. odst. 3). Reklamace bude obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje. Kupující dále uvede, které právo dle čl. VI. odst. 6 si zvolil.
6. V případě vadného plnění, které je považováno za podstatné porušení smlouvy, či reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a) právo žádat dodání nového bezvadného plnění,
 - b) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - c) právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o vady stejného druhu zdravotnického prostředku nebo o vadu, která brání řádnému užívání a v náhradním termínu nebyl dodán nový bezvadný zdravotnický prostředek.
7. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. Prodávající po dobu záruky dle odst. 1 a 2 výše garantuje zprovoznění zdravotnického prostředku (provedení opravy a předání funkčního zdravotnického prostředku) v následujících časových relacích:
 - **reakční doba: do 48 hodin od nahlášení;**
 - **nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení**
 - **max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů (dále jen „ND“) – 2 pracovní dny od nástupu na opravu;**
 - **max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání ND pro zprovoznění ZP – 10 pracovních dnů od nástupu na opravu;**

V případě náročnější opravy delší než 10 pracovních dnů od nástupu na opravu (např. při nemožnosti zajištění dodávky náhradních dílů) je ve vhodných případech přípustné po dohodě s kupujícím zapůjčení odpovídajícího náhradního zdravotnického přístroje event. jeho části na dobu opravy, tak, aby zdravotnický prostředek byl plně funkční.

Při nedodržení shora uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany prodávajícího a zároveň za předpokladu, že prodávající po dohodě s kupujícím nezajistí zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku event. jeho části dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn vymáhat na prodávajícím smluvní pokutu dle článku VIII. odst. 5 této smlouvy.



9. Prodávající si je vědom toho, že nesmí prodávat zdravotnické přístroje, existuje-li důvodné podezření, že je jejich používáním ohroženo zdraví a bezpečnost uživatelů nebo třetích osob, a to vzhledem k poznatkům lékařské vědy.
10. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat pravidelnými kontrolami dodaný zdravotnický prostředek v takovém stavu, aby byla po dobu jeho použitelnosti (dle potřeby kupujícího) zaručena jeho funkčnost a bezpečnost.
11. Kontaktní údaje pro provádění servisních služeb:

Název servisní organizace: L I N E T spol. s r.o.

Jméno kontaktní osoby: Lukáš Navrátil nebo jím zplnomocněná osoba

Adresa: Želevčice 5, 274 01 Slaný

Tel: 312 576 800

Email: servis@linet.cz

Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

1. Kupující je kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit i v následujících případech:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou zdravotnického prostředku déle než jeden měsíc,
 - b) prodávající není schopen dodat předmět smlouvy uvedený v článku I. této smlouvy
 - c) zdravotnický prostředek vykazuje opakující se vady,
 - d) zdravotnický prostředek vykazuje podstatnou vadu, pro niž nelze zdravotnický prostředek užívat a prodávající takovou vadu neodstranil do 14 dnů ode dne reklamace.

Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následující po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno prodávajícímu.

2. Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu, pokud v důsledku rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nebo příslušných kontrolních orgánů nebude moci zdravotnický prostředek používat, protože jeho užívání ohrožuje bezpečnost a zdraví uživatele nebo třetích osob.
3. Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury déle než 2 měsíce.
4. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit



k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoliv.

Pokud důvody odstoupení od smlouvy neuznává, musí uvést, v čem spatřuje nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.

Pokud druhá smluvní strana odstoupení od smlouvy uzná, provedou smluvní strany inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Dodaný a nezaplacený zdravotnický prostředek bude vrácen bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

5. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu

Čl. VIII. Sankce

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 kalendářních dnů, má prodávající právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody prodávajícího.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zdravotnického prostředku nebo jeho části o více jak 10 kalendářních dnů, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,15% z celkové hodnoty předmětu smlouvy za každý den prodlení.
3. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, má právo účtovat smluvní pokutu ve výši vzniklé škody.
4. V případě, že při plnění předmětu smlouvy prodávající prokazatelně poruší ustanovení čl. II odst. 6 definující aspekty odpovědného zadávání pro plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. V případě, že ze strany prodávajícího nebudou dodrženy lhůty dle článku VI. odst. 8 této smlouvy a zároveň za předpokladu, že prodávající nezajistí zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku event. jeho části, má kupující možnost požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě, že prodávající poruší ustanovení o mlčenlivosti dle čl. IX této smlouvy, je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7. Sankce jsou splatné do 14 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany k úhradě sankce doručena straně povinné.



8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škod, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Stejně tak není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této smlouvy. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

Čl. IX Mlčenlivost

1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může prodávající přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se kupujícího, jeho zaměstnanců či pacientů
 - mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích kupujícího,
 - které prodávající obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.
2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností sdělí kupující na žádost prodávajícího, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li prodávající o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Proávající zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k prodávajícímu, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
5. Proávající se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

Čl. X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nemocniční lůžka“ vedené u zadavatele pod ev. č. 04/22/VZ.
2. Kontaktní údaje kupujícího:



- ve věcech vyplývajících z této smlouvy:

Oddělení nákupu a veřejných zakázek

adresa: sídlo zadavatele

kontaktní osoba: **Mgr. Alena Ševčíková**

tel: +420 566 801 602

email: alena.sevcikova@nnm.cz

- ve věcech technických:

Technické oddělení – sídlo kupujícího

tel. 566 801 608/597

email: technicke@nnm.cz

3. Kontaktní údaje prodávajícího ve věcech vyplývajících z této smlouvy:

Bc. Jiří Provazník

tel.: 724 124 003

email: jiri.provaznik@linet.cz

4. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejich členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně příslušných soudů. Smluvní strany se dále dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy je místně příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto



odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující a splnění této povinnosti doloží bezodkladně prodávajícímu. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
8. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.**
10. Všechna předcházející ujednání, týkající se předmětu smlouvy jsou po podpisu této smlouvy neplatná.
11. Veškerá další ujednání, změny či doplnění smlouvy mohou být učiněna jen formou písemného číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
12. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
13. Pohledávky vyplývající z této smlouvy, může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
14. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
15. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet předmětu smlouvy

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 3 - Popis předmětu smlouvy

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Předávací protokol /vzor/

V Novém Městě na Moravě dne

V Želevčicích dne



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

.....
Bc. Zdeněk Grimm
ředitel obchodu ČR a SR



Příloha č. 1 kupní smlouvy

Rozpočet předmětu smlouvy

(vytvoří účastník zadávacího řízení v souladu se ZD)

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu smlouvy

(vyplněná příloha č. 2 ZD)

Příloha č. 3 kupní smlouvy

Popis předmětu smlouvy

(vytvoří účastník zadávacího řízení v souladu se ZD)

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želečnice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě | CZ
IČ: 00842001 | DIČ: CZ00842001

Příjemce / cílová adresa:

Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 27.6.2022
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 30 dní
Platnost nabídky do: 31.8.2022

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Nové Město na Moravě

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	1GRA6828-1304	Eleganza 2	117 KS	58 800,00	15%	1 031 940,00	6 879 600,00 CZK
			00000000				7 911 540,00 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení (akutní péče)
Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci

Základní vlastnosti

MO:A Základní model: Eleganza 2
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení
AN:00 ANTIBAC provedení: Bez antibakteriální úpravy plastových čel a postranic
CM:01 Barvy kovu: RAL9002 EA6542
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
Kolečka, brzdy a podvozek
CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko
BR:38 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od nožní části
FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů
UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem
UC:09 Kryt podvozku: 2 plastové kryty podvozku
Postranice a čela
SR:68 Postranice: Dělené plastové postranice, Soft-Drop systém spouštění s tlumičem
AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem
BE:28 Čela: Odnímatelná plastová čela design E2 s barevnou výplní
CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá
CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu
CDx2:00 Barva dekoru - pomocný 2: Lůžko bez dekorových dílů
Ochranné prvky a držáky
BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz
PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu USB:00 USB nabíječka: Bez USB nabíječky Ovládací prvky NC:25 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač ; automatické zastavení ve 30° OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call AL:00 Alarmy: Bez alarmu CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní MS:00 Monitoring system: Bez výbavy Další vlastnosti NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola CL:01 Zákaznické logo: Linet LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopln. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopln. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopln. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství PG:01 Balení: Standard AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
20	11011430B0000	hrazda napřimovací,EN60601-2-52, lakováno,RAL9002	117 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002					
30	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navijecí	117 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		rukojeť plastová - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavijecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	1GTP5527-635	Eleganza 1	36 KS	46 836,00	15%	252 914,40	1 686 096,00 CZK
			00000000				1 939 010,40 CZK
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:72Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:30 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od hlavové části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:55 Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora AI:00 Sklonoměr: Bez indikátoru náklonu					

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1 CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače ařidící systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
50	1GTP4827-490	Eleganza 1	17 KS 00000000	48 370,00	15%	123 343,50	822 290,00 CZK 945 633,50 CZK
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:72Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:18 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, 2 dvojzvrtné ovládané od nožní části, 2 jednozvrtné ovládané FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:48 Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1 CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny					

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		AH:05 Držáky příslušenství: 4 kusy postranních lišt na příslušenství OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel +zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
60	11011430B0000	hrazda napřimovací,EN60601-2-52, lakováno,RAL9002	53 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002					
70	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navijecí	53 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		rukojeť plastová - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavijecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
80	4PPE51100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 200x90x14	117 KS	5 879,00	15%	103 176,45	687 843,00 CZK
			00000000				791 019,45 CZK
		MO:TE Základní model: PrimaCare 20 BD:T5 Vnější rozměry: 200x90x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T1 Zkosené rohy, výřezy: Obdélník FS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu k použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:					
81	4PPE21100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 200x86x14	53 KS	5 879,00	15%	46 738,05	311 587,00 CZK
			00000000				358 325,05 CZK
		MO:TE Základní model: PrimaCare 20 BD:T2 Vnější rozměry: 200x86x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T1 Zkosené rohy, výřezy: Obdélník FS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu k použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:					

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
90	1MC17350-1795	Multicare	4 KS	195 779,00	15%	117 467,40	783 116,00 CZK
			00000000				900 583,40 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádoový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1 - váhy: ANO

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:2 Sada3 - ALT: ANO, bez stabilizačních klínů

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO

MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu

XR:04 RTG provedení: RTG zádoový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko

BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici

PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem

BE:50 Čela: Plastová, design M

CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením

LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy

PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádoový s odblokováním

AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem

HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní

MS:00 Monitoring system: Bez výbavy

NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením

LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká

AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka

Další vlastnosti

LY:01 Layout návodu: Linet

LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola

LB1:00 Štítky: Standard

FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612

PG:01 Balení: Standard

A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství

A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru

A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3

A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
100	1MC17350-W301	Multicare	3 KS	198 158,00	15%	89 171,10	594 474,00 CZK
			00000000				683 645,10 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zářadový, stehenní a lýtčkový díl, prodloužení lůžka

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1 - váhy: ANO

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:1 Sada3 - ALT: ANO

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO

MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu

XR:04 RTG provedení: RTG zářadový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko

BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici

PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem

BE:50 Čela: Plastová, design M

CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením

LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy

PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zářadový s odblokováním

AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem

HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní

MS:00 Monitoring system: Bez výbavy

NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením

LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká

AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka

Další vlastnosti

LY:01 Layout návodu: Linet

LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola

LB1:00 Štítky: Standard

FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612

PG:01 Balení: Standard

A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek

A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru

A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3

A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
110	4PPHG1200AS	Pasivní matrace CliniCare 20, 208x96x14	5 KS	8 370,00	15%	6 277,50	41 850,00 CZK
			00000000				48 127,50 CZK
MO:TH Základní model: CliniCare 20 BD:TG Vnější rozměry: 208x96x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T2 Zkosené rohy, výřezy: Zkosené rohy - typ A FS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu k použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:							
280	1VNM000220H00	Aktivní systém VIRTUOSO - matrace Head & Heel zoner	2 KS	65 537,00	15%	19 661,10	131 074,00 CZK
			00000000				150 735,10 CZK
Aktivní systém VIRTUOSO SERIES III - matrace Head & Heel zoner							
290	1VNKE21000030	Aktivní systém VIRTUOSO - SCU, EU zástrčka, 230V, BBUP vč. baterky	2 KS	42 650,00	15%	12 795,00	85 300,00 CZK
			00000000				98 095,00 CZK
Kompresor VIRTUOSO SERIE 3, 220-240V, 50/60Hz, BBUP vč. baterie, EU koncovka							
340	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
350	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
360	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
Uživatelské / servisní školení							
370	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
BTK po dobu záruky v celkové výši 405 464 Kč bez DPH zdarma.							

SOUHRN

Celkem netto		12 023 230
Výstupní DPH	15,000 %	1 803 484,50
Výstupní DPH	21,000 %	0,00
Celkem brutto		13 826 714,5

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).



Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Nemocniční lůžka
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev. č. ve VVZ	Z2022-018211
ev. č. VZ u zadavatele:	04/22/VZ

1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků:

- a) 117 ks nemocničních lůžek typu I. pro standardní péči
- b) 53 ks nemocničních lůžek typu II. pro standardní péči
- c) 170 ks pasivních matrací pro nemocniční lůžka typu I. a typu II.
- d) 7 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči
- e) 5 ks pasivních antidekubitních matrací pro resuscitační lůžka a
- f) 2 ks aktivních antidekubitních matrací pro resuscitační lůžka.

Nemocniční lůžka typu I. a typu II. budou u zadavatele používána na odděleních standardní péče, resuscitační lůžka pro intenzivní péči budou používána na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/2021., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.“) - min. rozsah 5 pracovních dnů a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.

2. Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
3. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
 - se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č.



56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a
- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

4. Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.
5. Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

6. Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	Parametr	Status	Druh technického parametru	ANO/NE	Reálná hodnota ¹	Kde uvedeno v nabídce ²
Nemocniční lůžka typu I. – 117 ks						
1.	117 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných nemocničních lůžek standardní péče typu I. dle specifikace dále	požadováno	absolutní	ano	117 x Eleganza 2	Návod na použití, str. 17
2.	Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 ³	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 16
3.	Sloupová konstrukce lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 1
4.	Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg	požadováno	absolutní	Ano	250 kg.	Návod na použití, str. 74
5.	Vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 100 cm	požadováno	absolutní	Ano	223,3x99,5 cm.	Návod na použití, str. 74
6.	Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm	požadováno	absolutní	ano	200x90 cm.	Návod na použití, str. 74

¹ Vyplní dodavatel ve vhodných případech

² Strana/oddíl nabídky; u požadavků je nutné uvést odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.)

³ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy.



7.	Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm	požadováno	absolutní	Ano	0/15/32 cm.	Návod na použití, str. 74
8.	Zdvih lůžka pomocí elektromotoru; minimální rozsah výškově stavitelné ložné plochy 40-75 cm	požadováno	absolutní	Ano	39,5 – 77,5 cm.	Návod na použití, str. 74
9.	Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru	požadováno	absolutní	Ano	16°.	Návod na použití, str. 74
10.	Snadno dostupné mechanické spuštění zádového dílu pro rychlé zahájení kardiopulmonální resuscitace	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 40
11.	Ergonomické polohování ložné plochy. Schopnost eliminovat zvýšení tlaku a sřizných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 11,41
12.	Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu a dezinfekci	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 23
13.	Odnímatelná čela, celoplastová se zámky; různé barevné dekory (výběr barevného dekoru při podpisu smlouvy)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 26
14.	Integrované sklopné dělení plastové postranice po celé délce lůžka s tlumeným sklopným dojezdem a ochranou proti nechtěnému spuštění. Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz požadavek č. 2 výše)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 24
15.	Minimální výška horní hrany postranice 36 cm nad ložnou plochou, maximální výška horní hrany postranice 45 cm nad ložnou plochou	požadováno	absolutní	Ano	Min. 9 cm, max. 40 cm.	Návod na použití, str. 74
16.	Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 35
17.	Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně poloha: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo a Trendelenburgova poloha)	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 32
18.	Kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka) průměr min. 150 mm	požadováno	absolutní	Ano	150 mm	Návod na použití, str. 74
19.	Ochranná kolečka v rozích lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 24



20.	Univerzální lišty a držák na příslušenství	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 50
21.	Držáky na infuzní stojan a hrazdu	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 50
22.	Polička na lůžkoviny	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 18
23.	Hrazda s návinem	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 50
24.	Zálohová baterie lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 27
25.	Potenciálové propojení	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 22
26.	Ochrana elektromotoru proti přetížení (odpojení a zabránění zničení motoru)	požadováno	absolutní	Ano	.	Návod na použití, str. 75
Nemocniční lůžka typu II. – 53 ks						
27.	53 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných elektrických nemocničních lůžek standardní péče typu II. dle specifikace níže.	požadováno	absolutní	ano	53x Eleganza 1	Návod na použití, str. 15
28.	Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 ⁴	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 15
29.	Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg	požadováno	absolutní	Ano	250 kg.	Návod na použití, str. 69
30.	Vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm	požadováno	absolutní	Ano	218x99,5 cm.	Návod na použití, str. 68
31.	Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm	požadováno	absolutní	Ano	200x90 cm	Návod na použití, str. 68
32.	Integrované prodloužení lůžka min. o 15 cm	požadováno	absolutní	Ano	15 cm	Návod na použití, str. 68
33.	Zdvih lůžka pomocí elektromotoru; minimální rozsah výškově stavitelné ložné plochy 40-75 cm	požadováno	absolutní	Ano	39,5-76 cm	Návod na použití, str. 68

⁴ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy.



34.	Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru	požadováno	absolutní	Ano	15°	Návod na použití, str. 68
35.	Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu a dezinfekci	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 24
36.	Odnímatelná čela, celoplastová se zámky; různé barevné dekory (výběr barevného dekoru při podpisu smlouvy)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 32
37.	36 ks lůžek s Integrovanými spustitelnými kovovými postranicemi po délce min. 2/3 lůžka. Zámek postranic je umístěn nad nebo pod ložnou plochou lůžka. Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz požadavek č. 28 výše) Postranice musí mít možnost o doplnění protektorem do plné délky boční strany lůžka.	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 26
38.	17 ks lůžek s Integrovanými spustitelnými plastovými postranicemi po délce min. 2/3 lůžka s plynulým dojezdem. Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz požadavek č. 28 výše). Postranice musí mít možnost o doplnění protektorem do plné délky boční strany lůžka.	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 27
39.	Minimální výška horní hrany postranice 36 cm nad ložnou plochou a maximální výška horní hrany postranice 45 cm nad ložnou plochou	požadováno	absolutní	Ano	Min. 7,5 cm, max. 38 cm	Návod na použití, str. 68
40.	Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a sřizných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 68
41.	Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 42
42.	Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně polohy: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo a	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 37



	Trendelenburgova poloha)					
43.	Kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka) průměr min. 150 mm	požadováno	absolutní	Ano	150 mm	Návod na použití, str. 69
44.	Držáky na infuzní stojan a hrazdu	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 54
45.	Ochranná kolečka v rozích lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 26
46.	Univerzální lišty a držák na příslušenství	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 56
47.	Polička na lůžkoviny	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 27
48.	Hrazda s návinem	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 54
49.	Zálohová baterie lůžka	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 34
50.	Potenciálové propojení	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 22
51.	Ochrana elektromotoru proti přetížení (odpojení a zabránění zničení motoru)	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 70
Pasivní matrace pro nemocniční lůžka typu I. a typu II. – 170 ks						
52.	170 ks nových, nepoužitých pasivních matrací pro nemocniční lůžka typu I. a typu II.	požadováno	absolutní	Ano	170x PrimaCare 20	Katalog, str. 12
53.	Matrace vhodná pro pacienty s rizikem vzniku dekubitů III. – IV. stupně	požadováno	absolutní	Ano	III. stupeň	Katalog, str. 4
54.	Výška matrace min. 14 cm	požadováno	absolutní	Ano	14 cm	Katalog, str. 11
55.	Nosnost matrace min. 160 kg	požadováno	absolutní	Ano	200 kg	Katalog, str. 11
56.	Matrace musí mít po celém povrchu příčné prořezy nebo profily; prořezy či profily jsou zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta	požadováno	absolutní	Ano		Katalog, str. 6-7
57.	V oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, z důvodu ideálního tvarování matrace při polohování lůžka. (zadavatel připouští i jiné řešení,	požadováno	absolutní	Ano		Katalog, str. 6-7



	které zajistí tvarování matrace při polohování lůžka)					
58.	Matrace vyrobena minimálně ze dvou typů pěn o různých vlastnostech:	požadováno	absolutní	Ano		Katalog, str. 6-7
	a) horní vrstva matrace je vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m ³	požadováno	absolutní	Ano	50 kg/m ³	Katalog přehled sortimentu str. 40
	b) spodní vrstva matrace je vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m ³	požadováno	absolutní	Ano	41 kg/m ³	Katalog přehled sortimentu str. 40
59.	Paropropustný antibakteriální potah z čtyřsměrně pružné textilie. Voděodolný, pratelný, se zipem minimálně na dvou sousedních stranách potahu s ochranou proti zatečení	požadováno	absolutní	Ano		Katalog, str. 6-7, 2, 11
60.	Nehořlavost matrace a potahu min. CRIB 5	požadováno	absolutní	Ano	CRIB 5 matrace, CRIB 7 potah	Katalog Pasivní matrace, str. 6-7, Katalog přehled sortimentu str. 40
Resuscitační lůžka pro intenzivní péči – 7 ks						
61.	7 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných resuscitačních lůžek pro intenzivní péči	požadováno	absolutní	Ano	7x Multicare	Návod na použití, str. 16
62.	Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 ⁵	požadováno	absolutní	Ano		Prohlášení o shodě, str. 1
63.	Sloupová konstrukce lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str.69
64.	Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg	požadováno	absolutní	Ano	250 kg	Návod na použití, str. 23
65.	Zdvih lůžka pomocí elektromotoru; minimální rozsah výškově stavitelné ložné plochy 45 – 75 cm	požadováno	absolutní	Ano	44-82 cm	Návod na použití, str. 23

⁵ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy.



66.	Max. vnější rozměr 225 x 105 cm	požadováno	absolutní	Ano	215x105 cm	Návod na použití, str. 23
67.	Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm pomocí elektromotoru	požadováno	absolutní	Ano	22 cm	Návod na použití, str. 23
68.	Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha; zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 21, 39
69.	Snadno dostupné mechanické spuštění zádového dílu pro rychlé zahájení kardiopulmonální resuscitace po obou stranách lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 49
70.	Funkce TR/ATR min. 10° pomocí elektromotoru	požadováno	absolutní	Ano	TR 13°/ATR 16°	Návod na použití, str. 23
71.	Laterální náklon min. 30° (pravá i levá strana) pomocí elektromotoru	požadováno	absolutní	Ano	30°	Návod na použití, str. 23
72.	Automatická kontinuální laterální terapie s možností nastavení úhlů a časování	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 43
73.	Metrologicky ověřitelný a kalibrovatelný vážicí systém. Měřicí rozsah min. 0 - 250 kg. Rozlišovací schopnost min. 0,5 kg	požadováno	absolutní	Ano	Rozlišovací schopnost 0,5 kg	Návod na použití, str. 66
74.	Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a sřizných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 11, 21
75.	Odnímatelná čela, celoplastová se zámky; různé barevné dekory (výběr barevného dekoru při podpisu smlouvy)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 21
76.	Integrované sklopné plastové postranice s tlumeným dojezdem a ochranou proti nechtěnému spuštění. Postranice po délce cca 2/3 lůžka s možností doplnění do plné délky protektorem nebo postranice po celé délce lůžka. Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz požadavek č.62)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 32,50
77.	Minimální výška horní hrany postranice 45 cm nad ložnou plochou a maximální výška horní hrany postranice 50 cm nad ložnou plochou (dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému)	požadováno	absolutní	Ano	45 cm	Návod na použití, str. 23



78.	Kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka) průměr min. 150 mm	požadováno	absolutní	Ano	150 mm	Návod na použití, str. 23, 51
79.	Motorizované 5. kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem při převozu pacienta. Volba rychlého či pomalého módu pro Jízdu vpřed i vzad s automatickým brzdovým mechanismem. Automatický brzdový mechanismus. Dojezd minimálně 3 km	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 52,55
80.	Ložná plocha umožňující RTG plíc přímo na lůžku pacienta. Dobře dostupný přístup k RTG kazetě pod ložnou plochou z boku lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 58
81.	Snímání C-ramenem na lůžku	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 58
82.	Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně polohy: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo a Trendelenburgova poloha)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 39
83.	V postranicích integrované ovládání lůžka s možností zamčení proti nechtěnému polohování. Zobrazení a ovládání vážicího systému je součástí integrovaného ovládání v postranicích nebo je součástí sesterského ovladače.	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 41
84.	Celoplošný bezpečnostní systém opuštění lůžka. Spuštění alarmu při pokusu o opuštění lůžka v jakémkoli obvodovém bodu lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 46-48
85.	Nožní ovladač integrovaný do podvozku lůžka pro regulaci laterálního náklonu a zdvihu lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 41-42
86.	Funkce eliminace rizik pádu z nezabrděného lůžka - automatická brzda nebo signalizace nezabrděného lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 46
87.	Univerzální lišty a držák na příslušenství	požadováno	absolutní	ano		Návod na použití, str. 52
88.	Ochranná kolečka v rozích lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 21
89.	Zálohová baterie lůžka	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 27
90.	Potenciálové propojení	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 19



91.	Ochrana elektromotoru proti přetížení (odpojení a zabránění zničení motoru)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 14, 15
92.	3 sady fixačních klínů pro laterální náklon	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 61
Pasivní antidekubitní matrace pro resuscitační lůžka - 5 ks						
93.	5 ks nových, nepoužitých pasivních antidekubitních matrací pro resuscitační lůžka	požadováno	absolutní	Ano	5x CliniCare 20	Katalog, str. 12
94.	Matrace vhodná pro pacienty IV. stupně rizika vzniku dekubitů	požadováno	absolutní	Ano	IV. stupeň	Katalog, str. 4
95.	Výška matrace min. 14 cm	požadováno	absolutní	Ano	14 cm	Katalog, str.11
96.	Nosnost matrace min. 180 kg	požadováno	absolutní	Ano	230 kg	Katalog, str. 11
97.	V oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy z důvodů ideálního tvarování matrace při polohování lůžka (zadavatel připouští i jiné řešení, které zajistí tvarování matrace při polohování lůžka)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 16
98.	Matrace je vyrobena minimálně ze tří typů pěn o různých vlastnostech:	požadováno	absolutní	Ano		Technické parametry pasivních matrací
	a) horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 60 kg/m ³ a tloušťky min. 5 cm	požadováno	absolutní	Ano	85 kg/m ³ tloušťka 5cm	Katalog přehled sortimentu str. 40
	b) spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 45 kg/m ³	požadováno	absolutní	Ano	46 kg/m ³	Katalog přehled sortimentu str. 40
	c) po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	požadováno	absolutní	Ano	50 kg/m ³	Katalog přehled sortimentu str. 40



99.	Nehořlavost pěn min. CRIB 5	požadováno	absolutní	Ano		Katalog, str. 6
100.	Paropropustný antibakteriální potah z čtyřsměrně pružné textilie; voděodolný, pratelný, se zipem po celém obvodu matrace s ochranou proti. zatečení	požadováno	absolutní	ano		Katalog, str. 2-3,11
101.	Nehořlavost potahu min. CRIB 5	požadováno	absolutní	Ano	CRIB 7	Katalog přehled sortimentu str. 40
102.	Matrace je vybavena transportními úchyty	požadováno	absolutní	Ano		Technické parametry pasivních matrací
Aktivní antidekubitní matrace pro resuscitační lůžka – 2 ks						
103.	2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných aktivních antidekubitních matrací pro resuscitační lůžka	požadováno	absolutní	Ano	2x Virtuoso 300	Návod na použití, str. 13
104.	Aktivní dynamický systém vyhovující standardům pro léčbu dekubitů IV. Stupně	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 13
105.	Kit pro rychlou opravu/zalepní protržených cel	požadováno	absolutní	Ano		Fotografie
106.	Nosnost min. 250 kg	požadováno	absolutní	Ano	254 kg	Návod na použití, str. 26
107.	Kompaktní kompresor se systémem pro zavěšení a stabilní fixaci na čelo postele	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 34
108.	Kabelový a hadicový systém řešen tak, aby neomezoval personál při práci a bylo eliminováno zakopnutí	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 35
109.	Jednoduše přístupný CRP ventil pro rychlé vypuštění matrace	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 36
110.	Automatický systém vyhodnocující optimální rozložení tlaků v komorách podle rozložení váhy pacienta na matraci	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 42
111.	Terapeutický mód matrace alternující tlaky simuluje pohyb pacienta a tím předchází vzniku a rozvoj dekubitů	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 43



112.	Mód konstantně nízkého tlaku dosahuje stabilně přirozeného tlaku a automaticky udržuje vybranou hodnotu tlaku neohledně na změny rozložení hmotnosti pacienta (polohy pacienta)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 43
113.	Transportní režim musí udržovat tlak v matraci (bez připojení elektrického proudu) minimálně po dobu 12 hodin	požadováno	absolutní	Ano	12 hod.	Návod na použití, str. 26
114.	Mód konstantně nízkého tlaku a terapeutický mód je možné dočasně přepínat na další módy (min. mód maximálního tlaku, transportní mód, popřípadě další)	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 43
115.	Funkce odlehčení pat	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 19
116.	Paropropustný, antibakteriální potah ze čtyřsměrně pružné textilie; voděodolný, pratelný se zipem po celém obvodu s ochranou proti zatečení	požadováno	absolutní	Ano		Návod na použití, str. 22

7. POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (u některých parametřů jsou údaje zadavatelem předdefinovány);
- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány např. strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky);

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem stanoveného jakéhokoli absolutního technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

8. OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:
 - a) produktové listy s technickou specifikací nabízeného plnění
 - b) návod k obsluze/uživatelskou příručku v českém jazyce
 - c) kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,



- d) osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (např. autorizace od výrobce)
- e) registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
- f) registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Želevčicích dne

.....
Bc. Zdeněk Grimm
ředitel obchodu ČR a SR

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želečnice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě | CZ
IČ: 00842001 | DIČ: CZ00842001

Příjemce / cílová adresa:

Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 27.6.2022
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 30 dní
Platnost nabídky do: 31.8.2022

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Nové Město na Moravě

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	1GRA6828-1304	Eleganza 2	117 KS	58 800,00	15%	1 031 940,00	6 879 600,00 CZK
			00000000				7 911 540,00 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení (akutní péče)
Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci

Základní vlastnosti

MO:A Základní model: Eleganza 2
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení
AN:00 ANTIBAC provedení: Bez antibakteriální úpravy plastových čel a postranic
CM:01 Barvy kovu: RAL9002 EA6542
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
Kolečka, brzdy a podvozek
CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko
BR:38 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od nožní části
FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů
UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem
UC:09 Kryt podvozku: 2 plastové kryty podvozku
Postranice a čela
SR:68 Postranice: Dělené plastové postranice, Soft-Drop systém spouštění s tlumičem
AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem
BE:28 Čela: Odnímatelná plastová čela design E2 s barevnou výplní
CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá
CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu
CDx2:00 Barva dekoru - pomocný 2: Lůžko bez dekorových dílů
Ochranné prvky a držáky
BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz
PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu USB:00 USB nabíječka: Bez USB nabíječky Ovládací prvky NC:25 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač ; automatické zastavení ve 30° OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call AL:00 Alarmy: Bez alarmu CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní MS:00 Monitoring system: Bez výbavy Další vlastnosti NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola CL:01 Zákaznické logo: Linet LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopln. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopln. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopln. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství PG:01 Balení: Standard AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
20	11011430B0000	hrazda napřimovací,EN60601-2-52, lakováno,RAL9002	117 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002					
30	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navijecí	117 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		rukojeť plastová - plastový triángl - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavijecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	1GTP5527-635	Eleganza 1	36 KS	46 836,00	15%	252 914,40	1 686 096,00 CZK
			00000000				1 939 010,40 CZK
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:72Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:30 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od hlavové části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:55 Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu					

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1 CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače ařídící systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Doplnění příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
50	1GTP4827-490	Eleganza 1	17 KS 00000000	48 370,00	15%	123 343,50	822 290,00 CZK 945 633,50 CZK
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:72Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:18 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, 2 dvojzvrtné ovládané od nožní části, 2 jednozvrtné ovládané FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:48 Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1 CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny					

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		AH:05 Držáky příslušenství: 4 kusy postranních lišt na příslušenství OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel +zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
60	11011430B0000	hrazda napřimovací,EN60601-2-52, lakováno,RAL9002	53 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002					
70	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navijecí	53 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		rukojeť plastová - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavijecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
80	4PPE51100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 200x90x14	117 KS	5 879,00	15%	103 176,45	687 843,00 CZK
			00000000				791 019,45 CZK
		MO:TE Základní model: PrimaCare 20 BD:T5 Vnější rozměry: 200x90x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T1 Zkosené rohy, výřezy: Obdélník FS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu k použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:					
81	4PPE21100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 200x86x14	53 KS	5 879,00	15%	46 738,05	311 587,00 CZK
			00000000				358 325,05 CZK
		MO:TE Základní model: PrimaCare 20 BD:T2 Vnější rozměry: 200x86x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T1 Zkosené rohy, výřezy: Obdélník FS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu k použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:					

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
90	1MC17350-1795	Multicare	4 KS	195 779,00	15%	117 467,40	783 116,00 CZK
			00000000				900 583,40 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1 - váhy: ANO

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:2 Sada3 - ALT: ANO, bez stabilizačních klínů

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO

MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu

XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko

BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici

PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem

BE:50 Čela: Plastová, design M

CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením

LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy

PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním

AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem

HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní

MS:00 Monitoring system: Bez výbavy

NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením

LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká

AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka

Další vlastnosti

LY:01 Layout návodu: Linet

LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola

LB1:00 Štítky: Standard

FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612

PG:01 Balení: Standard

A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství

A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru

A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3

A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
100	1MC17350-W301	Multicare	3 KS	198 158,00	15%	89 171,10	594 474,00 CZK
			00000000				683 645,10 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zářadový, stehenní a lýtčový díl, prodloužení lůžka

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1 - váhy: ANO

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:1 Sada3 - ALT: ANO

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO

MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu

XR:04 RTG provedení: RTG zářadový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko

BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici

PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem

BE:50 Čela: Plastová, design M

CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením

LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy

PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zářadový s odblokováním

AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem

HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní

MS:00 Monitoring system: Bez výbavy

NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením

LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká

AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka

Další vlastnosti

LY:01 Layout návodu: Linet

LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola

LB1:00 Štítky: Standard

FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612

PG:01 Balení: Standard

A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek

A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru

A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3

A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Zakázka: 10001479
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
110	4PPHG1200AS	Pasivní matrace CliniCare 20, 208x96x14	5 KS	8 370,00	15%	6 277,50	41 850,00 CZK
			00000000				48 127,50 CZK
		MO:TH Základní model: CliniCare 20 BD:TG Vnější rozměry: 208x96x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T2 Zkosené rohy, výřezy: Zkosené rohy - typ A FS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu k použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:					
280	1VNM000220H00	Aktivní systém VIRTUOSO - matrace Head & Heel zoner	2 KS	65 537,00	15%	19 661,10	131 074,00 CZK
			00000000				150 735,10 CZK
		Aktivní systém VIRTUOSO SERIES III - matrace Head & Heel zoner					
290	1VNKE21000030	Aktivní systém VIRTUOSO - SCU, EU zástrčka, 230V, BBUP vč. baterky	2 KS	42 650,00	15%	12 795,00	85 300,00 CZK
			00000000				98 095,00 CZK
		Kompresor VIRTUOSO SERIE 3, 220-240V, 50/60Hz, BBUP vč. baterie, EU koncovka					
340	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
350	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
360	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					
370	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		BTK po dobu záruky v celkové výši 405 464 Kč bez DPH zdarma.					

SOUHRN

Celkem netto	12 023 230
Výstupní DPH	15,000 % 1 803 484,50
Výstupní DPH	21,000 % 0,00
Celkem brutto	13 826 714,5

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace			
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě			
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou			
<i>IČO:</i>	00842001			
<i>název VZ:</i>	Nemocniční lůžka			
<i>druh zadávacího řízení:</i>	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení			
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>	Z2022-018211			
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	04/22/VZ			
PODDODAVATEL		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Tel./fax: E-mail:			
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Tel./fax: E-mail:			



Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

Dodavatel: L I N E T spol. s r.o. IČ: 00507814 DIČ: CZ00507814 Adresa: Želečnice 4, 274 01 Slaný tel: 312 576 400 email: obchodcr@linet.cz	Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +420 566 801 111 email: sekretariat@nnm.cz
Smlouva/objednávka č.:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)
Datum vystavení předávacího protokolu:	

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č.

Zboží č. 1 "**název**" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
.....		

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 89/2021 Sb. příp. zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, dodavatelem

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

Želevčice 5.12.2016


Plná moc

Já **Ing. Tomáš Kolář**, r.č. 710623/3178, bytem u Hvězdárny 144, Slaný, jako jednatel společnosti Linet spol. s r.o. IČ: 00507814


a

já **Ing. Jaroslav Chvojka**, narozen 16.9.1975, bytem Tuchotická 616, Újezd nad Lesy, jako jednatel společnosti Linet spol. s r.o. IČ: 00507814

dáváme tímto plnou moc pro pana **Zdeňka Grimma** r.č.: 771207/2764, bytem Studenec 182, PSČ 512 33, jako obchodního ředitele pro ČR ve společnosti Linet spol. s r.o. IČ 00507814 týkajících se účasti společnosti ve veřejných zakázkách, zejména podepisování všech podkladů při přípravě a podání nabídek do veřejných zakázek za společnost LINET spol. s r.o. a uzavírání smluv se zadavatelem.




Ing. Tomáš Kolář – jednatel



Ing. Jaroslav Chvojka – jednatel

Tuto plnou moc přijímám



Bc. Zdeněk Grimm - ředitel obchodu ČR

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125243394-28462-200103101133**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZUZANA ŠTANCOVÁ**

Vystavil: **Město Slaný**

Pracoviště: **Město Slaný**

Ve Slaném dne **03.01.2020**



125243394-28462-200103101133