

Přístroj pro měření frakce vydechovaného oxidu dusného – FeNO.

Vlastnosti:

- systém se skládá z vyšetřovací průtokové jednotky a základní stanice
- přenos měření a dat mezi průtokovou jednotkou a základní stanicí je bezdrátový – Bluetooth®
- vizuální animace, nápověda pro pacienta pro správné provedení vyšetření
- paměť měření jak v průtokové jednotce, tak v základní stanici
- měřicí rozsah 5 – 300 ppb
- displej základní stanice 7“, dotykový
- přenos dat ze základní stanice do HIS přes LAN&WLAN, splňuje standardy HL7 nebo GDT
- náustky pro až 5 opakovaných měření
- systém nepotřebuje žádnou kalibraci během celého životního cyklu
- USB konektor pro ukládání měření ve formátu pdf na USB paměť nebo připojení tiskárny
- LAN konektor a WLAN pro přenos dat (HL7, GDT), generace objednávky vyšetření, připojení síťové tiskárny, ...