



VÝKRES č.:	04	DETAIL č.:	04		
VYPLNIL:	MARTIN WENZEL	DNE:	06/2022	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	Nemocnice Havlíčkův Brod				

TYP VÝROBKU:	LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 2 LŮŽKA	JAZYKOVÁ MUTÁCIE VÝROBKU:	ČESKY	POZNÁMKA:	DIMENZE POTRUBÍ BUDE Cu 12x1
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VPRAVO (MP + ELEKTRO):	519				
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VLEVO (MP + ELEKTRO):	515				

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO																				
POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ RAMPY MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVKY/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍRKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celou rampu)				
		KYSLÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	OXID UHLÍKÝ (CO ₂)	STLAČENÝ VZDUCH (Air _{med})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
2	2	1 (12x1)	-	-	1 (12x1)	1 (12x1)	-	ČSN	-	-	6	4	-	ČSN NE	10	-	-	2	2	-
OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽKA RAMPY			BAREVNOST RAMPY						
RH45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDIUŠTA NOSNOST 20 kg	PLENTA	-	BOČNICE	VÍČKO "V" MEZI RSP A 230V	VÍČKO "K1,2,3" PŘEDNÍ VÍČKA	PROFIL "P,E" HLAVNÍ PROFILY			
4	-	CODACO	2x příprava	-	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. NA RAMPĚ	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ				2x (s délkou 400 mm)	ANO	-	EVOX	EVOX	EVOX	EVOX			