



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Transportní ventilátory
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
ev. č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2022-037182
ev. č. VZ u zadavatele:	09/22/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 25.10.2022 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Žádost“).

Zadavatel předně sděluje, že Žádost byla podána třetí pracovní den přede dnem ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **po lhůtě stanovené zadavatelem** v Zadávací dokumentaci ze dne 16.9.2022 (dále jen „ZD“), ve které je v odst. 13.3.3 uvedeno, že za včasné podanou žádost o vysvětlení ZD bude zadavatel považovat „**každou žádost podanou nejpozději 8 pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.**“ Toto ustanovení zadavatel v ZD stanovil ve smyslu ust. § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel i přes to, že Žádost nebyla doručena včas rozhodl, že vysvětlení poskytne. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže:

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technické specifikaci zadavatel požaduje Automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů. Automatická regulace a optimalizace frekvence řízených dechů je ve skutečnosti ovlivněna více faktory, které z podstaty věci ventilace během transportu neumožňují provádět plnou automatickou regulaci ani optimalizaci frekvence řízených dechů za splnění podmínek protektivní ventilace. Jelikož se jedná o transportní ventilátory, kde se nepředpokládá ventilace ve stabilních podmínkách stabilních pacientů, domníváme se, že tato funkcionalita je klinicky neopodstatněná a tudíž by neměla být součástí technické specifikace. Je tento předpoklad správný?

Znění odpovědi:

Předpoklad není správný – daná funkcionality je klinicky opodstatněná a odůvodněná, neboť i když se primárně jedná o transportní ventilátor zadavatel má záměr jej v případě nezbytnosti (například související s COVID-19) využívat i u pacientů ve stabilních podmínkách.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 26.10.2022

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice