

Minimální technické požadavky na centrifugu cytologickou

rychlost min. v rozsahu 500 - 2000 ot/min

max. zrychlení min. 525 G

čas nastavitelný min. v rozsahu 0 - 99 minut + hold

displej

min. 10 stupňů zrychlování

min. 10 stupňů zpomalování

min. 10 pamětí pro programy

naklání během odstředování

vhodné pro: cytologie, histologie

Příslušenství:

4 místný rotor

SINGLE komůrka pro vzorek

DOUBLE komůrka pro vzorek

- včetně filtračního papíru

nerezové klipy (pro opakovanou sterilizaci) pro jednoduché a dvojité komůrky

filtrační papír

mikroskopické sklíčko