

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Urologický RTG komplet
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2022-11
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-044162

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:


V „technické specifikaci předmětu plnění“ je zmíněno:

- V bodu č. 17 „Vyšetřovací stůl se systémem uchycení standardního i speciálního příslušenství: pro odnímatelné výplachové nerezové umyvadlo s vyřešeným přívodem vody a odvodem do odpadu“.
- V bodu č. 46 „Nerezová urinální nádoba včetně držáku, hadic pro přívod vody a vyústěním“.

Z našeho pohledu není jasné, zdali bude dotažen přívod a odvod vody k patě stroje, nebo bude přívod hadicí a odvod do nerezové urinální nádoby. Prosíme o upřesnění, jak to bude ze strany zadavatele vyřešeno.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předpokládá v souvislosti s požadavky bodu č. 17 a č. 46 řešení, které nevyžaduje integrovaný přívod a odvod vody v těsné blízkosti přístroje. Ze strany zadavatele bude přívod vody zajištěn napojením na stávající rozvod vody (viz obrázek), odtok vody bude poté řešit nerezová nádoba s vyústěním, která bude vyprázdňena do odpadu.



Lhůta pro podání nabídek u tímto **nemění**.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace