

## DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:      | Rozšíření HW infrastruktury Nemocnice Jihlava<br>Část 5 - Diagnostické monitory pro centrální<br>radiodiagnostické oddělení |
| Režim veřejné zakázky:      | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení                                                                      |
| Evidenční číslo zadavatele: | O-2022-5                                                                                                                    |
| Evidenční číslo ve VVZ:     | Z2022-044599                                                                                                                |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:           | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace                      |
| Statutární zástupce: | MUDr. Lukáš Veleš, MHA                                         |
| Sídlo:               | Vrchlického 59, 586 33 Jihlava                                 |
| IČ/DIČ:              | 0090638/CZ00090638                                             |
| E-mail:              | <a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a> |
| Web:                 | <a href="http://www.nemji.cz">www.nemji.cz</a>                 |
| Tel:                 | 567 157 111                                                    |
| Fax:                 | 567 301 212                                                    |

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 1:**

Níže vyjmenované méně zásadní parametry vylučují nabídku dalších výrobců vyrábějících diagnostické monitory:

- možnost zapnutí maximálního podsvícení z klávesnice PC na všech připojených monitorech současně
- možnost fokusu na vybrané části obrazu potlačením okolí
- zobrazení PictureInPicture (PIP) – automatické zobrazení samostatného digitálního vstupu do monitoru při fokusu myši na určitou část plochy.

Bude zadavatelem akceptována nabídka diagnostického monitoru, který plní všechny zbývající a zásadní parametry kromě 3 výše uvedených?

#### **Odpověď zadavatele:**

Nabídka, která nesplňuje uvedené 3 parametry nebude akceptována.

#### **Dotaz č. 2:**

V zadání je zmíněn požadavek na „prvotní kalibrace zařízení“.

Diagnostické monitory jsou již výroby velmi přesně a na speciálním certifikovaném zařízení kalibrovány již ve výrobě.

Je spíše nežádoucí nový monitor znovu kalibrovat na zpravidla méně přesném přenosném zařízení.

Není tedy spíše myšlen tzv. „akceptační test, resp. test stálosti“, který ověří parametry, ale nedochází hned ke změně přesně z výroby kalibrovaného nového monitoru?

#### **Odpověď zadavatele:**

Ano, může být splněno též doložením akceptačního testu, resp. testu stálosti.

Na základě výše uvedeného zadavatel **uveřejňuje novou verzi Přílohy č. 3 – Technická specifikace dodávky – část 5.**

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....  
**MUDr. Lukáš Velev, MHA**  
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace