

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Modernizace přístrojového vybavení Část 2 – Mechanická trombektomie tepen
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2023-4
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-048200

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz se týká části 2 – Mechanická trombektomie tepen:

Dotaz č. 1:

V příloze č. 4 ZD – Návrhu kupní smlouvy, článek 2, odstavec 2.5. se uvádí, že roční PBTk po záruční době musí mimo jiné zahrnovat i provedení el. revize.

Jako účastník zadávacího řízení části 2 – Mechanická trombektomie tepen prohlašujeme, že u tohoto druhu zařízení se el. revize neprovádí, neboť není pevně připojeno ke zdroji elektrické energie (§47 zákona 375/2022 Sb.) Dle §45 zákona 375/2022 Sb. je součástí bezpečnostně technické kontroly provedení elektrické kontroly prostředku, který je elektrickým zařízením. Při zachování všech dalších požadavků na PBTk bude zadavatel akceptovat místo el. revize elektrickou kontrolu prostředku?

Odpověď zadavatele:

Zadávací podmínky pro provádění povinných periodických bezpečnostních kontrol zdravotnických prostředků jsou obecně popsány a stanoveny v zadávací dokumentaci i návrhu kupní smlouvy, vždy se ale řídí především příslušným zákonem (zejména zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro) a konkrétními pokyny výrobce zdravotnického prostředku. Bezpečnostně technická kontrola musí zahrnovat veškeré povinné úkony, které jsou povinné a v souladu s legislativou. Pokud je předmětem plnění zdravotnický prostředek, u kterého se neprovádí elektrická revize, nýbrž elektrická kontrola (dle novelizovaného zákona), jedná se o rovnocenný úkon, který splňuje zadávací podmínky.

Ano, zadavatel bude akceptovat místo elektrické revize provedení elektrické kontroly zdravotnického prostředku. Toto vysvětlení nijak nemění zadávací podmínky.

Lhůta pro podání nabídek se tímto **nemění**.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace