



VÝBAVA:
2x O2
1x AIR
2x Vac
1x12 VDO
1x1 MDO (+zdvih)
1x1 MDO (Př.osv.)
8x PA
4x RJ45/6A
NOČNÍ OSV. OVLÁDANÉ EXTERNĚ

VÝBAVA:
4x O2
2x Air
2x Vac
16x VDO
1x2 MDO (+zdvih)
1x1 MDO (Př.osv.)
10x PA
2x2 RJ45/6A
1x Sest.-pac.
NOČNÍ OSV. OVLÁDANÉ EXTERNĚ

Revize	Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize

Zpracovatel projektu: Flidr medical		Investor: Nemocnice Třebíč, p. o. Purkyňovo nám. 133/2 674 01 Třebíč	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILOŠ		Vypracoval: ING. MILAN VÍŠEK	
Kontrolouval: RADEK CHADIMA		Číslo zakázky: 22V0001 Datum: 10/2022 Formát: 15x A4 Stupeň: DPS	
Akce: Nemocnice Třebíč Rozvody medicínálních plynů		Číslo výkresu: 02	
Výkres: Zdravotnická technologie		Měřítko: -	