



±0,000 = 499,83 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHEMA / KEY PLAN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



**OBERMEYER**  
Helika

BERANOVÝCH 65  
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9  
TEL. : +420 281 097 222  
EMAIL: info@obermeyer.cz

Nemocnice Pelhřimov,  
příspěvková organizace

Slovanského bratrství 710,  
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

VYPRACOVAL / DRAWN BY

KONTOLOVAL / CHECKED BY



**OBERMEYER**  
Helika

BERANOVÝCH 65  
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9  
TEL. : +420 281 097 222  
EMAIL: info@obermeyer.cz

Ing. arch. Lucie Jestřábová

Ing. Jiří Houda

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

SCHVÁLIL / APPROVED BY

Ing. arch. Lucie Jestřábová

Ing. Jiří Houda

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

**Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance  
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu**

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

POČET A4 / NUMBER OF A4

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1:50

01/2023

## A4

NÁZEV OBJEKTU SO/O / DESIGN PART

SO 101

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

**VÝPIS HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ**

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

KOPIE / COPY

1110906002 \_ DPS \_ D\_1.1\_b101 \_ 100 \_ 307 \_ 00

ČÍSLO PROJEKTU  
PROJECT NO.

STUPEŇ PD  
STAGE

OBCHODNÍ SOUBOR  
PACKAGE

ČÁST  
CODE

SO / IO  
PART

PROFESNÍ DÍL  
SECTION

DILATACE  
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU  
DOCUMENT NO.

REVIZE  
REV.

NÁZEV ZAKÁZKY: Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101		DATUM: 2023		REVIZE: -
DOKUMENT: VÝPIS HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ						STRANA: 1
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
<div>H 01</div>			PÚ: 16- MAGNETICKÁ REZONANCE  1 KS-21A		1	
<div>H 02</div>			PÚ: 16- MAGNETICKÁ REZONANCE  2 KS S NÁPLNÍ CO <sub>2</sub> - 55 B		2	
<div>H 03</div>			PÚ: 17- STROJOVNA VZT  1 KS S NÁPLNÍ CO <sub>2</sub> - 87 B		1	