



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Elektrokardiografické přístroje
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:</i>	Z2023-011880
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	09/23/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 6.4.2023 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Zadavatel požaduje ve veřejné zakázce F2023-011880 na 28 ks elektrokardiografických přístrojů v hodnotě 1 806 000 Kč bez DPH jako technickou kvalifikaci doložení seznamu minimálně 3 významných dodávek, kdy za významnou dodávku se považuje instalace a dodávka 1 ks EKG přístroje v hodnotě 35 000 Kč bez DPH.
Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky a obvyklým zvyklostem při zadávání VZ se uchazeč domnívá, že požadovaná významná dodávka je desetkrát menší než je obvyklé. Existuje důvodná obava, že by zadavatel mohl obdržet nabídky od uchazečů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s podobnými zakázkami nebo obdržet nabídku na přístroj, který není dostatečně vyzkoušený. Uchazeč se domnívá, že se jedná o administrativní chybu a žádá zadavatele, aby přezkoumal požadavky na technickou kvalifikaci.
Znění odpovědi:
Zadavatel sděluje, že se nejedná o administrativní chybu. Zadavatel stanovil kritéria technické kvalifikace včetně finančního rozsahu tak, aby nebyly v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 zákona.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Zadavatel dále požaduje v bodě číslo 14. technických požadavků citlivost nastavitelnou v rozsahu min 5 až 40 mm/mV ve 4 krocích.
Uchazeč se domnívá, že požadovaná hodnota je způsobena administrativní chybou. Obecně je pro EKG

vyžadována citlivost 1.5, 2.5, 5, 10 a 20 mm/mV. Bude zadavatel akceptovat výše uvedenou citlivost EKG přístroje? V opačném případě žádáme zadavatele o vysvětlení medicínského důvodu nutného pro použití citlivosti v rozsahu 20 až 40 mm/mV.

Znění odpovědi:

Zadavatel bude akceptovat snížení rozsahu citlivosti.

V této souvislosti zadavatel upravuje požadavek č. 14 v příloze 2 ZD a to tak, že původní rozsah „5 – 40 mm/mV“ nahrazuje rozsahem „2,5 – 20 mm/mV“. Nové znění požadavku č. 14 tedy je:

„Citlivost nastavitelná v rozsahu min. 2,5 – 20 mm/mV, nastavitelná minimálně ve čtyřech krocích“

Dotaz č. 3

Znění dotazu:

Zadavatel dále požaduje v bodě číslo 25. technických požadavků přímou komunikaci a odesílání dat (bez nutnosti napojení na pracovní stanici) do NIS, EMS, PACS. DICOM3.

Mohl by prosím zadavatel blíže specifikovat tento požadavek? Je součástí dodávky na 28 ks elektrokardiografických přístrojů požadavek na funkci Direct DICOM Worklist a Direct DICOM storage pomocí protokolu DICOM 3.0. Je součástí dodávky i zapojení všech přístrojů do systému PACS pomocí protokolu DICOM 3.0? Má zadavatel v systému PACS integrován prohlížeč EKG záznamů, který bude využíván na zobrazení uložených záznamů?

Znění odpovědi:

Zadavatel uvádí, že požadavek č. 25 a další navazující požadavky 26., 27. a 28. jednoznačně popisují připojení všech 28 ks elektrokardiografických přístrojů do sítě zadavatele a způsob komunikace se systémy NIS, EMS a PACS, dále jen „systémy“.

Pro upřesnění tedy zadavatel shrnuje požadavky následovně:

Každý EKG přístroj bude napřímo (tzn. bez dalšího mezistupně, pracovní stanice, tedy například stolního počítače ve vyšetřovně) napojený do počítačové sítě zadavatele a to prostřednictvím jak metalického kabelu (ethernet), tak bezdrátově (prostřednictvím AP s technologií 802.11ax). Bližší popis parametrů připojení je popsán v požadavku č. 28. Každý EKG přístroj bude komunikovat se systémy zadavatele, protokol DICOM 3.0 je vyžadován. Požadavky specifikace č. 25 a 26 říkají, že každý přístroj má být schopný přijmout žádanku s údaji pacienta a zpět se záznamem EKG ji odeslat a uložit do systémů zadavatele, což se bez podpory DICOM worklist a DICOM storage neobejde. Mimo jiné je také definováno, že přístroj umožňuje ruční zadávání dat pacienta, tzn. bez příjmu žádanky z NIS zadavatele, a záznam pak uložit. V požadavku č. 27 jsou pak jednotlivě definované standardní formáty pro komunikaci a ukládání dat.

Zadavatel trvá na znění požadavku č. 25 v celém rozsahu a beze změny.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedeným vyjádřením zadavatele k dotazu, zadavatel rozhodl o **úpravě technických podmínek na předmět plnění** uvedených v příloze č. 2 ZD, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 2 ZD **se zvýrazněnými změnami** je přílohou této zprávy.

Poznámka: zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení za předpokladu, že nabízené plnění splní technické podmínky upravené na základě tohoto vysvětlení, tj. technické podmínky uvedené v aktualizované příloze č. 2 ZD, která je přílohou tohoto dokumentu.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányi změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, a to do 19.5.2023 do 9:30 hodin.** Otevírání nabídek se uskuteční dne 19.5.2023 v 9:30 hodin, a to za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.



Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 27.3.2023 pod ev. č. F2023-011880. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 12.4.2023.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 12.4.2023

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice