

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Označení veřejné zakázky, zadavatele a identifikace Oznámení o výsledku zadávacího řízení	
Veřejná zakázka	
Název:	Telemetrie pro kardiologické oddělení
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000077
Datum zahájení zadávacího řízení:	16. 3. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
IČO:	00090638
Adresa sídla:	Vrchlického 4630/59 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Lukáš Velez, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Bc. Iveta Rabasová, e-mail: rabasova@pkkv.cz, tel.: +420 730 588 777
Identifikace Oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (https://vvz.nipez.cz)	
Evidenční číslo zakázky:	Z2023-010949
Evidenční číslo formuláře:	F2023-019952
II. Předmět veřejné zakázky	
Viz oddíl II. Oznámení o výsledku zadávacího řízení.	
III. Cena sjednaná ve smlouvě	
Není relevantní	
IV. Použitý druh zadávacího řízení	
otevřené řízení	

V. Označení účastníků zadávacího řízení			
Poř. č.	Název účastníka	IČO	Sídlo

1	Medsol s.r.o.	24201596	Lužná 591/4 16000 Praha
VI. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu			
Není relevantní, neboť nebyl vyloučen žádný účastník řízení.			
VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění jeho výběru			
Viz oddíl V.2.3) Oznámení o výsledku zadávacího řízení. Není relevantní, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.			
VIII. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi			
Není relevantní.			
IX. Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem			
Není relevantní.			
X. Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění			
Není relevantní.			
XI. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu			
Není relevantní.			
XII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení			
Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadávací řízení zrušil, neboť v předmětném zadávacím řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění stanovil pro telemetrické přenosné zařízení pro dodavatele technicky nereálný požadavek na dobu provozu alkalických baterií a to – doba provozu na alkalické baterie min. 100 hodin.			
XIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky než elektronických			
Není relevantní.			
XIV. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů			
Nebyl zjištěn střet zájmů.			
XV. Odůvodnění, pokud nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části			
Povaha předmětu veřejné zakázky neumožňuje, aby byl rozdělen na části.			
XVI. Odůvodnění stanovení požadavku obratu dle § 78 odst. 3 zákona			
Není relevantní.			

V Jihlavě

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA

ředitel

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky