

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V
Část veřejné zakázky:	část 6 - Mobilní RTG přístroj
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-027556
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P23V00000478
Datum zahájení zadávacího řízení:	29. 6. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová e-mail: monika.chladova@onhb.cz tel: 569 472 167

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 11. 7. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a Zadávací dokumentací uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Dne 11. Července 2023 v xxxxxxxxxxxxxx

*Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624,
580 22 Havlíčkův Brod*

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

*Uchazeč xxxxxxxxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxxxxxxxx, zastoupený panem xxxxxxxxxxxxxx, prokuristou, žádá tímto v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o vysvětlení zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod – přístrojové vybavení č. 5“ vyhlášenou zadavatelem, kterým je **Nemocnice Havlíčkův Brod**.*

Část 6 VZ – Mobilní RTG přístroj

Zadavatel nastavil v rámci části č.6 specifikaci předmětu plnění pouze s mandatorním parametry bez hodnotících parametrů, jak je tomu v jiné části veřejné zakázky. Navíc tyto mandatorní technické parametry směřují pouze a jen k jednomu danému typu zařízení.

Námi nabízený přístroj disponuje následujícími parametry:

- *Rozsah nastavení napětí na rtg zářiči (kV): min. od 40 kV do 133 kV.*
- *Rozsah mAs min. 1 až 320 mAs.*
- *Otočné rameno s velkým rozsahem min. +/- 270°.*
- *Hmotnost přístroje max. 440 kg.*
- *Bez funkcionality nastavení přesné kolmosti RTG paprsku na detektor, zobrazení úhlu náklonu volného bezdrátového detektoru na displeji na RTG lampě.*

Umožní zadavatel se účastnit více uchazečům o veřejnou zakázku tím, že upraví případně bude hodnotit dané parametry?

V xxxxxxxxxxxxxx, dne 11. Července 2023

Divize radiodiagnostika

Odpověď zadavatele:

- Rozsah nastavení napětí na rtg zářiči (kV): min. od 40 kV do 133 kV.**

Zadavatel bude pojízdný RTG přístroj používat na široký rozsah vyšetření včetně snímků plic a dutiny břišní. S ohledem na stále čtenější výskyt obézních a morbidně obézních pacientů požadujeme dostatečný rozsah napětí pro nastavení expozice. Zadavatel trvá na původní hodnotě napětí.

- Rozsah mAs min. 1 až 320 mAs.**

Zadavatel bude pojízdný RTG přístroj používat na široký rozsah vyšetření včetně snímků páteře a dutiny břišní. S ohledem na stále čtenější výskyt obézních a morbidně obézních pacientů požadujeme dostatečný rozsah mAs pro nastavení expozice. Zadavatel trvá na původní hodnotě mAs.

- Otočné rameno s velkým rozsahem min. +/- 270°.**

Zadavatel bude pojízdný RTG přístroj používat na široký rozsah vyšetření, počítá se s využitím i ve stísněných prostorech a dostatečný rozsah rotace sloupu je nutný pro efektivní manipulaci. Zadavatel trvá na původní hodnotě rotace otočného ramene.

- Hmotnost přístroje max. 440 kg.

Zadavatel, počítá se s častým převážením přístroje mezi odděleními a převozy výtahem mezi patry. Nízká hmotnost je pro dané použití důležitá. Zadavatel trvá na původní hodnotě maximální hmotnosti přístroje.

- Bez funkcionality nastavení přesné kolmosti RTG paprsku na detektor, zobrazení úhlu náklonu volného bezdrátového detektoru na displeji na RTG lampě.

Zadavatel bude pojízdný RTG přístroj používat na široký rozsah vyšetření, stanovení přesné kolmosti RTG paprsku zrychluje průběh vyšetření, zaručuje stabilně kvalitní snímek i ve zhoršených manipulačních podmínkách a eliminuje opakovaná vyšetření a tím snižuje dávku RTG záření na pacienta. Zadavatel trvá na původním požadavku nastavení přesné kolmosti RTG paprsku na detektor.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě

.....
Mgr. David Rezničenko, MHA

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace