

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V
Část veřejné zakázky:	část 10 - Myčka endoskopů
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-027556
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P23V00000482
Datum zahájení zadávacího řízení:	29. 6. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html</a>
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová e-mail: monika.chladova@onhb.cz tel: 569 472 167

**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto ze svého vlastního podnětu, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňuje a mění technickou specifikaci tj. přílohu č. 1.

Zadavatel doplnil technickou specifikaci o požadavek na dodání centrálního dokumentačního SW. Tento požadavek je uveden v příloze č. 1 ZD\_Specifikace. Zadavatel tímto zveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 1 ZD, jež je přílohou tohoto dokumentu.

**V souvislosti s uvedeným doplněním a změnou zadavatel mění tabulku pod názvem „Technické parametry a způsob hodnocení“ uvedenou v čl. 17.2.2 Zadávací dokumentace v původním znění:**

Parametr	Parametr - bodované subkritérium	počet dílčích bodů za každé bodované subkritérium/parametr	max. počet dílčích bodů, který je možné získat v rámci parametru / subkritéria
1. parametr	Možnost připojení nabídnutých mycích dezinfektorů a stávajících mycích dezinfektorů (OLYMPUS Mini ETD Plus a Mini ETD2 Plus) k jednotnému centrálnímu dokumentačnímu SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat.	20 dílčích bodů, pokud bude prokázáno	20

#### Na nové znění:

Parametr	Parametr - bodované subkritérium	počet dílčích bodů za každé bodované subkritérium/parametr	max. počet dílčích bodů, který je možné získat v rámci parametru / subkritéria
1. parametr	Možnost připojení stávajících mycích dezinfektorů (OLYMPUS Mini ETD Plus a Mini ETD2 Plus) k <b>nabízenému</b> centrálnímu dokumentačnímu SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat.	20 dílčích bodů, pokud bude prokázáno	20

#### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto doplnění a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro shora uvedenou část této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **13. 9. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto doplnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_194.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html).

V Havlíčkově Brodě

.....  
**Mgr. David Rezničenko, MHA**

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

*podepsáno elektronicky*