

Parní sterilizátor

Předmětem plnění je dodávka **2 ks** parních sterilizátorů pro centrální sterilizaci s osmi sterilizačními jednotkami včetně zajištění rozměrové a dispoziční kompatibility

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

Podmínka plnění	Splnění podmínky dodavatelem	Číslo strany nabídky dodavatele
Parametry systému		
STERIVAP 6612-2 ED		
Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci cca 600 litrů (8 STJ) 2 kusy		
využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů)	ANO 610	11
prokládací dvoudveřové provedení	ANO	11
celonerezová kvádřová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu	ANO	4
splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů (Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení)	ANO	2
validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU (Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení)	ANO	1
integrováný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním	ANO	8
detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře	ANO	8
motorické ovládání dveří sterilizační komory	ANO	4
vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou	ANO	4
intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ	ANO	6
systém čipových identifikačních karet pro uživatelské nastavení a volbu programů	ANO	6
USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech	ANO	6
zavážecí systém (3 ks transportní vozík, 2 ks zavážecí vozík) – možnost využití stávajícího transportního a zavážecího systému na oddělení centrální sterilizace	ANO	8
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu	ANO	7
integrováný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji	ANO	4
software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty provozovanou na CS	ANO	7
zabudování do stávající nerezové stěny	ANO	8
parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na oddělení centrální sterilizace, kde jsou instalovány současné přístroje a případné úpravy zajistí dodavatel	ANO	11
SW pro dokumentaci procesů		
<i>Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekčních automatů a sterilizátorů. Systém umožňuje:</i>		

okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů	ANO	Prospekt DP 3.5 CZ 1
archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií	ANO	1
tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů	ANO	1
přímé napojení na informační systém DoctIS (Medix)	ANO	1
dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu	ANO	1
okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem	ANO	1
ochrana dat systémem přístupových práv	ANO	1
ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru	ANO	1
automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu	ANO	1
automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu	ANO	1
automatické odeslání SMS zprávy při nestandardním průběhu cyklu	ANO	1
nezávislý systém archivace dat	ANO	1

V Brně dne 12. 7. 2023

(el.) podpis:

.....
ing. Tomáš Bartoň
jednatel