

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

Vybavení komplementu

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele:

O-2023-14

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2023-033127

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární zástupce:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ:

0090638/CZ00090638

E-mail:

sekretariat@nemji.cz

Web:

www.nemji.cz

Tel:

567 157 111

Fax:

567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mění zadávací dokumentaci.

Provedl změnu v **Příloze č. 3 - Technická specifikace dodávky část 3**, a to s použitím funkce sledování změn.

Odběrová křesla - Parametr č. 12 nyní zní následovně:

12.	Šířka sedací části min. 80 <u>60</u> cm	
-----	--	--

Aplikační křesla - Parametr č. 11 nyní zní následovně:

11.	Šířka sedací části min. 80 <u>60</u> cm	
-----	--	--

Pod tabulkou:

- **U numerických hodnot je povolena odchylka +/- 10 %**

Dále zadavatel provedl změnu v **Příloze č. 3 - Technická specifikace dodávky část 4**, a to s použitím funkce sledování změn.

Parametr č. 23 nyní zní následovně:

23.	Uživatelsky řízená teplota s rozsahem 25-70 <u>25 - 42</u> °C ± 2 °C (krok 1 °C)	
-----	---	--

Aktuální verzi **Přílohy č. 3 pro část 3 a 4** zadavatel uveřejňuje na svém profilu na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dále zadavatel provedl změnu v **Zadávací dokumentaci v kapitole 2.3, 4.1 a 12.2**, a v **Příloze č. 4 – Návrh kupní smlouvy pro část 3**, a to s použitím funkce sledování změn.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do 6.10. 2023 8:00 h.**, a to pouze u částí č. 3 a 4.

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace