

Stůl operační systémový

stůl operační (mobilní noha vč. výměnné operační desky)

systémový operační stůl s vyměnitelnými deskami tvořený minimálně:

1x základna mobilní s bezdrátovým ovladačem (možnost připojení kabelem, po odpojení přepnutí do IR módu) s minimální nosností celého operačního stolu pro pacienty o hmotnosti 360 kg

1x operační deska šestisegmentová

1x transportní vozík pro přesun operační desky nebo celého stolu

Příslušenství:

anesteziologická zástěna vč. svorky

anesteziologická podpěra ruky vč. svorky 1x

poutko pro uchycení ruky k postranní liště stolu 1x

poutací pás na tělo 1x

Příslušenství pro stabilizaci pacienta na operačním stole:

protiskluzová pěnová podložka hlavy se spodním odvětráváním

protiskluzová pěnová podložka paže se spodním odvětráváním včetně poutání 2x

protiskluzová pěnová podložka trupu pravá

protiskluzová pěnová podložka trupu levá

protiskluzová pěnová podložka kolene se spodním odvětráváním pravá

protiskluzová pěnová podložka kolene se spodním odvětráváním levá

protiskluzová pěnová podložka paty se spodním odvětráváním pravá

protiskluzová pěnová podložka paty se spodním odvětráváním levá

Technické parametry operačního stolu:

navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky

odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

kombinované polohování operačního stolu

RTG transparentní operační deska max. šířka 600 mm vč. eurolišť

napájení z bezúdržbové baterie, výdrž baterie min. 5 dní provozu

ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem), včetně funkce „čištění“, kdy základna i bez desky vyjede automaticky do nejvyšší polohy. Umístěný na boční straně základny – nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí desky

bezdrátový ovladač s barevným dotykovým displejem s možností uložení nepoužívanějších poloh , možnost úpravy rychlosti jednotlivých pohybů, zobrazení aktuálních náklonů desky, komunikace v ČJ. Možnost nabíjení ovladače ze základny stolu - po odpojení se přepne IR režimu.

funkce na dálkové ovládání (IR bezkabelový ovladač, kabelem připojený ovladač) tlačítková volba: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, podélný posun, polohování zádové sekce (dolní i horní) a podložek nohou (současně i zvlášť) antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství) polstrovaní univerzálních desek operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu. Min. 8 cm vysoké dvouvrstvé polstry snižující riziko vzniku proleženin stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování) základní „nulová“ poloha zadána jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta kompatibilita s ostatními operačními deskami na COS, případně dodání dvou operačních desek a dvou navážecích vozíků z důvodu eliminace prodlev mezi operacemi (dezinfekce desek, příprava pacienta atd.)

Elektrický polohování:

nastavení výšky pracovní desky min. 630 – 1050 mm
 Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. $\pm 45^\circ$
 boční náklon pracovní desky min. $\pm 28^\circ$
 kombinace Trendelenburg 30° s boční náklonem 20°
 motorický podélný posun min. 400 mm
 polohování nožní části min. $-100^\circ/+90^\circ$, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť
 polohování dolní zádové části min. v rozsah $+90^\circ/-55^\circ$ umožňující funkci můstku
 polohování horní zádové desky $+90^\circ/-100^\circ$, možnost připojení nožních desek a polohování i samostatně

Mechanické polohování:

hlavová část-dvoukloubová stavitelnost
 dvoudílná nožní část (rotažitelná do písmene V a U)