

## DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:	Chladicí a mrazicí zařízení
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, s uveřejněním výzvy
Evidenční číslo zadavatele:	ZMR-2023-5

---

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	<a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a>
Web:	<a href="http://www.nemji.cz">www.nemji.cz</a>
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

---

Zadavatel tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

**Dotaz:**

Položka 1

Je tato chladnička-280L a mraznička-120L přijatelná?

Položka 2

Je 126l přijatelných?

Položka 4

Je 756L přijatelných?

**Odpověď:**

Položka č. 1- požadované hodnoty

<b>4</b>	Objem chladící části 250 l (± 10%)	
<b>5</b>	Objem mrazící části 100 l (± 10%)	

Ani s uvedenou tolerancí nabízené zboží neodpovídá požadovaným parametrům.

Položka č. 2- požadované hodnoty

<b>14</b>	Minimální objem zařízení 130 l	
-----------	--------------------------------	--

Nabízené zboží neodpovídá ani minimálním požadovaným parametrům.

Položka č. 4- požadované hodnoty

<b>40</b>	Minimální objem zařízení 500 l a maximální objem 700 l	
-----------	--------------------------------------------------------	--

Nabízené zboží neodpovídá maximálním požadovaným parametrům.

Zadavatel se domnívá, že požadované hodnoty objemu chladících/mrazících zařízení jsou vypsány s dostatečným rozsahem a trvá na vypsané specifikaci.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek neprodlužuje.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....  
**MUDr. Lukáš Velev, MHA**  
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace