

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Sítnicový laser
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu, otevřená výzva
Evidenční číslo zadavatele:	ZMR-2023-8

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Veleš, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Zadavatel tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje výstupní výkon – regulovatelný v rozsahu minimálně 50 mW až 1700 mW.
Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje s výstupním výkonem regulovatelným v rozsahu 50 mW až 1500 mW?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k zamýšlenému účelu použití preferuje zadavatel větší rozsah výstupního výkonu laseru. Zadavatel trvá na původním znění požadavku.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje zaměřovací paprsek – červená dioda o vlnové délce min. 670 nm a výkonu min. 0,4 – 0,8 mW.
Bude zadavatel akceptovat zaměřovací paprsek – červená dioda o vlnové délce 635 – 650 nm a výkonu < 1 mW?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k zamýšlenému účelu použití trvá zadavatel na původním znění požadavku.

Lhůta pro podávání nabídek se tímto **neprodlužuje**.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace