



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Husova 2624, 580 22, Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 167, fax: +420 569 421 982
e-mail: monika.chladova@onhb.cz
www.onhb.cz

Výzva k podání nabídek veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

výběrové řízení je vypsáno v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ ze dne 22. 07. 2014 č. 06/14, jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dle čl. 8 uvedených Pravidel)

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: **VZ/2/2015**

„DODÁVKA DVOU KUSŮ ORL JEDNOTEK VČETNĚ NÁSTROJŮ PRO NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD“

Zadavatel:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
statutární zástupce: **Mgr. David Rezničenko, ředitel**
se sídlem: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540
DIČ: CZ00179540

VĚC: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKU DVOU KUSŮ ORL JEDNOTEK VČETNĚ NÁSTROJŮ

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je „**Dodávka 2 kusů otorinolaryngologických (dále jen ORL) jednotek včetně dodávky nástrojů** pro ORL ambulanci Nemocnice Havlíčkův Brod“.

Technická specifikace:

1) ORL jednotka ambulance - místo 1

Minimální požadavky, které musí **ORL jednotka číslo 1** splnit:

- ✓ Kompaktní celokovová mobilní ORL jednotka.
- ✓ Připojení na vodovodní řád a vodovodní odpad (stejně jako u automatické pračky)
- ✓ Možnost výběru barvy ze vzorníku barev.

Vybavení:

- ✓ Kompresorová jednotka – rukojeť na stlačený vzduch, kontinuálně regulovatelný tlak – nástřík medikamentů, spray/politzer. Ochrana proti přeplnění.
- ✓ Odsávací jednotka, regulátor sacího výkonu, tichý chod, sací výkon min. 32 l/hod, podtlak min 0,85 bar
- ✓ Proplachovací jednotka, rukojeť s regulací jemného dávkování. Voda vyhřívána na 37°C
- ✓ Ledvinovitá nádobka na otočném rameni
- ✓ Proplachování (dezinfekcí) sacích hadic
- ✓ Rychloohříváč zrcátek s aktivním ventilátorem
- ✓ Dva výstupy světla min 2x150W (nebo ekvivalent)
- ✓ Držák čelního světla s automatickým zapínáním čelního světla po sejmutí z držáku
- ✓ Min 2ks vyhříváný držák pro rigidní optiku, 38°C
- ✓ Min 2ks držák s dezinfekcí na použité rigidní optiky
- ✓ Předehříváč laryngoskopických zrcátek, vyjímatelný duralový blok pro cca 50 zrcátek různých, automatická regulace teploty, zároveň je vyhřívána celá plocha na nástroje
- ✓ Min. 2 desky s nerezovými rozřadovači na instrumenty, prostor a nádoba na použité nástroje, odpadkový koš, min 1x uzavřená zásuvka
- ✓ Min. 1x police na přídatné přístroje, vlastní elektrické zásuvky 230V pro připojení přístrojů, celková šířka min 550 mm

2) ORL jednotka ambulance - místo 2

Minimální požadavky, které musí **ORL jednotka číslo 2** splnit:

- ✓ Kompaktní celokovová mobilní ORL jednotka
- ✓ Připojení na vodovodní řád a vodovodní odpad (stejně jako u automatické pračky)
- ✓ Možnost výběru barvy ze vzorníku barev.

Vybavení:

- ✓ Kompresorová jednotka, rukojeť na stlačený vzduch, kontinuálně regulovatelný tlak – nástřík medikamentů spray/politzer. Ochrana proti přeplnění.
- ✓ Odsávací jednotka, regulátor sacího výkonu, tichý chod, sací výkon min. 32 l/hod, podtlak min 0,85 bar

- ✓ Proplachovací jednotka, rukojeť s regulací jemného dávkování. Voda vyhřívána na 37°C
- ✓ Ledvinovitá nádoba na otočném rameni
- ✓ Proplachování (dezinfekcí) sacích hadic
- ✓ Rychloohřívač zrcátek s aktivním ventilátorem
- ✓ Dva výstupy světla min 2x150W (nebo ekvivalent)
- ✓ Držák čelního světla s automatickým zapínáním a vypínáním čelního světla po sejmutí z držáku
- ✓ Min. 2ks vyhřívaný držák pro rigidní optiku, 38°C
- ✓ Min. 2ks držák s dezinfekcí na použité rigidní optiky
- ✓ Min. 2 desky s nerezovými rozřadovači na instrumenty, prostor a nádoba na použité nástroje, odpadkový koš, min 1x uzavřená zásuvka
- ✓ Min. 1x police na přídavné přístroje, vlastní elektrické zásuvky 230V pro připojení přístrojů, celková šířka min 450 mm

Hodnotící parametry u obou jednotek:

- ✓ Kompresorová jednotka - min. 3 spray lahvičky v odlišných barvách (2 lahvičky na roztok, 1 lahvička na prášek)
- ✓ Odsávací jednotka, podtlak více než 0,9 bar
- ✓ Proplachovací jednotka, autoklávovatelná rukojeť
- ✓ Automatické dopuštění a následný ohřev vody 37°C, automatické vypouštění do vodovodního odpadu
- ✓ Proplach tonzil, autoklávovatelná rukojeť, připojení na oplachovací a odsávací jednotku (včetně základního spotřebního materiálu – autoklávovatelných trubiček různých velikostí)

Uchazeč musí vyplnit přílohu č. 4. Uvede, zda nabízená ORL jednotka číslo 1 a 2 požadavky splňuje ANO/NE, číslo stránky, kde je možné údaj v nabídce (v produktovém listu) nalézt. Při nesplnění požadavků, u kterých je ve sloupci „požadováno“ ANO bude uchazeč vyřazen ze zadávacího řízení.

Seznam požadovaných nástrojů s uvedením počtu kusů je obsažen rovněž v samostatné příloze č. 6

Počet kusů	Rozměry	Název nástroje
5	---	nosní zrcátko pro děti
8	---	nosní zrcátko pro dospělé
1	8 cm	ušní kleště
1	6 cm	ušní kleště
5	15 cm	aplikátor tamponů
5	13 cm	aplikátor tamponů
1	15 cm	držák jehel
2	3 mm	odsávací kanyla
2	3,5 mm	odsávací kanyla
2	4,5 mm	odsávací kanyla
10	---	ušní kyreta
2	14,5 cm	ušní háček
2	2,5 mm	drenážní kanyla
1	6 cm	nosní kleště - pro tampóny
3	10 cm, průměr 1,5mm	odsávací kanyla
6	10 cm, průměr 2 mm	odsávací kanyla

3	10 cm, průměr 2,5 mm	odsávací kanyla
2	---	adaptér pro odsávací kanyly
1	---	Bowan sonda
1	14 cm	Joseph nůžky
1	12,5 cm	chirurgická rukojeť
200	---	žiletka
2	10 cm	Lichtwitz trokar
1	25 cm	ledvinka
1	14,5 cm	rovné nůžky
1	14,5 cm	tamponážní kleště
1	20 cm	zoubkované kleště
15	19 cm	ústní lžice
5	vel 0	laryngální zrcátko
8	vel 2	laryngální zrcátko
6	vel 6	laryngální zrcátko
5	vel 8	laryngální zrcátko
1	---	paracentézní jehla
5	14,5 cm	kleště s otvorem
1	14,5 cm	kleště

Součástí dodávky bude:

- ✓ dodávka nástrojů uvedených v příloze č. 6
- ✓ instalace a zaškolení
- ✓ 24 měsíců záruka - v záruce bezplatné bezpečnostně technické kontroly (BTK), validace a el. revize

2. Doba a místo plnění

Zadavatel předpokládá dodávku včetně instalace a uvedení ORL jednotek do provozu nejpozději do konce 3/2015.

Místem plnění je Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, oddělení ušní, nosní krční - ambulance ORL Nemocnice Havlíčkův Brod. Místo plnění se nalézá v sídle zadavatele.

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

Ing. Adam Fila, vedoucí technik zdravotnických přístrojů

- telefon: +420 569 472 116; GSM: +420 739 161 516
- email: adam.fila@onhb.cz

Monika Chladová, DiS., administrátorka veřejných zakázek

- telefon: +420 569 472 167; GSM: +420 734 397 363
- email: monika.chladova@onhb.cz
- web: www.onhb.cz

Ostatní důležité informace:

Veškeré důležité dokumenty event. nové informace týkající se zadávacího řízení jsou uveřejněny (v případě změn budou průběžně uveřejňovány) na **profilu zadavatele**, a to neomezeným a přímým dálkovým způsobem viz odkaz:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html,

kde je uveřejněna i tato zadávací dokumentace včetně všech příloh.

3. Kvalifikační předpoklady

Doložení profesních kvalifikačních předpokladů:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doložení základních kvalifikačních předpokladů:

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 5)

4. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílní kritéria:	1) Celková nabídková cena (bez DPH)	70 %
	2) Technické parametry ORL jednotek	30 %

Celková nabídková cena = cena ORL jednotky č. 1 bez DPH + cena ORL jednotky č. 2 bez DPH + cena nástrojů bez DPH

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílního kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílního kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Z těchto bodových hodnot bude vypočten součet a ten bude použit jako základ pro výsledné bodové hodnocení kritéria.

- Celková výše kupní ceny bez DPH bude hodnocena ve vzestupném pořadí. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
- Technické parametry přístroje budou hodnoceny dle vyplněné tabulky požadovaných parametrů dle míry splnění jednotlivých parametrů (hodnocené parametry pro obě ORL jednotky) v příloze č. 4.

U hodnotících parametrů - označených k hodnocení ANO popíše uchazeč míru splnění.

Míra splnění parametrů vyznačených k hodnocení (ANO) bude zadavatelem hodnocena a oceněna přidělením bodů v rámci hodnotícího kritéria „Technické parametry ORL jednotek“ – váha 30 %

5. Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena zakázky bude vypracována samostatně pro každou ORL jednotku a cenu nástrojů (viz příloha č. 6) a následně uvedena jako cena celkem (viz cenová nabídka).

Každá z jednotlivých cen, tak i cena celkem bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH.

Cena uvedená v nabídce uchazeče musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním a úplným zprovozněním předmětu veřejné zakázky (tj. náklady na dopravu, balné, clo, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, český manuál, příp. další).

6. Platební a dodací podmínky

Úhradu předmětu veřejné zakázky provede zadavatel (kupující) na základě faktury prodávajícího, vystavené po převzetí předmětu veřejné zakázky.

7. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena na 4 měsíce.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na ředitelství Nemocnice Havlíčkův Brod, budova č. 8, v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. - 2. patro paní Monika Chladová, administrátorka veřejných zakázek. Nabídky je takto možno doručovat po celou dobu běhu soutěžní lhůty, která končí **dne 5. 3. 2015 v 13:00 hod.**

Nabídka musí být podána v českém jazyce v písemné formě v uzavřené obálce. Případně vložené cizojazyčné listiny musí být přeloženy do jazyka českého s originální tlumočnickou doložkou (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce)

Obálka s nabídkou bude označena heslem a zpáteční adresou, na niž je možné zaslat oznámení:

„VZ/2/2015 – „ORL jednotky“ - NEOTEVÍRAT.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – vyjasňování zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být stvrzena statutárním orgánem uchazeče a musí být podána minimálně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzvy, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele.

10. Požadovaný obsah nabídky:

- a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku je-li v něm uchazeč zapsán.
- b) Prostá kopie živnostenského listu nebo jiný doklad opravňující uchazeče k požadované činnosti.
- c) Vyplněná příloha číslo 1 tohoto dokumentu (krycí list nabídky včetně uvedení cen). Uvedený doklad bude podepsán oprávněným zástupcem uchazeče.
- d) Vyplněná příloha číslo 2 tohoto dokumentu (cenová nabídka, podklady pro hodnocení)
- e) Doplněná a oprávněným zástupcem uchazeče podepsaná smlouva, která je přílohou číslo 3 tohoto dokumentu.
- f) Vyplněná příloha číslo 4 tohoto dokumentu (tabulka minimálních požadavků ORL jednotek, podklady pro hodnocení)
- g) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, příloha číslo 5

11. Ostatní informace k zadávacím podmínkám

Obsahuje-li výzva požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, jsou tyto odkazy uvedeny pouze z důvodu nezbytnosti

definovat minimální požadovaný standard. V této souvislosti zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

12. **Další požadavky zadavatele**


- ✓ Doložení dokladu Prohlášení o shodě nebo certifikát CE.
- ✓ Dodání Návodu v českém jazyce (případně elektronicky na CD).
- ✓ Záruka v délce 24 měsíců na dodané jednotky včetně nástrojů s bezplatným záručním servisem a prováděním pravidelných BTK, validací (min. 1x za rok) a el. revizí v záruční době zdarma.
- ✓ Instalace a zaškolení.
- ✓ Příložením originálního produktového listu k ověření parametrů (bez nutného překladu do českého jazyka)

13. **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ✓ neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
- ✓ veřejnou zakázku zrušit
- ✓ změnit nebo doplnit podmínky veřejné zakázky
- ✓ náklady se zpracováním a podáním nabídky nese uchazeč a nelze jejich uhrazení požadovat po zadavateli
- ✓ nevracet a ponechat si podanou nabídku pro účely její archivace

V Havlíčkově Brodě dne 16. 2. 2015



Mgr. David Rezničenko
ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

Přílohy:

- příloha č. 1. – krycí list nabídky
- příloha č. 2. – cenová nabídka, podklady pro hodnocení
- příloha č. 3. – kupní smlouva
- příloha č. 4. – tabulka minimálních požadavků ORL jednotek, podklady pro hodnocení
- příloha č. 5. – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- příloha č. 6. – seznam požadovaných nástrojů (součást dodávky)