

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Software pro mamografii
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, otevřená výzva
Evidenční číslo zadavatele:	ZMR-2025-10

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Ing. Alexander Filip
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Zadavatel tímto odpovídá na dotaz obdrženy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v bodě 9.2 výzvy 10 publikací klinických testů v součtu minimálně pro 100 000 pacientek. V tomto případě tento bod splňuje pouze jeden dodavatel na trhu, což se jeví jako diskriminační podmínka.

Žádáme zadavatele, aby zvážil požadavek na akceptaci nižšího počtu zahrnutých pacientek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že požadavek na doložení minimálně 10 publikací klinických testů s celkovým počtem alespoň 100 000 pacientek je stanoven plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a odpovídá potřebám zadavatele při zajištění dostatečné klinické validity a bezpečnosti pořizovaného systému umělé inteligence pro použití v mamografickém screeningu.

Tento požadavek není zaměřen na konkrétního dodavatele, nýbrž vychází z povahy předmětu plnění, který bude v provozu nemocnice používán jako nástroj schopný nahrazovat jedno z odborných čtení radiologem v procesu, jenž je v České republice regulován, standardizován a přímo ovlivňuje onkologickou diagnostiku. Mamografický screening je populační program s vysokými nároky na senzitivitu, specifitu i minimalizaci falešně negativních výsledků. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby zadavatel pořídil systém prokazatelně ověřený na velké kohortě pacientek a podložený dostatečným množstvím nezávislých klinických studií.

Požadavek na minimálně 100 000 pacientek je v souladu s mezinárodními doporučeními pro hodnocení AI systémů v populačním screeningu, kde je klinická robustnost postavena na validaci na rozsáhlých datových souborech z různých populací. Požadavek na minimálně 10 publikací pak odráží potřebu ověřit funkčnost systému v různých klinických prostředích a podmínkách (různé přístrojové vybavení, odlišné prevalence, rozdílné workflow), což je standardní praxe u technologií, které mají sloužit jako podpora či náhrada odborného čtení radiologa.

Požadavek je tedy objektivní, nediskriminační a vychází z legitimního zájmu nemocnice minimalizovat rizika spojená s implementací systému AI do procesu diagnostiky.

Zadavatel trvá na původním znění požadavku.

Vzhledem k povaze odpovědi se **lhůta pro podání nabídek nemění.**

V Jihlavě dne

.....
Ing. Alexander Filip

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace