

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Laparoskopické věže
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2025-5
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-064898

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Ing. Alexander Filip
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Zadavatel tímto informuje všechny potenciální účastníky zadávacího řízení o uveřejnění dodatečných informací/vysvětlení/změn zadávacích podmínek.

Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Změna požadavků technické specifikace předmětu plnění (Příloha č. 3 ZD)

Požadavek č. 3

Původní znění: „Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, od jednoho výrobce“

Nové znění: „Všechna zařízení laparoskopické sestavy musí pocházet od jednoho dodavatele a pro všechny komponenty musí být zajištěn autorizovaný servis (podpora autorizovaného servisního technika s platnou kvalifikací).“

Požadavek č. 36

Původní znění: „Ohnisková vzdálenost 19,7 mm“

Nové znění: „Ohnisková vzdálenost 20 mm $\pm$ 5 %“

Požadavek č. 166

Původní znění: „Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, od jednoho výrobce“

Nové znění: „Všechna zařízení laparoskopické sestavy musí pocházet od jednoho dodavatele a pro všechny komponenty musí být zajištěn autorizovaný servis (podpora autorizovaného servisního technika s platnou kvalifikací).“

Požadavek č. 199

Původní znění: „Ohnisková vzdálenost 19,7 mm“

Nové znění: „Ohnisková vzdálenost 20 mm $\pm$ 5 %“

Změna požadavků na prokázání technické kvalifikace dodavatele

Doplnění požadavku c)

V souladu s § 79 odst. 2, písm. d) zákona požaduje zadavatel od účastníka předložení **platného certifikátu/osvědčení/prohlášení výrobce pro konkrétní osobu (technika)**, které ho opravňuje k provádění autorizovaného servisu nabízených typů laparoskopických věží.

Zadavatel je povinen zajistit, v souladu s § 45 odst. 4, písm. a) a § 46 odst. 2, písm. a) zákona o zdravotnických prostředcích, že osoba provádějící servis ZP musí být prokazatelně proškolená v rozsahu stanoveném výrobcem. Požaduje tedy předložení osvědčení technika (konkrétní fyzické osoby) o absolvování takového školení. Potvrzení se musí vztahovat ke konkrétním zařízením, nabízeným v rámci předmětu plnění. Jedno osvědčení se může vztahovat k celému předmětu plnění, nebo pouze k části. Účastník předloží (vícero) osvědčení autorizovaného servisu pro všechny komponenty sestavy, aby měl zadavatel jistotu odpovídajícího záručního (i předpokládaného pozáručního) servisu zdravotnických prostředků.

Vzhledem k povaze změn zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 5. 1. 2026, 9:00 hodin.**

V Jihlavě dne

.....
Ing. Alexander Filip
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace