



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 617, fax: 566 801 609, e-mail: roman.kratochvil@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sidlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Dodávky materiálu vázané na výpůjčku automatického systému pro vyšetření moči
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/16/01

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel elektronicky dne 18. 2. 2016 Dotaz uchazeče o dodatečné informace. Přesné znění dotazů i odpovědi na ně jsou uvedeny níže:

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Zadavatel v ZD jako součást nepodkročitelných technických požadavků na předmět výpůjčky mimo jiné požaduje „2 nezávislé pipetovací jednotky pro dávkování vzorku – jedna pro chemické, druhá pro mikroskopické vyšetření“. Akceptuje zadavatel takové technické řešení, kdy systém disponuje společnou aspirační jehlou, za kterou následují dvě nezávislé jednotky pro dávkování vzorku (jedna pipetuje vzorek na jednotlivá políčka stripu a druhá dává vzorek do průtokové kvyety)?
Znění odpovědi:
Zadavatel trvá na dvou pipetovacích jednotkách pro dávkování vzorku jako na nepodkročitelném technickém požadavku.
Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Na základě jakých objektivních skutečností zadavatel požaduje toto specifické technické řešení?
Znění odpovědi:
Většina uživatelů analyzátorů na vyšetření moči chemicky + sediment používá systém se dvěma pipetovacími jednotkami, což je podstatné pro zajištění provozu v laboratoři zadavatele. V případě poruchy 1. modulu, je možné alespoň pracovat na 2. funkčním modulu.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou v souladu s článkem 13.2 výzvy zasílány:

- dodavatelům, kteří byli zadavatelem písemně vyzváni k podání nabídky**, a to na kontaktní údaje uvedené na jejich webových stránkách, příp. i na další kontaktní údaje, které oslovený dodavatel zaslal/poskytl zadavateli následně po obdržení výzvy;
- dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a současně si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací** (dle čl. 13.1.1 výzvy)

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

V Novém Městě na Moravě dne 22. 2. 2016

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice