

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka reagensů a spotřebního materiálu včetně výpůjčky 2 přístrojů -
hematologických analyzátorů“ – dodatečné informace**

Dne 30. 6. 2016 byly vzneseny dotazy 2 uchazečů k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1:

„Ke správné kalkulaci nákladů na reagenty, kontrolní a spotřební materiál potřebujeme přesnější zadání.

Jedná se o upřesnění počtu jednotlivých vyšetření, které provádí Vaše laboratoř (za den popř. měsíc nebo rok) jedná se o počet KO+NRBC (rok), KO+NRBC+Diff, KO+Diff+ RET.

Protože naše analyzátory spotřebovávají reagenty na jednotlivé typy vyšetření rozdílně (a tím šetří náklady laboratoře) a jsou tedy také jiná doporučení na QC (kontrolní materiál) potřebovali bychom tato data.

Prosím tedy o dodatečné upřesnění počtu vyšetření v laboratoři popř. počtu vyšetření na obou analyzátořích (předpokládám, že jde o zálohu) na jednotlivé typy vyšetření.“

Odpověď k dotazu č. 1:

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny počty daných vyšetření KO (10089), KODIF (32442), RET (2379). Doplnuji pouze KODIF+RET: 2030.

Výsledky NRBC jsme doposud z analyzátoru nevydávali, tudíž na otázku KO+NRBC a KODIF+NRBC nemohu odpovědět.

Upravuji zadání v dokumentaci následovně: provedení automatické korekce počtu leukocytů při kvantifikaci NRBC v módu KODIF. V módu KO postačí pouze hláška NRBC s následným přeměněním v jiném módu. Jestliže však analyzátor umožňuje korekci leukocytů v základním KO při kvantifikaci NRBC, prosím vyčíslit obě varianty.

Dotaz č. 2:

„Mezi minimálními požadavky na hlavní analyzátor jsou mimo jiné tyto:

- Aspirační objem vzorku pro automatický i manuální mód max. 130 µl plné krve.
- Společná náběrová jehla pro manuální i automatický mód.
- On-line, vzdálená správa analyzátoru.

Uchazeč nabízí :

- Aspirační objem vzorku pro automatický i manuální mód: 175 µl plné krve. Možnost ředění a vydání výsledků diferenciálu až do ředění 1:3, vydání výsledků KO bez diferenciálu až do ředění 1:5. Poukazujeme na skutečnost, že minimální objem vzorku v komerčně dostupných pediatrických EDTA zkumavkách je 250 µl plné krve (teprve při naplnění po rysku při 250 µl je dodržen předepsaný poměr antikoagulantu a krve).
- Možnost aspirace: manuální - z otevřené i uzavřené zkumavky a automatická - přes autosampler. Každý z těchto tří vstupů používá vlastní náběrovou jehlu, což je výhodou - možnost výběru ze tří možností aspirace vzorku zvyšuje flexibilitu obsluhy.

- Nepřetržitá podpora na hotlince s reakčním časem servisu do 30 minut.

Pokud uchazeč nabídne tyto charakteristiky, bude jeho nabídka přesto vyloučena na základě nesplnění minimálních požadavků?

Odpověď k dotazu č. 2:

Splnění zadávacích kritérií a podmínek posuzuje komise jmenovaná zadavatelem, z toho důvodu nyní nemůžeme dát jednoznačnou odpověď.

O tom, zda nabídka uchazeče dle dotazu č. 2 bude vyřazena, rozhodne až komise.

Děkuji Vám

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

dne: 1. 7. 2016