

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem

ev. č. ZC11/2016

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 02/16, ze dne 28. 6. 2016 a s účinností dnem 1. 7. 2016.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: **Ing. Evou Tomášovou, ředitelem**

Kontaktní osoba: Ing. Jana Fidlerová, vedoucí obchodního oddělení

Telefon: 568 809 332

Mobil: 731 602 078

E-mail: jfidlerova@nem-tr.cz

ID datové schránky: tecrjqc

Obecná URL: www.nem-tr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33111000 -1 Rentgenové přístroje

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka pojízdného RTG přístroje s C-ramenem pro operační sály Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Minimální technické požadavky na dodávku pojízdného RTG přístroje s C-ramenem pro centrální operační sály jsou:

Rozměry:

- SID min. 96 cm, volný prostor min. 76 cm.
- Hloubka oblouku min. 66 cm.
- Motorické nastavení výšky v rozsahu min. 40 cm.
- Horizontální pohyb min. 20 cm.
- Možnost orbitálního otáčení min. v rozsahu 120°.
- Rotace C-ramene v rozsahu min. +/- 190°.
- Možnost bočního vyklonění min. v rozsahu 10°.

Generátor:

- Vysokofrekvenční, výkon min. 2kW, zařízení pro stanovení dávky rtg záření.

Skioskopie:

- Rozsah kV min. 40 – 110.
- Rozsah mA min. 0,2 – 8.

Skioskopické režimy pro snížení dávky:

- Pulsní skioskopie.
- Poloviční dávka.
- Speciální režimy zaměřené na vyšetřované oblasti, alespoň 4 režimy radiografie.
- Rozsah kV min. 40 – 110.
- Rozsah mA min. do 20 mA.

Rentgenka:

- Min. jedno malé ohnisko cca 0,6 mm.

Kolimátor:

- Iris clona a obdélníková clona.
- Možnost nastavení clon bez rtg záření.
- Laserový zaměřovač pro lokalizaci oblasti zájmu.

Zesilovač obrazu:

- 23 cm (9") s min. 1x zoom.

Obrazové parametry a ovládání:

- 1024 x 1024 x 12 bit.
- Kapacita paměti min. 10 000 snímků v plném rozlišení.

- Dotykový panel s ovládacím rozhraním na C ramenu umožňující náhledu živého snímku z obou stran C ramena.

Monitorový vozík (lze bez vozíku):

- 2 ČB medicínské monitory.
- Velikost min. 18 ", rozlišení min. 1024x1280 pixelů.
- Vysoká svítivost a kontrast.
- LIH – paměť posledního snímku, digitální rotace snímku.
- Postprocesing – zoom, zvýraznění hran, negace snímků, úprava jasu a kontrastu, otáčení snímku atd.
- Digitální rotace obrazu bez záření v rozsahu 360° se zobrazením pohybu irisových a polopropustných clon na monitoru.

Rozhraní:

- USB, DVD, funkční Dicom 3.0 (Worklist, Query/Retrieve, Storage, Print).

Výše uvedené minimální požadavky na předmět veřejné zakázky musí uchazeč v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že nabízené zařízení požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý uchazečem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného přístroje.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: ihned po uzavření kupní smlouvy

Termín dodání: do 4 týdnů od uzavření kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, centrální operační sály.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Jana Fidlerová, vedoucí obchodního oddělení, tel. 568 809 332, mobil: 731 602 078, email: jfidlerova@nem-tr.cz

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Uchazeč doloží prohlášení o shodě (CE certifikát).
- Seznam dodávek - seznam nejméně 2 významných dodávek přístrojů **obdobného charakteru**, každé o objemu minimálně 1 000 000 Kč bez DPH/rok realizovaných uchazečem za poslední 5 let. Seznam musí zahrnovat typ přístroje, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně. Seznam dodávek doloží uchazeč formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou uchazeče, které bude požadované údaje obsahovat.
- Čestné prohlášení k autorizaci servisu (Pověření výrobcem zdravotnického prostředku k prodeji a servisu vč. proškolení techniků dle § 64 a souvisejících dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a registrace v Registru zdravotnických prostředků (ohlašovací povinnost) dle § 26 a souvisejících zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Uchazeči mohou k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.

- Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.

Vítězný uchazeč dodá uvedené doklady v úředně ověřené kopii nebo originálu před podpisem smlouvy (poštou nebo osobně).

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude kalkulována jako součet závazků, které vzniknou zadavateli veřejné zakázky za období platnosti smlouvy.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace vztahující se ke zboží vč. návodu k obsluze v českém jazyce (1x tištěný, 1x v elektronické podobě). Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

Jednotkové nabídkové ceny za přístroj vč. příslušenství budou stanoveny v Kč bez DPH jako ceny »nejvýše přípustné«!

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu právní jistoty uchazeč všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečí proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně je očísluje v zestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče.
- Návrh kupní smlouvy „Pojízdní RTG přístroj s C-ramenem“ podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz příloha č. 3).
- Technické a funkční vlastnosti předmětu plnění – vytvoří uchazeč.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce (zejména prospektové materiály, technický popis přístrojů, technické parametry ke splnění minimálních požadavků na přístroj apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze, dojde-li před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH.

Jednotkové nabídkové ceny v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Záruční podmínky

Požadovaná délka záruční doby je 24 měsíců.

Servisní podmínky

- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR.
- Uchazeč do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel požaduje provedení bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu záruky bezplatně.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle kritéria nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.**

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu uchazeči.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 20. 7. 2016 do 11:00 hod. Nabídky je možno doručit doporučeně poštou, časem doručení se rozumí předání nabídky na recepci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace nebo osobně předat každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, dveře č. 217, Ing. Janě Fidlerové.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Pojízdny RTG přístroj s C-ramenem – Neotevírat“

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy

V Třebíči dne 8. 07. 2016



Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Pudovýho nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

07