



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Dodatečné informace č. 2

dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platném do 30.9.2016

(dále jen „zákon“)

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Jednorázové rouškování |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky / zjednodušené podlimitní řízení |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 06/16/VZ |

Zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel ve dnech 12.10.2016, 13.10.2016 a 14.10.2016 Žádosti o dodatečné informace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele na ně jsou uvedeny níže.

I. DOTAZY UHAZEČE ZE DNE 12.10.2016

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotaz č. 1 |
| Znění dotazu: |
| <p>Dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace, vysvětlení vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, odstavec 4.1.4 se zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon s důrazem na vyhlášku č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně – vše ve znění pozdějších předpisů a s harmonizovanými českým technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.</p> <p>Týká se tento zákon rouškování?</p> |
| Znění odpovědi: |
| <p>Shora uvedený zákon se jednorázového rouškování netýká, došlo k administrativní chybě. Zadavatel odkaz na tento zákon ze zadávacích podmínek odstraňuje a k předchozí odrážce přidává písmeno „a“. Nové znění <u>celého</u> odstavce 4.1.4 tedy zní:</p> <p><u>4.1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen „zákon č. „268/2014 Sb.“)- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy. |

II. DOTAZY UCHAZEČE ZE DNE 13.10.2016

| Dotaz č. 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu: |
| <p>Zadavatel v čl. 11.2 písm. c) stanovil, že uchazeč má přiložit do nabídky „technickou dokumentaci obsahující popis technických vlastností jednorázového rouškování dle normy ČSN EN 13795 + A1 a případně ostatních norem, vztahujících se ke kvalitě nabízeného plnění; jde minimálně o savost materiálu, odolnost proti průniku tekutin, pevnost v tahu, třepivost a adhezi.“</p> <p>Norma ČSN EN 13795 neobsahuje požadavek na savost materiálu a adhezi. Tyto dvě vlastnosti se pro jednorázové rouškování běžně neuvádějí, proto se ptáme zadavatele, dle jakých <i>ostatních norem</i> se máme při uvedení těchto vlastností řídit.</p> <p>Žádáme zadavatele, aby zvážil nutnost předložení kvalitativních vlastností savost a adheze.</p> |
| Znění odpovědi: |
| <p>Zadavatel po dodavatelích požaduje doložení technické dokumentace k vlastnostem jednorázového rouškování – savosti a adhezi, neboť předpokládá, že každý dodavatel má i tyto vlastnosti jednorázového rouškování testovány, případně definovány v technických listech či protokolech z testování.</p> <p>Ostatní normou k savosti materiálu může být např. ČSN EN ISO 9073-12, která popisuje metodu zkoušení pro stanovení nasákavosti plošných textilií; u adheze spíše zadavatel předpokládá ze strany dodavatelů identifikaci adheziva a případně i jeho výsledek testování při styku s kůží.</p> <p>Zadavatel v čl. 11.2 písm. c) striktně nevymezil, jakým způsobem mají dodavatelé vlastnosti dokládat - je proto na nich, jakým způsobem vlastnosti identifikují a vyspecifikují. V případě, že některé z vymezených vlastností nemají dodavatelé testovány, uvedou tuto skutečnost v nabídce.</p> |

III. DOTAZY UCHAZEČE ZE DNE 14.10.2016

| Dotaz č. 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu: |
| <p>V bodě 1.2 (přílohy č. 2 výzvy – pozn. zadavatele) OSTATNÍ TECHNICKÉ NEPODKROČITELNÉ POŽADAVKY je pod písmenem e) požadavek na sterilizaci setů v ethylenoxidu. Můžeme nabídnout sety sterilizované radiací? Radiační sterilizace ničí patogenní mikroorganismy rychle, účinně a spolehlivě účinkem gama nebo beta záření, které je šetrné k životnímu prostředí, neboť sterilizované produkty nejsou vystaveny účinkům žádných toxických chemikálií. Může zadavatel svůj požadavek na sterilizaci v ethylenoxidu přehodnotit a akceptovat také sety sterilizované radiací?</p> |
| Znění odpovědi: |
| <p>Zadavatel nebude akceptovat nabídku setů sterilizovaných radiací a nadále trvá na požadavku sterilizace setů v ethylenoxidu - tento požadavek je schopno splnit mnoho dodavatelů předmětu veřejné zakázky, a to jak výrobců, tak i distributorů.</p> |

Znění dotazu:

V bodě 1.1 (přílohy č. 2 výzvy – pozn. zadavatele) **MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ NEPODKROČITELNÉ POŽADAVKY** je u každého setu požadován návlek na instr. stolek cca 80 x 145 teleskopicky skládaný se savou vrstvou. Teleskopicky skládaný návlek na instr. stolek má pro ČR patentem chráněný spol. Hartmann-Rico a. s. Proto jej považujeme za diskriminační pro ostatní možné uchazeče. Běžná specifikace ve výběrových řízeních bývá uvedena jako „návlek na instr. stolek cca 80 x 145 se savou vrstvou“. Může zadavatel tento požadavek přehodnotit a specifikaci na návlek na instr. stolek změnit?

Znění odpovědi:

V daném případě je možné nabídnout jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, neboť zadavatel v článku 13.5 výzvy uvádí:

„13.5 Ostatní informace k zadávací dokumentaci

Obsahuje-li výzva požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, jsou tyto odkazy uvedeny pouze z důvodu nezbytnosti definovat minimální požadovaný standard. V této souvislosti zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu s § 44 odst. 11 zákona.“

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 výzvy je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění požadavku, odesílá zadavatel v souladu s čl. 13.3.3 všem jemu známým dodavatelům, tj.:

- 1) **dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a současně!!! si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách**, resp. dodatečných informací (dle čl. 13.2.1 výzvy) nebo
- 2) dodavatelům, kteří byli zadavatelem písemně vyzváni k podání nabídky – v tomto případě jsou dodatečné informace dodavatelům zaslány na kontaktní údaje uvedené na jejich webových stránkách, příp. i na další kontaktní údaje, které oslovený dodavatel zaslal/poskytl zadavateli následně po obdržení výzvy

Dodatečné informace budou dále uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz odkaz: <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile/display/196.html>

V Novém Městě na Moravě dne 17.10.2016

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace JUDr. Věra PALEČKOVÁ ředitelka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|