



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sidlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Inzulínové stříkačky
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/16/23

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 21.12.2016 Žádost o dodatečné informace. Znění dotazů a odpovědi na ně jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Trvá zadavatel na požadavku v položce č. 001 (stříkačka inzulínová 1ml) na délce jehly 6-8mm? Ze zkušeností víme, že taková délka se u předních výrobců nevyskytuje (minimální je 12mm).
Znění odpovědi:
Ano, zadavatel trvá na délce jehly 6-8mm u položky č. 001.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Na jaký typ jednotek mají být dané inzulínky - U100 nebo U40?
Znění odpovědi:
Inzulínové stříkačky mají být na typ jednotek U100.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou zasílány dodavatelům, kteří byli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a **současně** si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

V Novém Městě na Moravě dne 21.12.2016

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice
Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace