

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Druh a režim VZ:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Název veřejné zakázky:	Dodávka automatického zařízení pro dávkování radiofarmaka
Evidenční číslo zakázky:	P-2016-2

<b>Veřejný zadavatel:</b>	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
<b>Zastoupen:</b>	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
<b>Sídlo:</b>	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
<b>IČ: 0090638</b>	DIČ: CZ00090638
<b>Bankovní spojení:</b>	18736–681/0100, KB, a.s.
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a>
<b>tel:</b>	567 157 540
<b>fax:</b>	567 301 212

### Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, dosud nepoužitého plně automatického zařízení pro dávkování radiofarmaka včetně příslušenství.

### Účastníci zadávacího řízení:

#### **CANBERRA-PACKARD s.r.o.**

Sídlo: Šultysova 37, 169 00 Praha

IČO: 44850867

Právní forma: společnost s ručením omezeným

#### **LYNAX s.r.o.**

Sídlo: Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6

IČO: 29054966

Právní forma: společnost s ručením omezeným

#### **EDOMED a.s.**

Sídlo: U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3

IČO: 63673169

Právní forma: akciová společnost

### **Způsob hodnocení**

Hodnocení nebylo provedeno.

### **Vybraný účastník a cena sjednaná ve smlouvě**

Smlouva nebyla uzavřena.

### **Vyloučení účastníci**

Žádný účastník nebyl vyloučen.

### **Odůvodnění zrušení zadávacího řízení**

Zadavatel zrušil zadávací řízení s odvoláním na ustanovení v § 127 odst. 2 písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci chybně uvedl hodnotící vzorec pro výpočet celkových předpokládaných nákladů na použití poptávaného zařízení pro dávkování radiofarmaka. V uvedeném vzorci byly zohledněny náklady na spotřební materiál pouze za dobu jednoho roku, přičemž předpokládaná doba použití přístroje byla stanovena na 8 let.

V Jihlavě dne

.....  
**MUDr. Lukáš Velev, MHA**  
**ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace**