

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název veřejné zakázky:	Porodní lůžko
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2017-3

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazateli.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje - „váhový limit pro zářadový a sedací díl min. 225 kg“

Dotaz uchazeče: Je tímto požadavkem myšleno celkové zatížení ložné plochy?

Odpověď zadavatele:

Ano, tímto požadavkem je myšleno celkové zatížení ložné plochy, váhový limit se tedy vztahuje k zářadovému, sedacímu a případně i dílu podnožnímu.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje - „váhový limit pro podnožní díl min. 225 kg“

Dotaz uchazeče: V případě, že je to váhový limit jen a pouze pro podnožní díl, považujeme požadavek zadavatele pro požadovaný typ výrobku předimenzovaný. Bude akceptována nabídka uchazeče, kde váhový limit jen pro podnožní díl je 135 kg?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje váhový limit pro podnožní díl min. 160 kg, ale bude akceptována nabídka uchazeče, kde je váhový limit pro podnožní díl stanoven na min. 135 kg. Tímto zadavatel mění požadavek v zadávací dokumentaci – „**Váhový limit pro podnožní díl min. 135 kg**“.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje - „automatické bezpečnostní noční podsvícení lůžka“

Dotaz uchazeče: Bude akceptována nabídka uchazeče, kde bezpečnostní noční podsvícení lůžka (zapnuto/vypnuto) je ovládáno vypínačem?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel akceptuje řešení uchazeče, kde je bezpečnostní podsvícení lůžka ovládáno vypínačem (zapnuto/vypnuto).

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje - „plynulé nastavení celé ložné plochy do Trendelenburgovy polohy až do 8°, elektronicky i manuálně nastavitelné“

Dotaz uchazeče: Bude akceptována nabídka uchazeče, kde je plynulé nastavení zádového dílu do Trendelenburgovy polohy až do 12°, elektronicky i manuálně nastavitelné?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel akceptuje řešení uchazeče, kde je plynulé nastavení celé ložné plochy do Trendelenburgovy polohy až do 12°, elektronicky i manuálně nastavitelné.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace