

NEMOCNICE PELHŘIMOV
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku sanitního vozidla

Dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka sanitního vozidla“, kterou vypisuje Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (zadavatel) ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy mimo režim citovaného zákona. Postup při zadávání veřejné zakázky se řídí zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu sanitního vozidla typu A2 (převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života) včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Vozidlo musí vyhovovat podmínkám vyhl. č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a tím i normě ČSN EN 1789 + A2 a zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Klasifikační kód zakázky CPV - 34114122-0

Zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců na vozidlo, na transportní techniku a ostatní příslušenství.

Při předání a převzetí vozidla bude provedeno zaškolení obsluhy, předání návodů v ČJ, předání velkého technického průkazu, příslušných certifikátů, prohlášení o shodě a všech dokladů k vozidlu.

Uvedené obchodní názvy a specifická označení jsou uvedeny z důvodu upřesnění popisu předmětu plnění zakázky a požadavků zadavatele. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Pokud účastník ve své nabídce nabídne jisté zařízení (zejména transportní techniku a ostatní vybavení) než očekává zadavatel, musí účastník k tomuto zařízení dodat veškerý technický popis, certifikáty CE popřípadě prohlášení o shodě již v nabídce.

Technická specifikace vozidla:

1. vozidlo v prodloužené verzi se zvýšenou střechou,
2. motor vznětový o výkonu min. 85 kW,

3. nezávislý naftový ohřev chladicí kapaliny motoru pro rychlejší nástup provozní teploty,
4. celková hmotnost vozu do 3 500 kg,
5. minimální délka vnitřního ložného prostoru 3000 mm,
6. minimální výška ambulantního prostoru 1800 mm,
7. minimální šířka ambulantního prostoru 1700 mm,
8. pohon přední nápravy,
9. barva bílá,
10. ABS, ESC+ASR,
11. centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
12. elektrické ovládání předních oken,
13. manuální klimatizace s výdechy v kabině řidiče,
14. airbag řidiče i spolujezdce,
15. posilovač řízení,
16. manuální převodovka s řazením na panelu,
17. imobilizér,
18. kotoučové brzdy na všech kolech,
19. dvousedadlo spolujezdce,
20. vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka s dvojitou optikou,
21. zadní křídlové prosklené dveře,
22. přepážka s posuvným oknem,
23. pravé boční posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem,
24. prosklená karoserie vozidla s otevíratelným oknem v levé prostřední části vozu, naproti posuvným dveřím,
25. denní svícení,
26. přední mlhové světlomety,
27. povinná výbava vozu (lékárna, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek, reflexní vesta žlutá, ruční hasicí přístroj, rezervní kolo, hever, nářadí na výměnu kola)
28. autorádio s USB portem a Bluetooth handsfree sadou včetně antény pro rádio,
29. lapače nečistot na všech kolech,
30. gumové rohože v kabině řidiče,
31. odnímatelné, prátelné potahy sedadel na všech sedadlech v kabině řidiče,
32. sada zimních pneu včetně ocelových disků.

Konfigurace míst v sanitním vozidle:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Celkový počet míst: 8 | |
| 2. Počet sedadel v kabině řidiče: 2+1 | samostatné sedadlo řidiče a dvousedadlo |
| 3. Počet sedadel v amb. prostoru: 4 | 1 pojízdné křeslo vpravo vzadu |
| | 2 pevná sedadla před lůžkem |
| | 1 pevné sedadlo u bočních posuvných dveří |
| 4. Počet lůžek: 1 | lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla |

Technická specifikace zástavby:

1. Výstražné světelné zařízení (střecha) - tři modré majáky nízkého provedení s konfigurací dvou majáků v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy,
2. výstražné světelné zařízení (maska) - dva modré zábleskové majáky umístěné v přední masce vozidla,

3. výstražné zvukové zařízení - siréna s jedním reproduktorem za maskou vozidla,
4. stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly (popř. LED) s ovládáním přímo na světle a u řidiče,
5. pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem (popř. LED) s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích - světlo umístěno tak, aby osvětlovalo vstup do vozidla bočními posuvnými dveřmi,
6. přenosné světlo uložené v kabině řidiče,
7. zásuvka 12V na přístrojové desce,
8. 2 kusy zásuvky 12V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta,
9. osvětlení prostoru za vozidlem pomocí otočného hledáčku umístěného na horním rámu levé poloviny otvoru zadních křídlových dveří,
10. teplovodní troj-rychlostní závislé topení ambulantního prostoru v ambulantním prostoru spínané přes termostat v nákladovém prostoru,
11. střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru,
12. zvuková tísňová signalizace řidiči s tlačítkem na stropě a na levé boční stěně v ambulantním prostoru. (přesné umístění upřesní zadavatel během montáže),
13. světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče – s využitím originálního příslušenství,
14. výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby,
15. pevná těsná přepážka oddělující ambulantní prostor od kabiny řidiče s posuvným oknem o ploše min. 0,28 m², materiál okna čistě průhledný,
16. výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi, na 2x sklopený – v přepravní poloze je ukryt uvnitř v ambulantním prostoru za posuvnými dveřmi na stojato, zajištěn proti nárazu do dveří,
17. vyrovnaní podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem – např. ALTRO v modré barvě,
18. obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem v bílé barvě – např. FOREX,
19. zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru,
20. tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru,
21. 2x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami a tříbodovým bezpečnostním pásem. Sedadla umístěna na levé straně před transportním lůžkem. Barva sedaček modrá, orientace ve směru jízdy,
22. 1x polohovatelné sedadlo s pevným uchycením do podlahy, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami a tříbodovým bezpečnostním pásem. Sedadlo umístěno vpravo vedle posuvných bočních dveří, před pojízdným křeslem. Barva sedačky modrá, orientace ve směru jízdy (přesné umístění sedadel upřesní zadavatel během montáže),
23. pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami, s přípravou na montáž zádržného systému nosítek,
24. úložný prostor (skříňka, police) nad lehátkem v levé zadní části prostoru pro pacienty,
25. zádržný systém podvozku nosítek (např. Rolfix),
26. zádržný systém transportního křesla umístěný na pravé straně vzadu, před zadními výklopnou rampou,
27. zadní nakládací rampa pojízdného křesla, rampa zhotovená jako celoplošná, umístěná v pravé části otvoru zadních dveří,
28. madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby po celé délce transportního lehátka
29. úchyt 2 litrové lahve na O₂ (přesné umístění upřesní zadavatel během montáže),
30. úchyt 10 litrové lahve na O₂ (přesné umístění upřesní zadavatel během montáže),

31. centrální rozvod kyslíku, zakončení rozvodu rychlospojkou na levé stěně ambulantního prostoru přibližně ve středu lehátka,
32. držák na infuzní lahve a vaky – odnímatelný, umístěný na stropním madle nad nosítky,
33. odpadní nádoba v ambulantním prostoru,
34. zmatnění oken ambulantního prostoru tmavou fólií s atestem,
35. výstražný červený pruh po obvodě vozidla,
36. modré hvězdy života (1x velká na přední kapotě, 1x velká na okně vlevo vzadu a vpravo vzadu, 2x malá na oknu zadních dveří – levý a pravý horní roh),

Transportní technika:

1. 1 ks transportní nosítka polohovatelné do více než 4 poloh s odnímatelným podvozkem (např. Sanic Extero),
2. 1 ks transportní křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými nebo výklopnými madly vpředu a vzadu, loketní polohovatelné opěrky. (např. Clubman).

Ostatní vybavení

1. Automatický externí defibrilátor bez záznamu srdeční akce např. Lifepak 1000
2. transportní plachta např. VP-10 - EGO Zlín

Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín plnění: 4 měsíce od podpisu kupní smlouvy,
maximálně do 18. 12. 2017

Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství
710, 393 38 Pelhřimov

Kontaktní osoba: Petr Adam, náměstek HTS, telefon 565 355 138,
731 619 138, e-mail: padam@hospital-pe.cz

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost – nejnížší nabídková cena včetně DPH. Hodnocení bude provedeno sestavením pořadí nabídek podle předložených nabídkových cen, přičemž jako nejvhodnější bude posouzena ekonomická výhodnost - nejnížší nabídková cena.

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více účastníků, bude rozhodující o pořadí nabídek vyšší stupeň vnitřní výbavy a zástavby vozidla nad rámec požadované výbavy. Tzn. např. při stejné ceně nabídek, bude nabídka s automatickou klimatizací posuzována výhodněji než nabídka s manuální klimatizací.

Způsob zpracování nabídky

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách v členění bez DPH, vyčíslení DPH a nabídkovou cenu předmětu plnění s DPH.

Takto nabídnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné měnit. Celková cena obsahuje veškeré náklady účastníka nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy.

Cenu předmětu veřejné zakázky je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH a v případě, že dojde ke snížení cen předmětu plnění veřejné zakázky, v těchto případech jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

Účastník je povinen do nabídkových cen promítnout veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v rámci přípravy a realizace prací včetně předpokládaného zvýšení cen v závislosti na čase plnění.

Účastník uvede v příloze č. 2 technický popis vozidla a sanitní vestavby včetně popisu transportní techniky.

Nabídka účastníka musí být podána v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení a označena nápisem „NEOTEVÍRAT - SOUTĚŽ – Dodávka sanitního vozidla“. Nabídka účastníka bude podána v jednom vyhotovení.

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit splnění kvalifikačních předpokladů účastníka v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti doloží účastník předložením originálu čestného prohlášení (viz příloha č. 3 této výzvy), které musí být podepsáno oprávněnou osobou účastníka (dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). V případě podpisu jinou osobou musí být kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že účastník příslušné základní způsobilosti požadované zadavatelem (viz příloha č. 3 této výzvy) splňuje.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- **výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; z předloženého výpisu musí být patrné, že účastník má oprávnění nutné k realizaci zakázky**

Účastník předloží doklady prokazující splnění profesních způsobilostí v prosté kopii, přičemž výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů před uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem.

Všechny doklady, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, budou předloženy v českém jazyce. Jedná-li se o cizojazyčný dokument, je nutné jej doplnit úředně ověřeným překladem do českého jazyka, včetně tlumočnické doložky (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce).

Obchodní podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. K zaplacení ceny předmětu veřejné zakázky je účastník povinen vystavit zadavateli daňové doklady (faktury), které musí splňovat všechny náležitosti zvláštních právních předpisů se splatností 30 dnů ode dne jejich doručení.

Přílohou č. 4 této výzvy je návrh kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězným účastníkem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy smlouvy účastníkem v rámci přípravy kupní smlouvy. **Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy (včetně vyplněné její přílohy č. 1) musí být přílohou nabídky.**

Nepodepsaná smlouva o dílo je považována za nepodepsanou nabídku a účastník bude z dalšího hodnocení vyřazen.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka – viz článek I. odst. 2
- doplnění předmětu smlouvy + přílohy č. 1 smlouvy – viz článek II.
- doplnění termínu dodání – viz článek III. odst. 1
- doplnění kupní ceny – viz článek V. odst. 1.
- doplnění záruční doby – viz článek VI. odst. 1., 2.

Další práva a podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit a možnost neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. Žádný z účastníků nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění ani variantní řešení.

Lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučenou poštou na adresu Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov nebo doručit osobně v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin na sekretariát ředitele Nemocnice Pelhřimov.


Lhůta pro podání nabídek končí dnem **15. 05. 2017 v 11:00 hodin.**

Otevírání obálek

Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na **15. 05. 2017 v 11:05 hodin** v kanceláři náměstka HTS pana Petra Adama v budově ředitelství Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov.

V Pelhřimově, dne 21. 04. 2017

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČO: 00 51 19 51


Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list
- Příloha č. 2 – Technický popis
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka
- Příloha č. 4 – Kupní smlouva