



Technická specifikace dodávky

ELEKTRICKÉ POLOHOVATELNÉ PACIENTSKÉ LŮŽKO 200 KS

Celková přípustná maximální cena za 200 ks vč. DPH: **11 423 000 Kč**

Popis přístroje a využití

Plně elektrické polohovatelné lůžko je určeno pro standardní nemocniční oddělení, OGNP a paliativní péče. Požaduje se lůžko včetně matrace, příslušenství a nočního stolku. Pro 195 lůžek se požaduje pasivní matrace a pro 5 lůžek matrace aktivní.

Technická specifikace pro 1 ks:

P. č.	Požadavek	Parametr	Nabízená hodnota (ANO/NE)
1	Elektricky polohovatelné lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení)	-	
2	Minimální bezpečná pracovní zátěž	220 kg	
3	Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů	-	
4	Minimální rozsah pro nastavení výšky ložné plochy	42-70 cm	
5	Minimální prodloužení lůžka	15 cm	
6	Minimální průměr koleček	15 cm	
7	Elektrické polohování TR/ATR – min. rozsah	13°	
8	Kolečka bržděná centrálně, aretace směru	-	
9	Elektrické polohování zádového a stehenního dílu	-	
10	Autoregrese – posun zádového dílu minimálně	10 cm	
11	Autoregrese – posun stehenního dílu minimálně	5 cm	
12	Ruční patientský ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený	-	
13	Minimální šířka ložné plochy	85 cm	
14	Maximální šířka lůžka	100 cm	
15	Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu	-	
16	Sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění. Sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka. V případě, že postranice sahá jen do ¾ lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi nežádoucí opuštění lůžka.	-	
17	Funkční nárazová kolečka v rozích lůžka	-	
18	Sesterský panel (pouze u 50 lůžek)	-	
19	Možnost elektrického polohování kardiackého křesla (pouze u 50 lůžek)	-	
20	Jednoduše odnímatelná plastová čela, možnost výběru barvy z více variant	-	



P. č.	Požadavek	Parametr	Nabízená hodnota (ANO/NE)
21	Záložní baterie	-	
22	Napřimovací hrazda s rukojetí	-	
23	Integrovaný Infúzní stojan a držák močových sáčků	-	
24	Preventivní jednostranná antidekubitní matrace vyrobená ze studené pěny (min. hustota 40 kg/m ³) s vyztuženými okraji PUR pěny pro snadné vstávání. Výška matrace min. 14 cm max. 16 cm. Profilované jádro je podélně i příčně prořezané pro dobré rozložení hmotnosti pacienta. Navržená pro pacienty s nízkým a středním rizikem vzniku dekubitů. Součástí matrace musí být voděodolný potah opatřený ze tří stran zipem krytým chlopní. (pro 195 lůžek)	-	
25	Antidekubitní aktivní matrace včetně kompresoru pro střední riziko dekubitu určená k položení přímo na rošt lůžka Rozměr dle typu lůžka. Stabilní statické cely po okraji matrace. Snímatelný, pratelný voděodolný a paropropustný potah opatřený ze tří stran zipem krytým chlopní. Nosnost min. 180 kg. Dynamický i statický mód. (pro 5 lůžek)		
26	Kovový noční stolek na kolečkách, s uzamykatelným úložným prostorem, zásuvkou a snadno ⁱ výškově nastavitelnou naklápěcí jídelní deskou s bezpečnou aretací. Možnost výběru barevné varianty.	-	

Pozn.: Ve žlutě podbarveném sloupci vyplní účastník nabízenou hodnotu požadovaného parametru. Pokud není v požadavcích zadavatele uveden parametr, je účastník povinen potvrdit splnění parametru slovy ANO nebo NE, případně, je-li to relevantní, popsat nabízené řešení (zejména u postranic).

Výše uvedené požadavky na předmět plnění jsou nepodkročitelné a nabídka uchazeče musí obsahovat dokumenty, ze kterých bude splnění požadavků zřejmé.

Zadavatel požaduje záruku min. 24 měsíců.

ⁱ Za snadné nastavení se považuje nastavování pomocí posilovací pružiny s automatickou aretací.