



## Technická specifikace dodávky

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

### Část 7

#### **1. OHŘEV PACIENTA – 3 KS**

(Celková maximální cena za KS v.č. DPH: **111 057,08 Kč**)

##### **Popis přístroje, jeho přínos a využití**

Pacientský ohřev je určen k použití na operačních sálech. Systém eliminuje pooperační hypotermie pacienta, jako je pooperační zimnice, zvýšené riziko infekce, riziko pooperačního krvácení, prodloužení pobytu na pooperačním oddělení, apod. U ohřívání pacienta je výrazně nižší riziko pooperačních komplikací, což vede k významné ekonomické úspoře.

##### **Specifikace pro 1 ks**

**Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

P. č.	Požadavek	Nabízená hodnota
1	Min. rozsah teplot řízeného ohřevu 33°C - 39°C	
2	Teplota nastavitelná po 1°C	
3	Samostatná řídicí jednotka	
4	Snadná manipulace a rychlé nastavení	
5	Min. rozměr matrace 45 x 80 cm	
6	Matrace omyvatelná a dezinfikovatelná a RTG transparentní	
7	Ohřev neruší signál EKG a jiných přístrojů	
8	Spuštění alarmu při přehřátí	
9	Přístroj vhodný pro trvalý provoz	
10	Bezhlukový provoz	
11	Přístroj funguje na principu elektrického ohřevu matrace bez využití teplého vzduchu	
12	Možnost připojení příkrývek	

**Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní uchazeč hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.**