

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče – centrální operační sály a urgentní příjem
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-005966
Evidenční číslo zakázky:	O-2017-3

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil v zadávací dokumentaci administrativní chybu. V níže uvedeném textu je tato chyba popsána a následně vysvětlena.

Dodatečné informace k veřejné zakázce se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 14.3.3 Celkové předpokládané náklady – nákladové kritérium uvádí mimo jiné i následující:

14.3.3. Celkové předpokládané náklady – nákladové kritérium (nižší je lepší)

Celkové předpokládané náklady se zjistí výpočtem podle vzorce:

$$CPN = NC + (60 - ZZJ)/12 * PBTk$$

Kde:

CPN = celkové předpokládané náklady

NC = nabídková cena za 4 ks bez DPH

ZZJ = poskytnutá záruka v měsících (minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců)

PBTk = cena 1 roční bezpečnostně technické kontroly bez DPH za všechny přístroje

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$Body = (nejnižší CPN/CPN posuzované nabídky) * 90$$

V technické specifikaci pro část 2 - „**Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný s nosností nad 135 kg**“ uvádí pod bodem 34 minimální záruku 2 roky a následně v bodě 41 minimální záruku 2 roky.

V krycím listu pro část 2 zadavatel uvádí minimální poskytnutou záruku 36 měsíců.

Údaje o minimální poskytnuté záruce se liší v technické specifikaci pro předmět plnění a v krycím listu pro příslušnou část zakázky.

Údaj o minimální poskytnuté záruce v krycím listu je chybný, správná hodnota minimální požadované záruky je 24 měsíců (2 roky). Účastník ovšem může nabídnout i delší záruční dobu.

Vzhledem k povaze vysvětlení se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje pro část 2 „**Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný s nosností nad 135 kg**“ do 10. 8. 2017, 13:00 hodin. Tímto se mění také termín pro otevírání obálek, které se bude konat tentýž den od 13:30 hodin.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace