



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Část 3- Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg)

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro
návaznou péči - část 3 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006856 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PREAMBULE

Tato veřejná zakázka s názvem „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 3“ byla zadavatelem rozdělena ve smyslu §35 ZZVZ na 10 dílčích částí. Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně.

Tato písemná zpráva je pro část 3 veřejné zakázky - Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg).

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Celková cena veřejné zakázky pro část 3 - Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg) nebyla určena, jelikož tato část zakázky byla zrušena.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY, JEJICH POŘADÍ (PŘI PODÁNÍ) A NABÍDKOVÉ CENY – PRO ČÁST 3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabídka č.	8
Obchodní firma:	L I N E T spol. s r.o.
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČO:	00507814
Nabídková cena	280 462,- Kč
Nabídka č.	9
Obchodní firma:	ArjoHuntleigh s.r.o.
Sídlo:	Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:	46962549
Nabídková cena	271 890,- Kč

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ČÁSTI 3 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Nabídka č.	8
Obchodní firma:	L I N E T spol. s r.o.
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČO:	00507814
Nabídková cena	280 462,- Kč

Odůvodnění:

Zadavatel požadoval splnění stanoveného technického parametru, a to integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. v rozsahu 20 cm.

Nabídka obsahuje konkrétní výrobek s obchodním označením lůžko MAGNA. V nabídce dodavatel uvádí, že toto lůžko nesplňuje stanovený technický parametr, a to integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. v rozsahu 20 cm. Jelikož tento parametr je zadavatelem požadován v zadávacích podmínkách, nelze, dle názoru komise i zadavatele, postupovat jinak, než vyloučit dodavatele z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek – technických parametrů nabízeného zařízení.

Nabídka č.	9
Obchodní firma:	ArjoHuntleigh s.r.o.
Sídlo:	Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:	46962549
Nabídková cena	271 890,- Kč

Odůvodnění:

Zadavatel požadoval splnění stanoveného technického parametru na vnější rozměr lůžka a požadavek na náklon od polohy TR/ATR.

Nabídka obsahuje konkrétní výrobek s obchodním označením lůžko Citadel plus. V nabídce dodavatel uvádí, že tento výrobek nesplňuje požadavek na vnější rozměr lůžka a požadavek na náklon od polohy TR/ATR. Jelikož tyto parametry jsou zadavatelem požadovány v zadávacích podmínkách, nelze podle názoru komise ani zadavatele postupovat jinak, než vyloučit dodavatele z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek – technických parametrů nabízeného zařízení.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA V ČÁSTI 3 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁ

Část 3 veřejné zakázky- Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg) byla zrušena, protože oba účastníci zadávacího řízení byli vyloučeni pro nesplnění technických parametrů, tedy zadávacích podmínek.

8. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY PŘI PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel nedisponuje certifikovaným systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků, nabídky byly podávány v listinné podobě.

9. STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

10. ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 ZZVZ, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybrané přístroje a zařízení. Veřejná zakázka proto byla zadavatelem rozdělena na 10 částí: Části veřejné zakázky tvoří:

Část VZ	NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1	Lůžka pro použití ve zdravotnictví - standardní
2	Lůžka pro použití ve zdravotnictví - JIP
3	Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg)
4	Transportní lehátka a transportní křesla
5	Vyšetřovací lehátka a ostatní křesla
6	Svítlidla
7	Sterilizátor parní stolní
8	Vyplachovač podložních míst včetně skříní na podložní misky a močové lahve
9	Lampa germicidní mobilní
10	Chladničky na léky

11. PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

12. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Smlouva nebyla uzavřena. Část 3 - Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg) byla zrušena, protože oba účastníci zadávacího řízení byli vyloučeni pro nesplnění technických parametrů.

Brno dne 19. 10. 2017

Pavel Mitáš

RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností