

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Přístroj elektrochirurgický“

ev. č. ZB6/2017

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17, ze dne 15. 5. 2017.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 00839396
DIČ: CZ00839396
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

Kontaktní osoba: Bc. Monika Trnková, obchodní oddělení
Telefon: 568 809 647, 739 455 418
E-mail: mtrnkova@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: *tecrjqc*

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33120000-7 Záznamové systémy a vyšetřovací přístroje

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je obnova stávajícího vybavení, dodávka 1 ks elektrochirurgického přístroje pro centrální operační sály Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dodání dokladů potřebných pro provozování 1 ks elektrochirurgického přístroje (dále také pouze „přístroj“).

Požadovaná minimální specifikace přístroje:

Elektrochirurgická jednotka pro centrální operační sály

- multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu;
- kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresektce ve fyziologickém roztoku);
- podpora urologické plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty;
- výkonový rozsah min. 0-320W;
- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením;
- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie;
- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření;
- možnost připojení až 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně;
- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů;
- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením);
- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace;
- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje;
- možnost uložení min. 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem;
- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji;
- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta;
- podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole;
- možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm;
- v dodávce včetně:
 - 1 ks dvojitého pedálu;
 - 100 ks jednorázových elektrod;
 - 1 ks kabelu k jednorázové elektrodě;
- zařízení musí být kompatibilní s dříve pořízeným bipolárním resektoskopem Olympus.

Bipolární endoresektoskopy

- vnější průměr pláště maximálně 27 Fr.;
- podpora plazmové vaporizace a bipolární enukleace prostaty;
- možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu;
- možnost připojení resekčních klíček různých velikostí (malá, střední, velká);
- možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku;
- možnost připojení vaporizační oválné elektrody;
- možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt;
- možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé);
- možnost připojení kuličkové koagulační elektrody;
- možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty, tzv. TUEB;
- 2 ks, 4mm optika 12°, HD, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, autoklárovatelná;
- 2 ks, světlovod pro připojení do zdroje světla Aesculap, 2,8 mm x 3 m;
- 2 ks, dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru;
- 2 ks, optický obturátor;
- 2 ks, rotační dvojventil pro single flow resekci;
- 2 ks, aktivní pracovní element;
- 4 ks bipolární HF-kabel pro připojení k poptávané elektrokoagulační jednotce;
- 2 ks, sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu, prostor pro uložení světlovodu elektrod, bipolárního kabelu a drobného příslušenství, víko, autoklárovatelný.

Výše uvedené minimální požadavky na předmět veřejné zakázky musí účastník v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že nabízené zařízení požadavky splňuje. V případě, že přístroj nabídnutý účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného přístroje.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: od data účinnosti kupní smlouvy

Termín dodání: do 4 týdnů od data účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, centrální operační sály.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Monika Trnková, obchodní oddělení, tel. +420 568 809 647, mobil: +420 739 455 418, email: mtrnkova@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadovanou zadavatelem.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

- Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Účastník doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.
- Čestné prohlášení účastníka, o tom, že je osobou oprávněnou k provádění odborného servisu jím dodávaného elektrochirurgického přístroje (Pověření výrobcem zdravotnického prostředku k prodeji a servisu vč. proškolení techniků dle § 64 a souvisejících dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a registrace v Registru zdravotnických prostředků (ohlašovací povinnost) dle § 26 a souvisejících zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Seznam dodávek - seznam nejméně 3 významných dodávek obdobného charakteru, každá dodávka o objemu minimálně 300 000 Kč bez DPH realizovaná účastníkem za poslední 3 roky. Seznam musí zahrnovat typ přístroje, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Seznam dodávek doloží účastník formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka, které bude požadované údaje obsahovat.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním přístroje, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace. Účastníci zpracují nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace ve formátu xls (MS Excel), který je pro účastníky pro zpracování nabídky závazný.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka.
- Návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce (prospektové materiály, technický popis přístroje, technické parametry apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží

s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Servisní podmínky

- Doba nástupu servisního technika na záruční opravu do 24 hod. od nahlášení závady.
- Garance opravy do 48 hod. od nahlášení závady bez potřeby náhradních dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 72 hod. od nahlášení závady.
- V případě nemožnosti zprovoznění přístroje do 3 pracovních dnů od nahlášení závady zadavatel požaduje zapůjčení náhradního kvalitativně srovnatelného přístroje po dobu opravy.
- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR.
- Účastník do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel požaduje provedení bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 268/2014 Sb. po dobu záruky bezplatně.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na výměnu přístroje za nový přístroj v případě nahlášení třech stejných poruch po dobu trvání záruční doby.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti **dle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH**, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději **do středy 1. 11. 2017 do 10:00 hod.** Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo **osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Bc. Monice Trnkové nebo **čas uložení elektronické nabídky** na profil zadavatele.

Písemné nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Přístroj elektrochirurgický – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele.

Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, vyloučit účastníka.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele, ke kterému je umožněn neomezený přístup.

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.


Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy

V Třebíči dne 23. 10. 2017


Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01