



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Část 6 - Přístroje pro akutní hemodialýzu

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro
návaznou péči - část 1 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006856 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PREAMBULE

Tato veřejná zakázka s názvem „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 1“ byla zadavatelem rozdělena ve smyslu §35 ZZVZ na 6 dílčích částí. Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva je pro část 6 veřejné zakázky - Přístroje pro akutní hemodialýzu.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě na tuto část veřejné zakázky (Část 6 - Přístroje pro akutní hemodialýzu) činí 1 168 000,00 Kč bez DPH.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY, JEJICH POŘADÍ (PŘI PODÁNÍ) A NABÍDKOVÉ CENY – PRO ČÁST 6 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabídka č. 2
Obchodní firma: **BAXTER CZECH spol. s r.o.**
Sídlo: Karla Engliš 3201/6, 150 00 Praha 5
IČO: 49689011
Nabídková cena: 790 000,00 Kč

Nabídka č. 4
Obchodní firma: **B. Braun Medical s.r.o.**
Sídlo: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČO: 48586285
Nabídková cena: 1 198 000,00 Kč

Nabídka č. 7
Obchodní firma: **Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.**
Sídlo: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
IČO: 45790884
Nabídková cena: 1 168 000,00 Kč

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ V ČÁSTI 6 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Nabídka č. 2
Obchodní firma: **BAXTER CZECH spol. s r.o.**
Sídlo: Karla Engliš 3201/6, 150 00 Praha 5
IČO: 49689011
Nabídková cena: 790 000,00 Kč
Odůvodnění:

Podle ustanovení § 48 odstavec 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

Hodnotící komise v rámci posouzení nabídky zjistila nejasnosti, které požadovala vysvětlit postupem dle § 46 odst. 4 zákona. Dne 29. 9. 2017 byla odeslána výzva k objasnění nabídky v následujícím znění:

Zadavatel v rámci minimálních technických parametrů přístroje část 6 - Přístroje pro akutní hemodialýzu požadoval mimo jiné i „plně integrovaný ohřívač roztoků“. Vámi nabízený přístroj tímto plně integrovaným ohřívačem roztoků nedisponuje. Z Vámi předložené nabídky, resp. její části Návod k obsluze vyplývá, že Vámi nabízený přístroj disponuje ohřívačem krve, a jedná se o jiný samostatný přístroj. Objasněte, prosím, tuto zjištěnou skutečnost, tzn., zda obsahuje Vámi nabízený přístroj i plně integrovaný ohřívač roztoků, tedy zda se jedná o integrovanou součást přístroje. Toto objasnění doložte i předložením technické dokumentace, ze které splnění všech požadovaných parametrů vyplýne (technických listů, návodu k obsluze v českém jazyce, apod.).

Objasnění nabídky ve stanovené lhůtě dodavatel BAXTER CZECH spol. s r.o. doručil a uvedl následující:

Považujte za účelné zdůraznit, že výhradním účelem jakéhokoliv zařízení pro ohřev roztoků či krve při provádění kontinuálních eliminačních metod je zachování normotermie pacienta. Ohřev návratové krve v té podobě, v jaké je navržen systém Prismaflex (teplotní sensor ohříváče se nachází až na konci vedení pro návrat krve a sleduje tedy teplotu krve bezprostředně před jejím návratem do cévního vstupu pacienta) tento účel splňuje přímo, zatímco ohřev roztoků zprostředkovaně. Pokud je nám známo, nebyla nikdy zveřejněna studie či jiná vědecká práce, která by jeden za zmíněných způsobů ohřevu preferovala.

Ohříváč Prismacomfort 220V je v České republice standardně dodáván se systémem Prismaflex a je vyráběn a dodáván pouze pro toto použití. Systém Prismaflex je však dodáván do zemí celého světa a některé země preferují jiná zařízení pro ohřev krve či roztoků, a to včetně ohříváčů, které nejsou dodávány společností Baxter. To je důvod, proč je možné dodat systém Prismaflex i bez zařízení pro ohřev krve. Pokud je však dodavatelem ohříváče společnost Baxter, je tento ohříváč vždy dodáván jako integrovaná součást celého systému (monitor Prismaflex je v takovém případě vybaven jiným zadním panelem a speciálním držákem ohříváče). Pokud je nám známo, žádný zákon ani nařízení jasně nespecifikuje význam slova „integrovaný“, vycházíme proto z toho, že ohříváč Prismacomfort tvoří s monitorem Prismaflex funkčně jednotný celek.

Pokud jde o vlastní proces ohřevu, ohříváč Prismacomfort disponuje dvěma samostatnými kanály. Je tedy možné připojit k němu jedno či dvě ohřevová tělesa (rukávy) a využít je tak pro ohřev krve, tak pro ohřev např. dialyzačního roztoku, případně kombinaci obojího. Navzdory tomu považujeme přímý ohřev návratové krve za nejefektivnější způsob zachování normotermie pacienta.

Spolu s tímto sdělením dodavatel v rámci objasnění nabídky doručil i CD, které obsahuje Návod k použití ohříváče krve přístroje Barkey Prismacomfort.

Hodnotící komise konstatovala, že ve své nabídce zadavateli nabízí dodavatel přístroj, který neplní minimální požadované technické parametry. V objasnění nabídky pak dodavatel zdůvodňuje, že nabízené přístroje nabízí obdobné výsledky, což ale dle názoru komise není relevantní, neboť jednoznačně nesplňují minimální technické parametry, které byly v zadávací dokumentaci stanoveny a to:

- 1) ohříváč infuzních roztoků – nabízíte přístroj pro ohřev krve a současně je z návodu jednoznačně patrné, že je tento přístroj určen pouze a jenom k ohřevu krve viz „kapitola 1.3 Stanovení účelu“, nikoliv dialyzačních roztoků, jak uvádíte ve svém objasnění nabídky.
- 2) uvedený ohříváč není dle názoru komise integrovaný, jedná se o přístroj, který má samostatný návod, svoje vlastní prohlášení o shodě a jedná se tudíž o samostatný zdravotnický prostředek.

Nabízený přístroj, přesněji jeho samostatná část, ohříváč krve>Gambró Prismaflex je určen dle předloženého návodu „kapitola 1.3 Stanovení účelu“ výrobcem pouze k ohřevu krve, nikoliv dialyzačního roztoku. Dle zákona č. 268/2014 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích, nesmí být zdravotnický prostředek využíván k jinému účelu, než je stanoveno a uvedeno výrobcem v návodě v použití. Zadavatel však požadoval přístroj, který disponuje ohříváčem infuzních roztoků.

Odůvodnění:

Dialyzační roztok, který je skladován v běžném skladu má teplotu okolo 20 stupňů celsia (a může být i méně), což při dlouhodobé aplikaci vede k výraznému ochlazení krve a následné nutnosti ji rychle ohřívát těsně před vstupem zpět do krevního řečiště pacienta. Dochází tak k teplotním výkyvům, což může mít negativní následky pro pacienta. Ochlazená krev dialyzačním roztokem mění viskozitu, což může ovlivnit plynulost a efektivitu resp.

účinnost léčby (při různých teplotách dochází k různé rychlosti očišťování krve) a v neposlední řadě výrazně zvyšuje vznik mikrosraženin, které mohou vést k ucpání filtru.

Ve svém objasnění dodavatel BAXTER CZECH spol. s r.o. neprokázal, že nabízený přístroj disponuje funkcí integrovaného ohřívače roztoků, což byla jedna ze zadávacích podmínek. Nesprávně nabízí možnost pomocí nabízeného ohřívače krve ohřívat i dialyzační roztoky, což je jednoznačně proti právnímu předpisu, zákonu č. 268/2014 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích.

Zadavatel z výše uvedených důvodů rozhodl o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení podle výše uvedeného ustanovení.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA V ČÁSTI 6 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabídka č. 7
Obchodní firma: Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Sídlo: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
IČO: 45790884

Údaje z nabídky vítězného dodavatele, které byly předmětem hodnocení této části veřejné zakázky:

Celková nabídková cena bez DPH 1 168 000,00 Kč

8. PODDODÁVKY

Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.

9. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY PŘI PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel nedisponuje certifikovaným systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků, nabídky byly podávány v listinné podobě.

10. STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

11. ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 ZZVZ, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybrané přístroje a zařízení. Veřejná zakázka proto byla zadavatelem rozdělena na 6 částí. Části veřejné zakázky tvoří:

Část VZ	NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1	Monitorace životních funkcí
2	Oxymetry

3	Resuscitační přístroje
4	Přístroj pro nepřímou srdeční masáž
5	Ventilátory plicní
6	Přístroje pro akutní hemodialýzu

Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva se týká části 6 veřejné zakázky - Přístroje pro akutní hemodialýzu.

12. PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

13. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky pro tuto část veřejné zakázky z důvodu nejnížší nabídkové ceny vybraného dodavatele. Nabídková cena byla zadavatelem stanovena jako jediné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky.

Brno, dne 3. 1. 2018

Pavel Mitáš
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností