



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 619, fax: 566 801 609, e-mail: sylva.klementova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Dialyzační jehly
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/18/06

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 8.2.2018 Žádost o dodatečné informace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Proč je značka – černý bod označující zkosení jehly nahoru požadovaná jen u arteriální jehly? A není požadovaná i u venózní?
Znění odpovědi:
Značka-černý bod označující zkosení jehly nahoru je požadovaná i u venózní jehly. Tento požadavek je uveden v bližší specifikaci položky.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
U dialyzačních jehel (arteriálních i venózních) je požadován rozměr 15 G 1,8 x 25 mm. Co je myšleno rozměrem 1,8 mm?
Znění odpovědi:
Rozměr 1,8 mm je průsvit - průřez HD jehly, 25 mm je délka jehly - kovové části.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Potřebovala bych si potvrdit, zda vyhovuje u Prohlášení o shodě pro výrobky dovážené z oblasti mimo EU vydání notifikovanou osobou z EU?
Znění odpovědi:
Ano, Prohlášení o shodě pro výrobky dovážené z oblasti mimo EU vydané notifikovanou osobou z EU je dostačující. Jedná-li se o cizojazyčný dokument, je nutné jej doplnit překladem do českého jazyka.

Dotaz č. 4
Znění dotazu:
Prosím sdělit jaká je požadovaná délka hadičky (a tolerance délky) k dialyzační jehle.
Znění odpovědi:
Požadovaná délka hadičky je 15 cm s tolerancí -2 cm / + 5 cm.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou zasílány dodavatelům, kteří byli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a **současně** si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: **https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_5027.html**

V Novém Městě na Moravě dne 8.2.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice