



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Část 8- Laryngoskopy

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006855 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PREAMBULE

Tato veřejná zakázka s názvem „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2“ byla zadavatelem rozdělena ve smyslu §35 ZZVZ na 8 dílčích částí. Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva je pro část 8 - Laryngoskopy.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě na tuto část veřejné zakázky (část 8 - Laryngoskopy) činí 126 810,00 Kč bez DPH.

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – PRO ČÁST 8 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávacího řízení se zúčastnili níže identifikovaní účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 6
Obchodní firma: medisap,s.r.o.
Sídlo: Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
IČO: 48029360

Nabídka č. 8
Obchodní firma: POLYMED medical CZ, a.s.
Sídlo: Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
IČO: 27529053

Nabídka č. 9
Obchodní firma: CHEIRON a.s.
Sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
IČO: 27094987

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ČÁSTI 8 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Nabídka č. 6
Obchodní firma: medisap,s.r.o.
Sídlo: Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
IČO: 48029360

Zadavatel provedl (prostřednictvím jmenované komise) posouzení nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a dospěl k závěru, že předložené údaje a doklady obsahují nejasnosti. Z tohoto důvodu komise požádala dodavatele medisap,s.r.o. o písemné objasnění nabídky podle § 46 odstavec 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Zadavatel v rámci minimálních technických parametrů přístroje část 8 - Laryngoskopy požadoval jako jeden z požadavků pro oba požadované typy laryngoskopů (147602 laryngoskop s led zdrojem vč. lžic čs. 0-4 i 147603 laryngoskop vč. lžic č. 3, 4) „dobíjecí akumulátor, nabíjecí stojan“. Z předložených dokumentů vyplývá, že nabízené přístroje disponují napájením pomocí 2ks AA baterií. Z tohoto důvodu dodavatele medisap,s.r.o. zadavatel (prostřednictvím komise) vyzval k objasnění nabídky, které bylo doručeno elektronickou poštou, a ve kterém opětovně předkládá dodavatel část obsahu své nabídky, kde v bodě 3.1. Příloha č. 1 Technická specifikace, na straně 21 uvádí:

Splnění minimálních technických parametrů:

147602 laryngoskop s led zdrojem vč. lžic čs. 0- 4

kovový laryngoskop
vláknová optika nezkreslující barevnost tkání
LED zdroj studeného světla
sada kovových jednorázových lžic Mac č. 0 - 4
dobíjecí akumulátor, nabíjecí stojan

Laryngoskop
Green Light Fiber Optic
ano
ano
ano
ano
ano, baterie AA

147603 laryngoskop vč. lžic č. 3, 4

kovový laryngoskop
vláknová optika nezkreslující barevnost tkání
LED zdroj studeného světla
sada kovových jednorázových lžic Mac č. 3, 4
dobíjecí akumulátor, nabíjecí stojan

Laryngoskop
Green Light Fiber Optic
ano
ano
ano
ano
ano

V objasnění se dodavatel omlouvá za administrativní chybu vzniklou při přepisu textu u položky 147602. Kde je uvedeno baterie AA, správně mělo být uvedeno „ano“. Součástí nabídky jsou podle sdělení v rámci objasnění nabídky, u obou typů laryngoskopů dobíjecí akumulátory, konkrétně, obsahem nabídky každého laryngoskopu jsou 4 kusy lithium – iontových dobíjecích akumulátorů v souladu s návodem k použití výrobce CareFusion, 22745 Savi Ranch Parkway, CA 92887 USA, strana 6 multijazykové verze návodu k použití.

Technické údaje

Typ baterie:

Standardní rukojeť - (2x) alkalická baterie typu AA (IEC-LR6) nebo lithium-iontová baterie (IEC-FR6) Krátká rukojeť – lithium-iontová baterie CR 123 (IEC-CR17345)

Obsahem nabídky, jsou dále podle sdělení dodavatele v rámci objasnění nabídky, rovněž nabíjecí stojany, tak, jak je uvedeno v nabídce na straně 21.

Přílohou objasnění byla zaslána Multijazykovou verzi návodu k obsluze na laryngoskop Green Light.

Komise posoudila doručené objasnění a shodla se na tom, že v doručeném objasnění nabídky se konstatuje, že obsahem nabídky nejsou alkalické baterie typu AA (které byly uvedeny v rámci nabídky), ale baterie lithium-iontová. Komise však konstatuje, že zadavatel požadoval laryngoskopy, které mají zabudované baterie, resp. jde o přístroj, který je připojen a dobíjen přes nabíjecí stojan, aniž by muselo být jakkoli manipulováno s bateriemi. Jde o nutný požadavek, aby byly laryngoskopy připraveny k okamžitému použití, aniž by obsluha musela jakkoli před výkonem jakkoli manipulovat s bateriemi, nebo došlo ke stavu, kdy by přístroj byl bez baterií. Dodavatelem medisap,s.r.o. nabízené laryngoskopy jsou opatřeny lithium-iontovými bateriemi, které se však kvůli nabití musí vyjmout z přístroje. Hrozí tak, že přístroj nebude v každém okamžiku funkční. Takové provedení zadavatel v rámci svých požadavků nepožadoval. Pro zadavatele je prioritní, aby byl přístroj stále k dispozici. Provedení laryngoskopů tak nesplňuje zadávací podmínky a zadavatel rozhodl o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA V ČÁSTI 8 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Nabídka č. 8
Obchodní firma: POLYMED medical CZ, a.s.
Sídlo: Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
IČO: 27529053

Údaje z nabídky vítězného dodavatele, které byly předmětem hodnocení této části veřejné zakázky:

Celková nabídková cena bez DPH činí 126 810,00 Kč.

Nabídka byla po vyloučení dodavatele medisap,s.r.o. nabídkou, která se umístila jako druhá v pořadí nabídek, splnila zadávací podmínky a jejíž nabídková cena je pro zadavatele odpovídající rozsahu a charakteru předmětu veřejné zakázky.

8. OZNAČENÍ PODODAVATELŮ DODAVATELE

Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zadavatel nedisponuje systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků.

10. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

11. ODŮVODNĚNÍ, PROČ NEBYLA ZADÁVANÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ROZDĚLENA NA ČÁSTI

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 ZZVZ, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybrané přístroje a zařízení. Veřejná zakázka proto byla zadavatelem rozdělena na 8 částí. Části veřejné zakázky tvoří:

Část VZ	NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1	Enterální pumpy
2	Infuzní technika
3	TCI - TIVA dávkovač injekční
4	Odsávací technika
5	Zvlhčovač kyslíku
6	Nebulizátor s ohřevem vč. průtokoměru
7	Ambuvaky
8	Laryngoskopy

Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva se týká části 8 veřejné zakázky - Laryngoskopy.

12. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

13. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky pro tuto část veřejné zakázky z důvodu nejnižší nabídkové ceny vybraného dodavatele. Nabídková cena byla zadavatelem stanovena jako jediné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky.

V Brně, dne 14. 2. 2018

Pavel Mitáš
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností