



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 619, fax: 566 801 609, e-mail: sylva.klementova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Sterilizační obaly I – Role a sáčky
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/18/03

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na základě dvou žádostí o vysvětlení nabídky ze dne 17.4.2018 rozhodl o změně zadávacích podmínek resp. přípustných tolerancí u níže uvedených položek:

pol. č. 019 role se skladem rozměr: 420 mm x 80 mm x 100 mm

– zadavatel připouští toleranci – 20 mm / + 20 mm

pol. č. 020 sáček plochý rozměr: 75 mm x 170 mm

– zadavatel připouští toleranci – 10 mm / + 30 mm

pol. č. 036 sáček plochý rozměr: 205 mm x 440 mm

– zadavatel připouští toleranci – 10 mm / + 60 mm

pol. č. 041 sáček se skladem rozměr: 150 mm x 350 mm x 50 mm

– zadavatel připouští toleranci – 10 mm / + 50 mm

Jednotlivé tolerance byly připsány k daným položkám v aukční síni.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou zasílány dodavatelům, kteří byli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a současně si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_5317.html

V Novém Městě na Moravě dne 19.4.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

**Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.**

Sterilizační obaly I. - Role a sáčky

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

Kód	Název položky	MJ	Množství
	ROLE PLOCHÉ Bližší specifikace položky - označení typem procesu sterilizace STEAM, FOAM - procesové indikátory pro parní (STEAM) a formaldehydovou (FORM) sterilizaci s plochou testu min. 100 mm ² a popisem barevné změny (musí být popsáno vedle nátisku indikátoru), - materiál: papír + plastová fólie - plošná hmotnost papíru minimálně 60g/m ² - vícevrstvá plastová fólie - svařování i na kontinuálních svářečkách - snadné otevření a čisté vyjmutí vysterilizovaných předmětů - mikrobiální bariéra - označení: LOT, číslo šarže, indikace směru otevření (tzv. peel efekt), rozměry/velikost, norma, výrobce, uvedení symbolu pro obal na jedno použití - všechna označení mimo aktivní zónu obalu - uvedení informace o nemožnosti používání, je-li obal poškozen		
001.	50 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	38.00
002.	75 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	10.00
003.	100 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	12.00
004.	120 mm x 200 m (Tř)	ks	6.00
005.	150 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	10.00
006.	200 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	26.00
007.	250 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	20.00
008.	300 mm x 200 m (Tř+NM)	ks	12.00
009.	380 mm x 200 m (Tř)	ks	4.00
010.	400 mm x 200 m (Tř)	ks	2.00
	ROLE SE SKLADEM Bližší specifikace položky - označení typem procesu sterilizace STEAM, FOAM - procesové indikátory pro parní (STEAM) a formaldehydovou (FORM) sterilizaci s plochou testu min. 100 mm ² a popisem barevné změny (musí být popsáno vedle nátisku indikátoru), - materiál: papír + plastová fólie - plošná hmotnost papíru minimálně 60g/m ² - vícevrstvá plastová fólie - svařování i na kontinuálních svářečkách		

	- snadné otevření a čisté vyjmutí vysterilizovaných předmětů - mikrobiální bariéra - označení: LOT, číslo šarže, indikace směru otevření (tzv. peel efekt), rozměry/velikost, norma, výrobce, uvedení symbolu pro obal na jedno použití - všechna označení mimo aktivní zónu obalu - uvedení informace o nemožnosti používání, je-li obal poškozen		
011.	75 mm x 25 mm x 100 m (Tř)	ks	2.00
012.	100 mm x 40 mm x 100 m (Tř+NM)	ks	62.00
013.	150 mm x 50 mm x 100 m (Tř)	ks	8.00
014.	200 mm x 50 mm x 100 m (Tř+NM)	ks	38.00
015.	250 mm x 60 mm x 100 m (Tř)	ks	14.00
016.	300 mm x 60 mm x 100 m (Tř)	ks	6.00
017.	380 mm x 80 mm x 100 m (Tř)	ks	6.00
018.	400 mm x 80 mm x 100 m (NM)	ks	14.00
019.	420 mm x 80 mm x 100 m (Tř) Bližší specifikace položky tolerance -20mm/+20mm	ks	6.00
	SÁČKY PLOCHÉ Bližší specifikace položky - označení typem procesu sterilizace STEAM, FOAM - procesové indikátory pro parní (STEAM) a formaldehydovou (FORM) sterilizaci s plochou testu min. 100 mm ² a popisem barevné změny (musí být popsáno vedle nátisku indikátoru), - materiál: papír + plastová fólie - plošná hmotnost papíru minimálně 60g/m ² - vícevrstvá plastová fólie - svařování i na kontinuálních svářečkách - snadné otevření a čisté vyjmutí vysterilizovaných předmětů - mikrobiální bariéra - označení: LOT, číslo šarže, indikace směru otevření (tzv. peel efekt), rozměry/velikost, norma, výrobce, uvedení symbolu pro obal na jedno použití - všechna označení mimo aktivní zónu obalu - uvedení informace o nemožnosti používání, je-li obal poškozen		
020.	75 mm x 170 mm (Tř) Bližší specifikace položky tolerance - 10mm/+ 30 mm	ks	8 000.00
021.	75 mm x 210 mm (NM)	ks	10 000.00
022.	75 mm x 270 mm (Tř)	ks	26 000.00
023.	75 mm x 280 mm (NM)	ks	26 400.00
024.	75 mm x 300 mm (Tř)	ks	12 000.00
025.	100 mm x 200 mm (Tř)	ks	4 000.00
026.	100 mm x 260 mm (Tř)	ks	18 000.00
	100 mm x 280 mm (NM)		

027.		ks	28 800.00
028.	100 mm x 300 mm (Tř)	ks	12 000.00
029.	150 mm x 200 mm (Tř)	ks	2 000.00
030.	150 mm x 280 mm (NM)	ks	22 000.00
031.	150 mm x 300 mm (Tř)	ks	10 000.00
032.	150 mm x 320 mm (NM) Bližší specifikace položky tolerance -10mm/+30mm	ks	2 000.00
033.	150 mm x 400 mm (Tř)	ks	6 000.00
034.	200 mm x 360 mm (NM) Bližší specifikace položky tolerance -10mm/+40mm	ks	8 500.00
035.	200 mm x 500 mm (NM)	ks	2 400.00
036.	205 mm x 440 mm (NM) Bližší specifikace položky tolerance -10mm/+60mm	ks	1 000.00
037.	210 mm x 350 mm (Tř)	ks	6 000.00
038.	250 mm x 360 mm (NM)	ks	8 400.00
039.	300 mm x 500 mm (NM)	ks	7 200.00
	SÁČKY SE SKLADEM Bližší specifikace položky - označení typem procesu sterilizace STEAM, FOAM - procesové indikátory pro parní (STEAM) a formaldehydovou (FORM) sterilizaci s plochou testu min. 100 mm ² a popisem barevné změny (musí být popsáno vedle nátisku indikátoru), - materiál: papír + plastová fólie - plošná hmotnost papíru minimálně 60g/m ² - vícevrstvá plastová fólie - svařování i na kontinuálních svářečkách - snadné otevření a čisté vyjmutí vysterilizovaných předmětů - mikrobiální bariéra - označení: LOT, číslo šarže, indikace směru otevření (tzv. peel efekt), rozměry/velikost, norma, výrobce, uvedení symbolu pro obal na jedno použití - všechna označení mimo aktivní zónu obalu - uvedení informace o nemožnosti používání, je-li obal poškozen		
040.	100 mm x 300 mm x 50 mm (Tř+NM)	ks	7 000.00
041.	150 mm x 350 mm x 50 mm (Tř) Bližší specifikace položky tolerance -10mm/+50mm	ks	6 000.00
042.	200 mm x 400 mm x 55 mm (NM)	ks	2 500.00

1) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky sterilizačních obalů - rolí a sáčků včetně dopravy do místa plnění, a to po dobu 2 roků (výše uvedené požadované množství je předpokládáno na dobu 2 roků).

2) Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky a technické podmínky k předmětu plnění jsou uvedeny v této výzvě včetně jejích příloh.

3) Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen "zákon č. 268/2014 Sb.")
- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů
- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 22/1997 Sb.") a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a
- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

4) Sterilizační obaly musí splňovat všechny příslušné předepsané technické normy:

- ČSN EN ISO 11607-1 (2010) Obaly pro závěrečné sterilizované zdravotnické prostředky - Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení
- ČSN EN 868-2 (2017) Obaly pro závěrečné sterilizované zdravotnické prostředky - Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody
- ČSN EN 868-5 (2009) Obaly pro závěrečné sterilizované zdravotnické prostředky - Provedení těsně uzavíratelných plochých sáčků a rolí porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody

5) Indikátory na obalech musí splňovat požadavky příslušné předepsané normy ČSN EN ISO 11140-1 (2015) Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory.

6) Zadavatel připouští u jednotlivých položek sterilizačních obalů toleranci -10mm/+20mm, pokud není uvedeno jiné rozmezí tolerance přímo v popisu jednotlivé položky.

7) Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

8) Předmětem dodávek může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky uplynula nejvýše 1/3 expirační doby. Spotřební materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 2/3 z vyznačené expirační doby, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a za sníženou cenu.

9) Klasifikace předmětu on-line veřejné zakázky - kód CPV: 33140000-3 (Zdravotnický spotřební materiál)

10) Zadavatel nepřipouští možnost rozdělení veřejné zakázky na části, to znamená, že dodavatelé musí nabídnout všechny položky předmětu plnění.

11) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Volitelné podmínky: nejsou